

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 14/5/2014 REV. 1
---------------------	---	---

CATEGORIA:

CLASSE:

SOTTOCLASSE:

- CONSUMI MATERIALE SANITARIO
- PICCOLA STRUMENTAZIONE
- MATERIALE PLASTICO

CATEGORIA	CLASSE	SOTTOCLASSE	CODICE ARTICOLO
01	09	0003	66468

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

**SACCA PER BIOPROCESSI DA 20 LITRI
(BIOPROCESSING BAGS)**

Descrizione estesa dell'articolo: Sacca per stoccaggio prodotti biofarmaceutici

UNITA' D'ACQUISTO = Numero

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- CAMERA = Multistrato, in EVA come materiale a contatto
- VOLUME = 20 litri
- TIPOLOGIA INGRESSI = n. 2 MPC MASCHIO DA 3/8"
- TUBI INGRESSI = Materiale EVA; TPE
(Lunghezza minima 10 cm diametro 5/16" dotati di clamps)
- PORTA SUPPLEMENTARE = n. 1 Setto per campionamento
- STERILIZZAZIONE = Raggi gamma
- CONFEZIONE = Confezionate singolarmente

RISERVA DI CAMPIONATURA SUCCESSIVA PARI A N.1 PEZZO

ALTRO: ///

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Nessuna

ALTRO: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'

Verifica di quanto previsto al punto B) **CARATTERISTICHE TECNICHE**

0	Aggiornamento campionatura	Dr.ssa M. Marino	Dr. G. Lombardi	Sig. G. Passador
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

LISTA 2 - Pos 15

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 14/5/2014 REV. 1
---------------------	---	---

CATEGORIA:

- CONSUMI MATERIALE SANITARIO

CLASSE:

- PICCOLA STRUMENTAZIONE

SOTTOCLASSE:

- MATERIALE PLASTICO

CATEGORIA	CLASSE	SOTTOCLASSE	CODICE ARTICOLO
01	09	0003	66475

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

**SACCA PER BIOPROCESSI DA 500 MILLILITRI
(BIOPROCESSING BAGS)**

Descrizione estesa dell'articolo: Sacca per stoccaggio prodotti biofarmaceutici

UNITA' D'ACQUISTO = Numero

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- CAMERA = Multistrato, in EVA come materiale a contatto
- VOLUME = 500 millilitri
- TIPOLOGIA INGRESSI = n. 2 MPC MASCHIO DA 3/8"
- TUBI INGRESSI = Materiale EVA; TPE
(Lunghezza minima 10 cm diametro 5/16" dotati di clamps)
- PORTA SUPPLEMENTARE = n. 1 Setto per campionamento
- STERILIZZAZIONE = Raggi gamma
- CONFEZIONE = Confezionate singolarmente

RISERVA DI CAMPIONATURA SUCCESSIVA PARI A N.1 SACCA

ALTRO: ///

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Nessuna

ALTRO: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'

Verifica di quanto previsto al punto B) **CARATTERISTICHE TECNICHE**

0	Aggiornamento campionatura	Dr.ssa M. Marino	Dr. G. Lombardi	Sig. G. Passador
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA