



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE  
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA

“BRUNO UBERTINI”

(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)

BRESCIA

Via Bianchi, 9  
25124 BRESCIA  
Tel. 030-22901  
Fax: 030-2425251  
C.F. - P.IVA 00284840170  
N. REA CCIAA di Brescia 88834

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA ANNUALE E  
PLURIENNALE DI SISTEMI PER ATMOSFERA CONTROLLATA, SIERI,  
ANTISIERI, ANTIGENI, DISCHETTI ANTIBIOTICI E DIAGNOSTICI VARI**

**Fasc. 86/2012**

**CHIARIMENTI/ERRATA CORRIGE**

*Aggiornato al 24.04.2012*

**Quesito n. 1**

E' sufficiente quotare gli articoli per cui le ditte concorrenti intendono partecipare o devono essere inseriti i prezzi anche per gli articoli che non si intendono offrire?

**Risposta**

Si rinvia all'articolo 5 del Disciplinare di gara.

*Aggiornato al 19.04.2012*

**Quesito n. 1**

Il codice a barre standard richiesto all'art. 8.5 punto B.3 del Disciplinare di gara è un requisito essenziale?

**Risposta**

Il requisito secondo cui *“le confezioni dei prodotti oggetto di fornitura devono essere provviste del codice a barre standard al fine di permettere l'identificazione del prodotto consegnato tramite lettori codici a barre in dotazione al Magazzino”* è da intendersi vincolante e costituisce un requisito essenziale in fase di esecuzione della fornitura.

**Quesito n. 2**

In relazione alla Lista n. 5 pos. 1 *Kit Biochimico identificazione enterobatteriaceae-25* si chiede se la galleria deve necessariamente essere munita di un ago interno estraibile in modo da poter effettuare l'inoculo.

**Risposta**

Tale specifica deve essere considerata nel modo seguente: *“L'esecuzione dell'inoculo di tutti i*

*comparti del kit deve richiedere una limitata manualità e, in particolare, non deve, preferibilmente, richiedere la preparazione di sospensioni per l'inoculo (con una concentrazione definita o meno). Anche la necessità di eseguire eventuali test supplementari deve essere limitata al minimo sia per non dilatare i tempi complessivi di esecuzione sia per non aggravare, con oneri aggiuntivi, il costo della prova. Il sistema deve essere inoltre costruito in modo tale da offrire garanzie contro possibili contaminazioni sia tra comparti del kit che tra sistema e ambiente”.*

Si richiamano in ogni caso le prescrizioni contenute nell'art. 2 comma 10 del Capitolato Generale.

### **Quesito n. 3**

In relazione alla Lista n. 5 pos. 1 *Kit Biochimico identificazione enterobatteriaceae-25* si chiede la possibilità di offrire kit con confezionamento diverso da quello inserito nella Scheda Tecnica.

#### **Risposta**

In ordine al confezionamento richiesto potranno essere prese in considerazione variazioni, purché minime rispetto al numero dei test indicati e comunque contenute in un range tra i 20 e i 50 test.

### **Quesito n. 4**

Il prezzo a base d'asta relativo alla pos. 29 Lista 1 Kit IFA Ehrlichia Canis si riferisce alla singola determinazione oppure al vetrino?

#### **Risposta**

Si conferma che la base d'asta si riferisce alla determinazione e che, come da Scheda Tecnica IZSLER, ogni vetrino è composto da 12 determinazioni ovvero 12 pozzetti.

***Aggiornato al 03.04.2012***

### **Quesito n. 1**

Che cosa si intende per codici a barre standard?

#### **Risposta**

Per i codici a barre si può fare riferimento agli standard grafici più usati: UPC, Code 128, Code 39, ecc...

### **Quesito n. 2**

L'etichetta del codice a barre deve essere applicata alla confezione o ad ogni singolo prodotto?

#### **Risposta**

L'etichetta deve essere applicata alla confezione.