



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE  
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA**

**"BRUNO UBERTINI"**  
(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)

**BRESCIA**

Via Bianchi, 9  
25124 BRESCIA  
Tel. 030-22901  
Fax: 030-2425251  
C.F. - P.IVA 00284840170  
N. REA CCIAA di Brescia 88834

**PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO, EX ART. 57, COMMA  
2 LETTERA A) DEL D. LGS. 163/2006, PER LA FORNITURA DI N. 1 UNITA' DI  
ESTRAZIONE AUTOMATICA DEI GRASSI E N.1 SISTEMA DI IDROLISI AUTOMATICO  
DEI GRASSI (LOTTO UNICO) – II° ESPERIMENTO DI GARA  
Fasc. 1103/2011**

\*\*\*\*\*

**QUESITI E RISPOSTE**

***Aggiornato al 14.02.2013***

**N.1**

**DOMANDA:** Nel capitolato di gara non vi è alcun riferimento alla metodica di estrazione dei grassi richiesta, ovvero Randall oppure Soxhlet. Richiediamo quindi un chiarimento sulla metodica di estrazione richiesta.

**RISPOSTA:** La metodica di estrazione dei grassi richiesta è quella prevista dal metodo Soxhlet.

**N.2**

**DOMANDA:** Nel capitolato di gara è richiesto un sistema di idrolisi automatica, con sei posizioni, con posizioni indipendenti su tre moduli con possibilità di attivazione singola. Tale descrizione individua in assoluta esclusività un sistema brevettato commercializzato da una sola azienda al mondo. Tali caratteristiche che sono brevettate ed esclusive, insieme alla scelta del lotto unico, escludono dalla partecipazione qualunque altra azienda presente sul mercato italiano. Chiediamo la possibilità di modificare il bando di gara per consentire la partecipazione di più di una azienda alla gara.

**RISPOSTA:** Si rinvia all'art. 2.1 del disciplinare di gara e, in particolare, alla clausola di equivalenza ivi richiamata (art. 68 del D.Lgs.163/2006). E' ammessa, pertanto, la possibilità di presentare offerta per uno Strumento equivalente, purché l'offerta tecnica sia corredata da relazione idonea a giustificare l'equivalenza sotto il profilo tecnico e funzionale dello strumento offerto e lo stesso venga riconosciuto dall'Istituto equivalente a quello richiesto e perciò idoneo e corrispondente alle caratteristiche tecniche minime richieste.

***Aggiornato al 04.02.2013***

**N.1**

**DOMANDA:** Il Laboratorio dispone di un attacco di aria compressa o di un compressore d'aria per un minimo di pressione di 3-4 bar di pressione, essiccata e filtrata (a 5 micron)? Poiché le caratteristiche tecniche richieste per il lotto in questione specificano che il sistema deve essere caratterizzato da "Fasi di estrazione automatizzate servoassistite da sistema pneumatico", si prega di specificare se un attacco di aria compressa con le caratteristiche sopra indicate è già

disponibile in laboratorio oppure se necessariamente occorre includere nell'offerta anche un idoneo compressore.

**RISPOSTA:** Si conferma la presenza in laboratorio sia di un attacco di aria compressa che di un idoneo compressore d'aria.