



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
"BRUNO UBERTINI"**

(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)

Sede Legale: Via Bianchi, 9 – 25124 Brescia
Tel 03022901 – Fax 0302425251 – Email info@izsler.it
C.F. - P.IVA 00284840170
N. REA CCIAA di Brescia 88834

Via Bianchi, 9
25124 BRESCIA
Tel. 030-22901
Fax: 030-2425251

**PROCEDURA APERTA RELATIVA ALLA LOCAZIONE OPERATIVA PER 36 MESI
DI N.1 SISTEMA LC MS/MS AD ALTA RISOLUZIONE
FASCICOLO 1195/2010**

PRECISAZIONI ED ERRATA CORRIGE

28/10/2010 – precisazione tecnica

ALLEGATO B al disciplinare di gara:

ove indicato che "Come rumore di fondo si richiede di prendere una finestra nell'intorno dell'analita" si deve intendere che la finestra nella quale valutare il rumore di fondo deve avere una larghezza di 20 secondi e deve collocarsi prima o dopo il picco cromatografico all'interno dell'intervallo tempo di ritenzione analita ± 1 minuto.