

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 03.09.2003 REV. 0
--------------	---	--

CLASSE:

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)

AREA:

- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE ML	AREA AS	SEZIONE 01	ARTICOLO 0020	CODICE ARTICOLO MLAS010020.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS ACIDO NALIDIXICO NA
Descrizione estesa dell'articolo: disco impregnato di Acido nalidixico (NA) a titolo noto per test sensibilità antimicrobico

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 50 DISCHETTI)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: acido nalidixico

Simbolo dell'agente: NA

Livello impregnazione/disco: 30 µg

Diametro disco: 1/4-inch

Confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente dessicante e indicatore

* Richiesta campionatura: SI q.tà richiesta n° ///

Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della cartuccia, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco.

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDE SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'Verifica di quanto previsto al punto B) CARATTERISTICHE TECNICHEe al punto C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

0		C. Berneri	P. Gialdi	M. Zanoni
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 05.09.2003 REV. 0
---------------------	---	--

CLASSE:**AREA:**

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE ML	AREA AS	SEZIONE 01	ARTICOLO 0030	CODICE ARTICOLO MLAS010030.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS AMOXICILLINA AMX
Descrizione estesa dell'articolo: disco impregnato di Amoxicillina (AMX) a titolo noto per test sensibilità antimicrobico

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 50 DISC)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: amoxicillina

Simbolo dell'agente: AMX

Livello impregnazione/disco: 25 µg

Diametro disco: 1/4-inch

Confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente dessicante e indicatore

* Richiesta campionatura: q.tà richiesta n° ///

Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della cartuccia, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDA SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO://.....

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'Verifica di quanto previsto al punto B) **CARATTERISTICHE TECNICHE**e al punto C) **DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

0		C. Berneri	P. Gialdi	M. Zanoni
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 05.09.2003 REV. 0
---------------------	---	--

CLASSE:**AREA:**

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE ML	AREA AS	SEZIONE 01	ARTICOLO 0040	CODICE ARTICOLO MLAS010040.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS AMPICILLINA AM
Descrizione estesa dell'articolo: disco impregnato di Ampicillina (AM) a titolo noto per test sensibilità antimicrobico

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 50 DISCHETTI)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

agente: ampicillina

simbolo dell'agente: AM O AMP

livello impregnazione/disco: 10 µg

diametro disco: 1/4-inch

confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente dessicante e indicatore

* Richiesta campionatura: Sì q.tà richiesta n° ///



Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della cartuccia, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDA SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO://.....

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'Verifica di quanto previsto al punto B) **CARATTERISTICHE TECNICHE**e al punto C) **DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

0		C: Berneri	P. Galdi	M. Zani
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 05.09.2003 REV. 0
---------------------	---	--

CLASSE:

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)

AREA:

- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE ML	AREA AS	SEZIONE 01	ARTICOLO 0050	CODICE ARTICOLO MLAS010050.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS APRAMICINA APR

Descrizione estesa dell'articolo: disco impregnato di Apramicina (APR) a titolo noto per test sensibilità antimicrobico
--

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 50 DISCHI)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: apramicina

Simbolo dell'agente: APR

Livello impregnazione/disco: 15 µg

Diametro disco: 1/4-inch

Confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente essiccante e indicatore

* Richiesta campionatura: Sì q.tà richiesta n° ///

Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della cartuccia, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo
Dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDA SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'Verifica di quanto previsto al punto B) CARATTERISTICHE TECNICHEe al punto C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

0		C. Berneri	P. Galdi	M. Zani
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 05.09.2003 REV. 0
--------------	---	--

CLASSE:

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)

AREA:

- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE ML	AREA AS	SEZIONE 01	ARTICOLO 0060	CODICE ARTICOLO MLAS010060.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS BACITRACINA B o BA
Descrizione estesa dell'articolo: disco impregnato di Bacitracina (B o BA) a titolo noto per test sensibilità antimicrobico

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 50 DISC)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: bacitracina

Simbolo dell'agente: B o BA

Livello impregnazione/disco: 10 U.I.

Diametro disco: 1/4-inch

Confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente dessicante e indicatore

* richiesta campionatura: q.tà richiesta n° ///

Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della cartuccia, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDE SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'Verifica di quanto previsto al punto B) CARATTERISTICHE TECNICHEe al punto C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

0		C. Berneri	P. Gialdi	M. Zanoni
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 22.09.2003 REV. 0
---------------------	---	--

CLASSE:

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)

AREA:

- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE ML	AREA AS	SEZIONE 01	ARTICOLO 0070	CODICE ARTICOLO MLAS010070.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS CEFALOTINA CF
Descrizione estesa dell'articolo: disco impregnato di Cefalotina (CF) a titolo noto per test sensibilità antimicrobico

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 50 DISC)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: cefalotina

Simbolo dell'agente: CF o KF

Livello impregnazione/disco: 30 µg

Diametro disco: 1/4-inch

Confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente essiccante e indicatore

* richiesta campionatura: SI q.tà richiesta n° /// NO

Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della cartuccia, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDE SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'Verifica di quanto previsto al punto B) **CARATTERISTICHE TECNICHE**e al punto C) **DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

0		C. Berneri	P. Gialdi	M. Zanoni
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 22.09.2003 REV. 0
--------------	---	--

CLASSE:

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)

AREA:

- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE ML	AREA AS	SEZIONE 01	ARTICOLO 0080	CODICE ARTICOLO MLAS010080.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS CEFALEXINA CN o CL o CFX
descrizione estesa dell'articolo: disco impregnato di Cefalexina (CN o CL o CFX) a titolo noto per test sensibilità antimicrobico

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 50 DISC)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: cefalexina

Simbolo dell'agente: CN o CL o CFX

Livello impregnazione/disco: 30 µg

Diametro disco: 1/4-inch

Confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente dessicante e indicatore

* richiesta campionatura: SI q.tà richiesta n° /// NO

Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della cartuccia, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDA SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO:/.....

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'Verifica di quanto previsto al punto B) CARATTERISTICHE TECNICHEe al punto C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

0		C. Berneri	P. Gialdi	L. Marzullo
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 22.09.2003 REV. 0
---------------------	---	--

CLASSE:

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)

AREA:

- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE ML	AREA AS	SEZIONE 01	ARTICOLO 0100	CODICE ARTICOLO MLAS010100.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS CEFOPERAZIONE CFP
Descrizione estesa dell'articolo: disco impregnato di Cefoperazone (CFP) a titolo noto per test sensibilità antimicrobico

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 50 DISC)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: cefoperazone

Simbolo dell'agente: CFP

Livello impregnazione/disco: 75 µg

Diametro disco: 1/4-inch

Confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente dessicante e indicatore

* richiesta campionatura: q.tà richiesta n° ///

Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della cartuccia, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDA SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO://.....

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'Verifica di quanto previsto al punto B) **CARATTERISTICHE TECNICHE**e al punto C) **DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

0		C. Berneri	P. Gialdi	L. Marzullo
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 22.09.2003 REV. 0
---------------------	---	--

CLASSE:

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)

AREA:

- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE ML	AREA AS	SEZIONE 01	ARTICOLO 0110	CODICE ARTICOLO MLAS010110.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS CLORAMFENICOLO C

Descrizione estesa dell'articolo: disco impregnato di Cloramfenicolo (C) a titolo noto per test sensibilità antimicrobico
--

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 50 DISC)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: cloramfenicolo

Simbolo dell'agente: C

Livello impregnazione/disco: 30 µg

Diametro disco: 1/4-inch

Confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente essiccante e indicatore

* richiesta campionatura: SI q.tà richiesta n° ///

Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della cartuccia, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDA SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'Verifica di quanto previsto al punto B) **CARATTERISTICHE TECNICHE**e al punto C) **DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

0		C. Berneri	P. Galdi	L. Marzullo
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 22.09.2003 REV. 0
---------------------	---	--

CLASSE:

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)

AREA:

- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE ML	AREA AS	SEZIONE 01	ARTICOLO 0130	CODICE ARTICOLO MLAS010130.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS CLOXACILLINA CX o OB
Descrizione estesa dell'articolo: disco impregnato di Cloxacillina (CX o OB) a titolo noto per test sensibilità antimicrobico

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 50 DISC)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: cloxacillina

Simbolo dell'agente: CX o OB

Livello impregnazione/disco: 1 µg

Diametro disco: 1/4-inch

Confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente dessicante e indicatore

* richiesta campionatura: SI q.tà richiesta n° ///

Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della cartuccia, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDA SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO://.....

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'Verifica di quanto previsto al punto B) **CARATTERISTICHE TECNICHE**e al punto C) **DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

0		C. Berneri	P. Gialdi	M. Zanoni
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 20.10.2003 REV. 0
--------------	---	--

CLASSE:

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)

AREA:

- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE ML	AREA AS	SEZIONE 01	ARTICOLO 0140	CODICE ARTICOLO MLAS010140.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS COLISTINA CL

Descrizione estesa dell'articolo: disco impregnato di Colistina CL a titolo noto per test sensibilità antimicrobico
--

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 50 DISC)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: colistina

Simbolo dell'agente: CL o CT

Livello impregnazione/disco: 10 µg

Diametro disco: 1/4-inch

Confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente dessicante e indicatore

* richiesta campionatura: q.tà richiesta n° ///

Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della cartuccia, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco.

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDA SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'Verifica di quanto previsto al punto B) **CARATTERISTICHE TECNICHE**e al punto C) **DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

0		C. Berneri	P. Gialdi	M. Zanoni
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 20.10.2003 REV. 0
---------------------	---	--

CLASSE:

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)

AREA:

- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE ML	AREA AS	SEZIONE 01	ARTICOLO 0150	CODICE ARTICOLO MLAS010150.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS ERITROMICINA E
Descrizione estesa dell'articolo: disco impregnato di Eritromicina (E) a titolo noto per test sensibilità antimicrobico

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 50DISC)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: eritromicina

Simbolo dell'agente: E

Livello impregnazione/disco: 15 µg

Diametro disco: 1/4-inch

Confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente dessicante e indicatore

* richiesta campionatura: SI q.tà richiesta n° ///

Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della cartuccia, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco.

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDA SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'Verifica di quanto previsto al punto B) CARATTERISTICHE TECNICHEe al punto C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

0		C. Berneri	P. Galdi	M. Zanoni
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 22.10.2003 REV. 0
---------------------	---	--

CLASSE:

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)

AREA:

- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE ML	AREA AS	SEZIONE 01	ARTICOLO 0160	CODICE ARTICOLO MLAS010160.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS FLUMEQUINA AR o UB

Descrizione estesa dell'articolo: disco impregnato di Flumequina (AR o UB) a titolo noto per test sensibilità antimicrobico

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 50 DISC)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: flumequina

Simbolo dell'agente: AR o UB

Livello impregnazione/disco: 30 µg

Diametro disco: 1/4-inch

Confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente dessicante e indicatore

* richiesta campionatura: SI q.tà richiesta n° ///

Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della cartuccia, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDA SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'Verifica di quanto previsto al punto B) CARATTERISTICHE TECNICHEe al punto C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

0		C. Berneri	P. Galdi	M. Zaroni
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 22.10.2003 REV. 0
---------------------	---	--

CLASSE:

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)

AREA:

- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE ML	AREA AS	SEZIONE 01	ARTICOLO 0170	CODICE ARTICOLO MLAS010170.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS GENTAMICINA GM
Descrizione estesa dell'articolo: disco impregnato di Gentamicina (GM) a titolo noto per test sensibilità antimicrobico

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 50 DISC)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: gentamicina

Simbolo dell'agente: GM

Livello impregnazione/disco: 10 µg

Diametro disco: 1/4-inch

Confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente dessicante e indicatore

* richiesta campionatura: SI q.tà richiesta n° /// NO

Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della cartuccia, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDA SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'Verifica di quanto previsto al punto B) CARATTERISTICHE TECNICHEe al punto C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

0		C. Berneri	P. Gialdi	M. Zanoni
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 22.10.2003 REV. 0
---------------------	---	--

CLASSE:

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)

AREA:

- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE ML	AREA AS	SEZIONE 01	ARTICOLO 0180	CODICE ARTICOLO MLAS010180.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS KANAMICINA K

Descrizione estesa dell'articolo: disco impregnato di Kanamicina (K) a titolo noto per test sensibilità antimicrobico
--

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 50 DISC)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: kanamicina

Simbolo dell'agente: K

Livello impregnazione/disco: 30 µg

Diametro disco: 1/4-inch

Confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente dessicante e indicatore

* richiesta campionatura:

 SI q.tà richiesta n° /// NO

Altro:

oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della cartuccia, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDA SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'Verifica di quanto previsto al punto B) **CARATTERISTICHE TECNICHE**e al punto C) **DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

0		C. Berneri	P. Galdi	M. Zanoni
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 22.10.2003 REV. 0
---------------------	---	--

CLASSE:

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)

AREA:

- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE	AREA	SEZIONE	ARTICOLO	CODICE ARTICOLO
ML	AS	01	0190	MLAS010190.1

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS LINCOMICINA LNC

Descrizione estesa dell'articolo: disco impregnato di Lincomicina (LNC) a titolo noto per test sensibilità antimicrobico

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 50 DISC)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: lincomicina

Simbolo dell'agente: LNC o L o MY

Livello impregnazione/disco: 2 µg

Diametro disco: 1/4-inch

Confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente dessicante e indicatore

* richiesta campionatura: q.tà richiesta n° ///

Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della cartuccia, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDA SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO://.....

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'Verifica di quanto previsto al punto B) **CARATTERISTICHE TECNICHE**e al punto C) **DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

0		C. Berneri	P. Gialdi	L. Marzullo
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 23.10.2003 REV. 0
---------------------	---	--

CLASSE:

AREA:

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE ML	AREA AS	SEZIONE 01	ARTICOLO 0220	CODICE ARTICOLO MLAS010220.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS NEOMICINA N 10µg

Descrizione estesa dell'articolo: disco impregnato di Neomicina (N) a titolo noto per test sensibilità antimicrobico

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 50 DISC)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: neomicina

Simbolo dell'agente: N

Livello impregnazione/disco: 10 µg

Diametro disco: 1/4-inch

Confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente dessicante e indicatore

* richiesta campionatura: SI q.tà richiesta n° /// NO

Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della cartuccia, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco.

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDA SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'Verifica di quanto previsto al punto B) CARATTERISTICHE TECNICHEe al punto C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

0		M. Marino	P. Gialdi	L. Marzullo
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA
		DI EMISSIONE: 23.10.2003 REV. 0

CLASSE:**AREA:**

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE	AREA	SEZIONE	ARTICOLO	CODICE ARTICOLO
ML	AS	01	0230	MLAS010230.1

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS NITROFURANTOINA F

Descrizione estesa dell'articolo:	disco impregnato di Nitrofurantoina (F) a titolo noto per test sensibilità antimicrobico
--	--

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 50 DISC)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: nitrofurantoina

Simbolo dell'agente: FM

Livello impregnazione/disco: 300 µg

Diametro disco: 1/4-inch

Confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente dessicante e indicatore

* richiesta campionatura: q.tà richiesta n° ///

Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della cartuccia, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco.

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDA SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'Verifica di quanto previsto al punto B) CARATTERISTICHE TECNICHEe al punto C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

0		C. Berneri	P. Gialdi	L. Marzullo
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 27.10.2003 REV. 0
---------------------	---	--

CLASSE:**AREA:**

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE ML	AREA AS	SEZIONE 01	ARTICOLO 0240	CODICE ARTICOLO MLAS010240.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS NOVIOCIINA NB
Descrizione estesa dell'articolo: disco impregnato di Novobiocina (NB) a titolo noto per test sensibilità antimicrobico

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 50 DISC)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: novobiocina

Simbolo dell'agente: NB o NV

Livello impregnazione/disco: 30 µg

Diametro disco: 1/4-inch

Confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente dessicante e indicatore

* richiesta campionatura: q.tà richiesta n° ///

Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della cartuccia, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco.

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDA SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO://.....

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'Verifica di quanto previsto al punto B) CARATTERISTICHE TECNICHEe al punto C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

0		C. Berneri	P. Galdi	L. Marzullo
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 27.10.2003 REV. 0
---------------------	---	--

CLASSE:

AREA:

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE ML	AREA AS	SEZIONE 01	ARTICOLO 0250	CODICE ARTICOLO MLAS010250.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS OLEANDOMICINA OL

Descrizione estesa dell'articolo: disco impregnato di Oleandomicina (OL) a titolo noto per test sensibilità antimicrobico
--

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 50 DISC)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: oleandomicina

Simbolo dell'agente: OL

Livello impregnazione/disco: 15 µg

Diametro disco: 1/4-inch

Confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente essiccante e indicatore

* richiesta campionatura: q.tà richiesta n° ///

Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della cartuccia, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco.

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDA SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO://.....

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'Verifica di quanto previsto al punto B) CARATTERISTICHE TECNICHEe al punto C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

0		C. Berneri	P. Gialdi	L. Marzullo
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 27.10.2003 REV. 0
---------------------	---	--

CLASSE:

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)

AREA:

- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE ML	AREA AS	SEZIONE 01	ARTICOLO 0260	CODICE ARTICOLO MLAS010260.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

**DIS OSSITETRACI TERRAMICINA OT
(OXITETRACICLINA T o OT)**

Descrizione estesa dell'articolo: disco impregnato di Ossitetraci Terramicina (OT) (Oxitettraciclina T o OT) a titolo noto per test sensibilità antimicrobico

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCX50DISC)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: oxitetraciclina

Simbolo dell'agente: T o OT

Livello impregnazione/disco: 30 µg

Diametro disco: 1/4-inch

Confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente dessicante e indicatore

* richiesta campionatura: q.tà richiesta n° ///

Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della cartuccia, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDA SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'Verifica di quanto previsto al punto B) **CARATTERISTICHE TECNICHE**e al punto C) **DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

0		C. Berneri	P. Gialdi	M. Zandoni
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 27.10.2003 REV. 0
---------------------	---	--

CLASSE:**AREA:**

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE ML	AREA AS	SEZIONE 01	ARTICOLO 0270	CODICE ARTICOLO MLAS010270.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS OXACILLINA OX
Descrizione estesa dell'articolo: disco impregnato di Oxacillina (OX) a titolo noto per test sensibilità antimicrobico

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 50 DISC)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: oxacillina

Simbolo dell'agente: OX

Livello impregnazione/disco: 1 µg

Diametro disco: 1/4-inch

Confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente dessicante e indicatore

* richiesta campionatura: SI q.tà richiesta n° /// NO

Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della cartuccia, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDE SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO:/.....

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'Verifica di quanto previsto al punto B) CARATTERISTICHE TECNICHEe al punto C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

0		C. Berneri	P. Gialdi	L. Marzullo
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce i cornice che interessa

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 27.10.2003 REV. 0
---------------------	---	--

CLASSE:

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)

AREA:

- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE ML	AREA AS	SEZIONE 01	ARTICOLO 0280	CODICE ARTICOLO MLAS010280.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS POLIMIXINA PB

Descrizione estesa dell'articolo: disco impregnato di Polimixina (PB) a titolo noto per test sensibilità antimicrobico

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 50 DISC)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: polimixina b

Simbolo dell'agente: PB

Livello impregnazione/disco: 300 U.I.

Diametro disco: 1/4-inch

Confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente dessicante e indicatore

* richiesta campionatura: q.tà richiesta n° ///

Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della cartuccia, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDA SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'Verifica di quanto previsto al punto B) CARATTERISTICHE TECNICHEe al punto C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

0		C. Berneri	P. Gialdi	L. Marzullo
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 27.10.2003 REV. 0
---------------------	---	--

CLASSE:

AREA:

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE ML	AREA AS	SEZIONE 01	ARTICOLO 0290	CODICE ARTICOLO MLAS010290.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS RIFAMPICINA RA o RD

Descrizione estesa dell'articolo: disco impregnato di Rifampicina (RA o RD) a titolo noto per test sensibilità antimicrobico

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 50 DISC)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: rifampicina

Simbolo dell'agente: RA o RD

Livello impregnazione/disco: 30 µg

Diametro disco: 1/4-inch

Confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente dessicante e indicatore

* richiesta campionatura: q.tà richiesta n° ///

Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della cartuccia, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDA SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'Verifica di quanto previsto al punto B) CARATTERISTICHE TECNICHEe al punto C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

0		C. Berneri	P. Galdi	L. Marzullo
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

*Barrare la voce in comice che interessa

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 27.10.2003 REV. 0
---------------------	---	--

CLASSE:**AREA:**

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE ML	AREA AS	SEZIONE 01	ARTICOLO 0300	CODICE ARTICOLO MLAS010300.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS SPECTINOMICINA SPT o SH

Descrizione estesa dell'articolo: disco impregnato di Spectinomicina (SPT o SH) a titolo noto per test sensibilità antimicrobico

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 50 DISC)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: spectinomicina

Simbolo dell'agente: SPT o SH

Livello impregnazione/disco: 100 µg

Diametro disco: 1/4-inch

Confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente dessicante e indicatore

* richiesta campionatura: SI q.tà richiesta n° /// NO

Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della confezione, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDA SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'Verifica di quanto previsto al punto B) CARATTERISTICHE TECNICHEe al punto C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

0		C. Berneri	P. Galdi	L. Marzullo
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 27.10.2003 REV. 0
---------------------	---	--

CLASSE:

AREA:

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE ML	AREA AS	SEZIONE 01	ARTICOLO 0310	CODICE ARTICOLO MLAS010310.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS PENICILLINA P

Descrizione estesa dell'articolo: disco impregnato di Penicillina (P) a titolo noto per test sensibilità antimicrobico

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 50 DISC)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: penicillina g

Simbolo dell'agente: P

Livello impregnazione/disco: 10 U.I.

Diametro disco: 1/4-inch

Confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente dessicante e indicatore

* richiesta campionatura: SI q.tà richiesta n° /// NO

Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della cartuccia, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDA SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'Verifica di quanto previsto al punto B) CARATTERISTICHE TECNICHEe al punto C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

0		C. Berneri	P. Gialdi	M. Zanoni
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 27.10.2003 REV. 0
---------------------	---	--

CLASSE:

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)

AREA:

- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE ML	AREA AS	SEZIONE 01	ARTICOLO 0330	CODICE ARTICOLO MLAS010330.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS SPIRAMICINA SP
Descrizione estesa dell'articolo: disco impregnato di Spiramicina (SP) a titolo noto per test sensibilità antimicrobico

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 50 DISC)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: spiramicina

Simbolo dell'agente: SP

Livello impregnazione/disco: 100 µg

Diametro disco: 1/4-inch

Confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente essiccante e indicatore

* richiesta campionatura: sì q.tà richiesta n° /// no

Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della cartuccia, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDA SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'Verifica di quanto previsto al punto B) CARATTERISTICHE TECNICHEe al punto C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

0		C. Berneri	P. Galdi	M. Zanoni
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 27.10.2003 REV. 0
---------------------	---	--

CLASSE:**AREA:**

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE ML	AREA AS	SEZIONE 01	ARTICOLO 0340	CODICE ARTICOLO MLAS010340.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS STREPTOMICINA S
Descrizione estesa dell'articolo: disco impregnato di Streptomicina (S) a titolo noto per test sensibilità antimicrobico

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 50 DISC)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: streptomicina

Simbolo dell'agente: S

Livello impregnazione/disco: 10 µg

Diametro disco: 1/4-inch

Confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente dessicante e indicatore

* richiesta campionatura: q.tà richiesta n° ///

Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della cartuccia, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDA SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'Verifica di quanto previsto al punto B) CARATTERISTICHE TECNICHEe al punto C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

0		C. Berneri	P. Galdi	L. Marzullo
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 27.10.2003 REV. 0
---------------------	---	--

CLASSE:**AREA:**

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE ML	AREA AS	SEZIONE 01	ARTICOLO 0350	CODICE ARTICOLO MLAS010350.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS SULFADIAZINA SD
Descrizione estesa dell'articolo: disco impregnato di Sulfadiazina (SD) a titolo noto per test sensibilità antimicrobico

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 50 DISC)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: sulfadiazina

Simbolo dell'agente: SD

Livello impregnazione/disco: 0,25 mg

Diametro disco: 1/4-inch

Confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente dessicante e indicatore

* richiesta campionatura: q.tà richiesta n° ///

Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della cartuccia, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDE SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'Verifica di quanto previsto al punto B) **CARATTERISTICHE TECNICHE**e al punto C) **DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

0		C. Berneri	P. Galdi	L. Marzullo
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 27.10.2003 REV. 0
---------------------	---	--

CLASSE:

AREA:

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE ML	AREA AS	SEZIONE 01	ARTICOLO 0360	CODICE ARTICOLO MLAS010360.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS SULFAMETOXAZOLO TRIMETHOPRIM SXT

Descrizione estesa dell'articolo: disco impregnato di Sulfametoxazolo Trimethoprim (SXT) a titolo noto per test sensibilità antimicrobico

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 50 DISC)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: sulfametoxazolo con trimethoprim

Simbolo dell'agente: SXT

Livello impregnazione/disco: 25 µg:
 - sulfametoxazolo: 23,75 µg
 - trimethoprim: 1,25 µg

Diametro disco: 1/4-inch

Confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente essiccante e indicatore

* richiesta campionatura: SI q.tà richiesta n° ///

Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della cartuccia, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDA SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO://.....

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'Verifica di quanto previsto al punto B) CARATTERISTICHE TECNICHEe al punto C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

0		C. Berneri	P. Galdi	L. Marzullo
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 27.10.2003 REV. 0
---------------------	---	--

CLASSE:**AREA:**

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE ML	AREA AS	SEZIONE 01	ARTICOLO 0370	CODICE ARTICOLO MLAS010370.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS TETRACICLINA TE
Descrizione estesa dell'articolo: disco impregnato di Tetraciclina (TE) a titolo noto per test sensibilità antimicrobico

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 50 DISC)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: tetraciclina

Simbolo dell'agente: TE

Livello impregnazione/disco: 30 µg

Diametro disco: 1/4-inch

Confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente dessicante e indicatore

* richiesta campionatura: SI q.tà richiesta n° /// NO

Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della cartuccia, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDE SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'Verifica di quanto previsto al punto B) CARATTERISTICHE TECNICHEe al punto C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

0		C. Berneri	P. Galdi	M. Zanoni
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 28.10.2003 REV. 0
---------------------	---	--

CLASSE:

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)

AREA:

- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE ML	AREA AS	SEZIONE 01	ARTICOLO 0380	CODICE ARTICOLO MLAS010380.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS TRIPLE SULFA SSS

Descrizione estesa dell'articolo: disco impregnato di Triple Sulfa (SSS) a titolo noto per test sensibilità antimicrobico
--

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 50 DISC)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: triple sulfa

Simbolo dell'agente: SSS

Livello impregnazione/disco: 0,25 mg

Diametro disco: 1/4-inch

Confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente dessicante e indicatore

* richiesta campionatura: SI q.tà richiesta n° /// NO

Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della cartuccia, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDA SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'Verifica di quanto previsto al punto B) CARATTERISTICHE TECNICHEe al punto C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

0		C. Berneri	P. Gialdi	M. Zaroni
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA
		DI EMISSIONE: 28.10.2003 REV. 0

CLASSE:**AREA:**

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE ML	AREA AS	SEZIONE 01	ARTICOLO 0390	CODICE ARTICOLO MLAS010390.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS TYLOSINA TY

Descrizione estesa dell'articolo: disco impregnato di Tylosina (TY) a titolo noto per test sensibilità antimicrobico
--

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 50 DISC)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: tylosina

Simbolo dell'agente: TY

Livello impregnazione/disco: 30 µg

Diametro disco: 1/4-inch

Confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente dessicante e indicatore

* richiesta campionatura: SI q.tà richiesta n° /// NO

Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della cartuccia, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDA SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'

Verifica di quanto previsto al punto B) CARATTERISTICHE TECNICHE

e al punto C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

0		C. Berneri	P. Galdi	L. Marzullo
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA
		DI EMISSIONE: 23.10.2003 REV. 0

CLASSE:

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)

AREA:

- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE	AREA	SEZIONE	ARTICOLO	CODICE ARTICOLO
ML	AS	01	0480	MLAS010480.1

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS MAMIZIN LD

Descrizione estesa dell'articolo: disco impregnato di Mamizin (LD) a titolo noto per test sensibilità antimicrobico
--

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 100DISC)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: mamizin

Simbolo dell'agente: LD

Livello impregnazione/disco: 25 µg

Diametro disco: 1/4-inch

Confezione: cartuccia da 100 dischi, provvista di agente deessiccante e indicatore

* richiesta campionatura: SI q.tà richiesta n° ///

Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della confezione, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDA SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'Verifica di quanto previsto al punto B) CARATTERISTICHE TECNICHEe al punto C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

0		C. Berneri	P. Gialdi	L. Marzullo
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 18/09/2008 REV. 0
---------------------	---	--

CLASSE:

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)

CLASSE ML	AREA RE	SEZIONE 01	ARTICOLO 7340	CODICE ARTICOLO MLRE017340.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

AREA:

- REAGENTI (RE)

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

GENbag MICROAER 1CFX20BUSTE +20GENERATORI+2BARRETTE-20TEST

Descrizione estesa dell'articolo: Sistema generatore di microaerobiosi per la coltivazione di batteri

UNITA' D'ACQUISTO = CONFEZIONE

NOTA: LA FORNITURA DEVE ESSERE EFFETTUATA CON PRODOTTO NON INFERIORE AL 75 % DELLA SUA SCADENZA

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Sistema composto da:

- generatore chimico delle condizioni di microaerobiosi;
- sacchetto di plastica per il ricovero di massimo 2 piastre Petri;
- barretta per la chiusura ermetica del sacchetto.

Il generatore non deve richiedere né l'impiego di catalizzatori né l'aggiunta di altri componenti per l'attivazione della reazione. Deve inoltre garantire la realizzazione di una concentrazione di ossigeno variabile tra il 5% e il 12% entro 24 ore.

Altro: ///

* Richiesta campionatura: SI q.tà richiesta n°**C) DOCUMENTAZIONI RICHIESTE**

- SCHEDA DI SICUREZZA: OBBLIGATORIA
- CERTIFICATO D'ANALISI (CONTENENTE CERTIFICAZIONE DELLA PUREZZA CON INDICAZIONE DELLA TECNICA ANALITICA UTILIZZATA PER DETERMINARLA E SHELF LIFE)*:
SI NO

Altro: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'

- CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
- TEST DI LABORATORIO SU UN CAMPIONE DI PROVA (OBBLIGATORIA SUI MATERIALI OFFERTI MAI TESTATI)

Altro: ///

0	Prima stesura	Dr. C. Berneri	Sig. P. Gialdi	Dr. M. D'Incau
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa.

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 18/09/2008 REV. 0
---------------------	---	--

CLASSE:

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)

CLASSE ML	AREA RE	SEZIONE 01	ARTICOLO 7350	CODICE ARTICOLO MLRE017350.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

AREA:

- REAGENTI (RE)

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

GENbag ANAER 1CFX20BUSTE+20GENERAT+2BARRETTE20TEST

Descrizione estesa dell'articolo: Sistema generatore di anaerobiosi per la coltivazione di batteri

UNITA' D'ACQUISTO = CONFEZIONE

NOTA: LA FORNITURA DEVE ESSERE EFFETTUATA CON PRODOTTO NON INFERIORE AL 75 % DELLA SUA SCADENZA

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Sistema composto da:

- generatore chimico delle condizioni di anaerobiosi;
- sacchetto di plastica per il ricovero di massimo 5 piastre Petri;
- barretta per la chiusura ermetica del sacchetto.

Il generatore non deve richiedere né l'impiego di catalizzatori né l'aggiunta di altri componenti per l'attivazione della reazione. Deve inoltre garantire la realizzazione di una concentrazione di ossigeno inferiore allo 0,1% entro 3 ore.

Altro: ///

* Richiesta campionatura: SI q.tà richiesta n°**C) DOCUMENTAZIONI RICHIESTE**

- SCHEDA DI SICUREZZA: OBBLIGATORIA
- CERTIFICATO D'ANALISI (CONTENENTE CERTIFICAZIONE DELLA PUREZZA CON INDICAZIONE DELLA TECNICA ANALITICA UTILIZZATA PER DETERMINARE LA E SHELF LIFE)*:
SI NO

Altro: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'

- CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
- TEST DI LABORATORIO SU UN CAMPIONE DI PROVA (OBBLIGATORIA SUI MATERIALI OFFERTI MAI TESTATI)

Altro: ///

0	Prima stesura	Dr. C. Berneri	Sig. P. Gialdi	Dr. M. D'Incau
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa.

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 18/09/2008 REV. 0
---------------------	---	--

CLASSE:

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)

CLASSE ML	AREA RE	SEZIONE 04	ARTICOLO 5390	CODICE ARTICOLO MLRE045390.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

AREA:

- REAGENTI (RE)

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

INDICATORE DI ANAEROBIOSI

Descrizione estesa dell'articolo: Indicatore chimico delle condizioni atmosferiche di anaerobiosi
--

UNITA' D'ACQUISTO = CONFEZIONE(1CFX100STRISCE)

NOTA: LA FORNITURA DEVE ESSERE EFFETTUATA CON PRODOTTO NON INFERIORE AL 75 % DELLA SUA SCADENZA

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Strisce di materiale inerte impregnate con una soluzione di sostanze chimiche che assumono un colore variabile in relazione alle condizioni atmosferiche.

Le strisce devono essere contenute in confezioni sigillate e monouso: all'apertura della confezione la striscia deve, a contatto con l'aria, assumere un colore diverso da quello originale; durante l'uso, in condizioni di anaerobiosi, si deve verificare un ulteriore viraggio di colore a testimonianza dell'avvenuta variazione atmosferica.

Altro: ///

* Richiesta campionatura: SI q.tà richiesta n°**C) DOCUMENTAZIONI RICHIESTE**

- SCHEDA DI SICUREZZA: OBBLIGATORIA
- CERTIFICATO D'ANALISI (CONTENENTE CERTIFICAZIONE DELLA PUREZZA CON INDICAZIONE DELLA TECNICA ANALITICA UTILIZZATA PER DETERMINARE LA SHELF LIFE)*:
SI NO

Altro: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'

- CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
- TEST DI LABORATORIO SU UN CAMPIONE DI PROVA (OBBLIGATORIA SUI MATERIALI OFFERTI MAI TESTATI)

Altro: ///

0	Prima stesura	Dr. C. Berneri	Sig. P. Gialdi	Dr. M. D'Incau
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa.