

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 26.04.2005 REV. 2
--------------	--	--

CLASSE:**AREA:**

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
- MATERIALE PLASTICO (MP)

CLASSE ML	AREA MP	SEZIONE 02	ARTICOLO 0020	CODICE ARTICOLO MLMP020020.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

FLACONE PLASTICA LATTE CODBARRE STERILE

UNITA' D'ACQUISTO = PEZZI

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

MATERIALE: POLIETILENE BASSA DENSITA'

CAPACITA' : 150 ml

DIMENSIONI FLACONE: DIAMETRO 50mmX ALTEZZA102mm

APERTURA FLACONE: 28mm ±2

PESO FLACONE: 18,2 g ± 1

TAPPO A VITE: PLASTICA DURA

PESO TAPPO A VITE: 6,4 g ± 0,5

ALTEZZA TAPPO VITE: 23mm ± 0.1

**VISORE PER APPLICAZIONE E
LETTURA DELL'ETICHETTA**

CODICE BARRE: PIATTO, IN CORPO UNICO TRASVERSALE ALLA PARTE CILINDRICA DEL
BOCCHETTO NEL TERZO SUPERIORE

DIMENSIONE VISORE PIATTO:57X37mm

STERILITA': OSSIDO DI ETILENE

CONFEZIONE: 40 FLACONI STERILI TAPPATI PER VASSOIO

IMBALLO: 200 FLACONI (5 VASSOI DA 40 FLACONI CADAUNO)

ALTRO: TAPPI BEN AVVITATI ONDE EVITARE PERDITA DI STERILITA' DEI FLACONI

LE CARATTERISTICHE TECNICHE (PUNTO B) SONO SPECIFICHE ESSENZIALI PER L' UTILIZZO DEI BOCCHETTI CON I
PORTA CAMPIONI IN USO PRESSO IL LABORATORIO E PER LE MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEL CODICE BARRE

*Richiesta campionatura:



q.tà richiesta n° 50 PZ

 NO**C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

Nessuna

ALTRO: ...// ...

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'Verifica di quanto previsto al punto B) CARATTERISTICHE TECNICHE

2	Aggiornamento tecnico	Dr. C.Bernerì	Sig.Paolo Gialdi	Dr. Giorgio Varisco
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

*Barrare la voce in cornice che interessa.

LISTA 1 - POS 2

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 20.10.2004 REV. 1
---------------------	---	--

CLASSE:

AREA:

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
- MATERIALE PLASTICO (MP)

CLASSE ML	AREA MP	SEZIONE 02	ARTICOLO 2510	CODICE ARTICOLO MLMP022510.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

FLACONE PLASTICA LATTE CODBARRE STERILE+ASTA SODIOAZIDATA

UNITA' D'ACQUISTO = PEZZI

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

MATERIALE FLACONE: POLIETILENE BASSA DENSITA'

CAPACITA' : 150 ml

DIMENSIONI FLACONE: DIAMETRO 50mmX ALTEZZA102mm

APERTURA FLACONE: 28mm ±2

PESO FLACONE: 18,2 g ± 1

TAPPO A VITE: PLASTICA DURA

PESO TAPPO A VITE: 6,4 g ± 0,5

ALTEZZA TAPPO VITE: 23mm ± 0.1

**VISORE PER APPLICAZIONE E
LETTURA DELL'ETICHETTA**

CODICE BARRE: PIATTO, IN CORPO UNICO TRASVERSALE ALLA PARTE CILINDRICA DEL BOCCETTO NEL TERZO SUPERIORE

DIMENSIONE VISORE PIATTO:57X37mm

STERILITA': OSSIDO DI ETILENE

QUANTITA' PRINCIPIO ATTIVO: 16mg DI SODIO AZIDE (COLORATO CON 100mg DI BLU DI METILENE)

CONFEZIONE: 40 FLACONI STERILI TAPPATI PER VASSOIO

IMBALLO: 200 FLACONI (5 VASSOI DA 40 FLACONI CADAUNO)

ALTRO: TAPPI BEN AVVITATI ONDE EVITARE PERDITA DI STERILITA' DEI FLACONI

LE CARATTERISTICHE TECNICHE (PUNTO B) SONO SPECIFICHE ESSENZIALI PER L' UTILIZZO DEI BOCCETTI CON I PORTA CAMPIONI IN USO PRESSO IL LABORATORIO E PER LE MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEL CODICE BARRE

*Richiesta campionatura: q.tà richiesta n° 50 PZ

NO

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDA DI SICURAZZA PER SODIO AZIDE: OBBLIGATORIA

ALTRO://.....

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'

VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AL PUNTO B) E AL PUNTO C)

1	Richiesta campionatura	Dr. C.Bernerì	Sig.Paolo Gialdi	Dr. Giorgio Varisco
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

*Barrare la voce in cornice che interessa.