

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 17/5/2012 REV. 1
---------------------	---	---

CLASSE:

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)

CLASSE ML	AREA BM	SEZIONE 02	ARTICOLO 0300	CODICE ARTICOLO MLBM020300.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

AREA:

- BIOLOGIA MOLECOLARE (BM)

SEZIONE:

- MATERIALE PLASTICO MONOUSO (02)

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

PIASTRA 96 POZZETTI 0,2 ml. PER REAL-TIME PCR

Descrizione estesa dell'articolo: Piastra 96 pozzetti, volume 0,2 ml da utilizzare in protocolli di real-time PCR

UNITA' D'ACQUISTO = PEZZI

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- Volume utile 0,2 ml
- Fondo conico
- Ottimizzata per applicazioni con fluorescenza
- Compatibile con gli strumenti presenti nei laboratori richiedenti

Richiesta campionatura:

SI: QUANTITÀ RICHIESTA N. 6 PEZZI

NO:

UNICO LOTTO CON ARTICOLI: strip da 8 tappi 0,2 ml per real-time PCR COD. MLBM020310.1
piastra 96 pozzetti 0,2 ml per real-time PCR (tagliabile) COD. MLBM020320.1

C) DOCUMENTAZIONI RICHIESTE

- Dichiarazione assenza di DNA e RNA

Altro: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'

- Verifica di quanto previsto al punto B)
- Campionatura: verifica della compatibilità con gli strumenti presenti nei laboratori richiedenti

Altro: ///

1	Aggiunto articolo per unico lotto	Dr.ssa M. Marino	Dr.ssa M. Pacciarini	Dr.ssa M.B. Boniotti
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 17/5/2012 REV. 1
---------------------	---	---

CLASSE:

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)

AREA:

- BIOLOGIA MOLECOLARE (BM)

SEZIONE:

- MONOUSO (02)

CLASSE ML	AREA BM	SEZIONE 02	ARTICOLO 0320	CODICE ARTICOLO MLBM020320.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

PIASTRA 96 POZZ. 0,2 ml PER REAL-TIME PCR (TAGLIABILE)

Descrizione estesa dell'articolo: Piastra 96 pozzetti, volume 0,2 ml da utilizzare in protocolli di Real time PCR

UNITA' D'ACQUISTO = PEZZI

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- Volume utile 0,2 ml
- Piastra senza gonna (unskirted) e con profilo basso (low profile)
- Tagliabili in file da 8 pozzetti
- Plastica bianca
- Compatibile con gli strumenti presenti nei laboratori richiedenti

Richiesta campionatura:

SI: QUANTITÀ RICHIESTA N. 25 PEZZI

NO:

UNICO LOTTO CON ARTICOLO: strip da 8 tappi 0,2 ml per real-time PCR COD. MLBM020310.1
piastra 96 pozzetti 0,2 ml. per real-time PCR COD. MLBM020300.1

C) DOCUMENTAZIONI RICHIESTE

- Dichiarazione assenza di DNA e RNA

Altro: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'

- Verifica di quanto previsto al punto B)
- Campionatura: verifica della compatibilità con gli strumenti presenti nei laboratori richiedenti

Altro: ///

1	Aggiunto articolo per unico lotto	Dr.ssa M. Marino	Dr.ssa M. Pacciarini	Dr.ssa M.B. Boniotti
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 27/9/2011 REV. 0
---------------------	---	---

<p><u>CLASSE:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • MATERIALE DA LABORATORIO (ML) <p><u>AREA:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • BIOLOGIA MOLECOLARE (BM) <p><u>SEZIONE:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • MONOUSO (02) 	<table border="1"> <tr> <td>CLASSE ML</td> <td>AREA BM</td> <td>SEZIONE 02</td> <td>ARTICOLO 0310</td> <td>CODICE ARTICOLO MLBM020310.1</td> </tr> </table>	CLASSE ML	AREA BM	SEZIONE 02	ARTICOLO 0310	CODICE ARTICOLO MLBM020310.1
CLASSE ML	AREA BM	SEZIONE 02	ARTICOLO 0310	CODICE ARTICOLO MLBM020310.1		

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

STRIP DA 8 TAPPI 0,2 ml PER REAL-TIME PCR

Descrizione estesa dell'articolo: STRIP da 8 tappi ottici da utilizzare per sigillare piastre da 96 pozzetti 0,2 ml, in protocolli di real-time PCR

UNITA' D'ACQUISTO = PEZZI

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- Plastica ottica ottimizzata per applicazioni con fluorescenza
- Compatibile con gli strumenti presenti nei laboratori richiedenti
- Compatibile con piastre 96 pozzetti 0,2 ml

Richiesta campionatura:

SI: quantità richiesta n. 25 pezzi
NO:

UNICO LOTTO CON ARTICOLI: piastra 96 pozzetti 0,2 ml. per real-time PCR COD. MLBM020300.1
piastra 96 pozzetti 0,2 ml per real-time PCR (tagliabile) COD. MLBM020320.1

C) DOCUMENTAZIONI RICHIESTE

- Dichiarazione assenza di DNA e RNA

Altro: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'

- Verifica di quanto previsto al punto B)
- Campionatura: verifica della compatibilità con gli strumenti presenti nei laboratori richiedenti

Altro: ///

0	Prima stesura	Dr.ssa M. Marino	Dr. C. Berneri	Dr.ssa B. Boniotti
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA