

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 12/08/2009 REV. 0
---------------------	---	---

CLASSE: MATERIALE DA LABORATORIO (ML)

AREA: REAGENTI (RE)

SEZIONE: SOSTANZE SOLIDE (04)

CLASSE	AREA	SEZIONE	ARTICOLO	CODICE ARTICOLO
ML	RE	04	0448	MLRE040448.1

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

KIT GENERATORE DI ANAEROBIOSI PER GIARA 3,5LT

Descrizione estesa dell'articolo: Kit per la produzione di ambiente anaerobio da utilizzare in giare a chiusura ermetica da 3,5 lt di capacità.

UNITA' D'ACQUISTO = BUSTA

NOTA: LA FORNITURA DEVE ESSERE EFFETTUATA CON PRODOTTO NON INFERIORE AL 75 % DELLA SUA SCADENZA

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- Kit in grado di sviluppare una reazione chimica (senza aggiunta di catalizzatore né acqua) tale da utilizzare tutto l'ossigeno atmosferico dando luogo alla formazione di biossido di carbonio ed eventualmente acqua.
- Al termine di tale reazione, la presenza di ossigeno nella giara si riduce a meno dell'1%, creando un ambiente adeguato per la coltura di germi anaerobi stretti.
- La reazione si completa in un tempo massimo di 30 minuti
- La reazione di creazione dell'ambiente anaerobio viene monitorata mediante viraggio di apposito indicatore, inserito nella giara contestualmente al kit (altro articolo).

* Richiesta campionatura: ☒ SI q.tà richiesta: n° 20 buste

☐ NO

ALTRO: ///

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

- SCHEDA DI SICUREZZA O DICHIARAZIONE DI NON PERICOLOSITÀ: OBBLIGATORIO (ove pertinente)

ALTRO: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'

- VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AL PUNTO B) CARATTERISTICHE TECNICHE
- CONTROLLO DI QUANTO PREVISTO AL PUNTO C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
- TEST DI LABORATORIO SU CAMPIONATURA, OVE RICHIESTA - OBBLIGATORIO SU MATERIALI MAI TESTATI IN PRECEDENZA

ALTRO: ///



IZSLER
PROT. N.25217 DEL 23/10/2012
5.2.1.0.0.0/86/2012 - AGD 907

0	Prima stesura	Dr. C. Berneri	Dr.ssa M. Marino	Dr.ssa I. Bertoletti
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa.

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 12/08/2009 REV. 0
---------------------	---	---

CLASSE: MATERIALE DA LABORATORIO (ML)

AREA: REAGENTI (RE)

SEZIONE: SOSTANZE SOLIDE (04)

CLASSE ML	AREA RE	SEZIONE 04	ARTICOLO 0377	CODICE ARTICOLO MLRE040377.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

KIT GENERATORE DI ANAEROBIOSI PER GIARA 2,5LT

Descrizione estesa dell'articolo: Kit per la produzione di ambiente anaerobio da utilizzare in giare a chiusura ermetica da 2,5 lt di capacità.

UNITA' D'ACQUISTO = BUSTA

NOTA: LA FORNITURA DEVE ESSERE EFFETTUATA CON PRODOTTO NON INFERIORE AL 75 % DELLA SUA SCADENZA

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- Kit in grado di sviluppare una reazione chimica (senza aggiunta di catalizzatore né acqua) tale da utilizzare tutto l'ossigeno atmosferico dando luogo alla formazione di biossido di carbonio ed eventualmente acqua.
- Al termine di tale reazione, la presenza di ossigeno nella giara si riduce a meno dell'1%, creando un ambiente adeguato per la coltura di germi anaerobi stretti.
- La reazione si completa in un tempo massimo di 30 minuti
- La reazione di creazione dell'ambiente anaerobio viene monitorata mediante viraggio di apposito indicatore, inserito nella giara contestualmente al kit (altro articolo).

* Richiesta campionatura: ☒ SI q.tà richiesta: n° 20 buste

☐ NO

ALTRO: ///

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

- SCHEDA DI SICUREZZA O DICHIARAZIONE DI NON PERICOLOSITÀ: OBBLIGATORIO (ove pertinente)

ALTRO: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITÀ

- VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AL PUNTO B) CARATTERISTICHE TECNICHE
- CONTROLLO DI QUANTO PREVISTO AL PUNTO C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
- TEST DI LABORATORIO SU CAMPIONATURA, OVE RICHIESTA - OBBLIGATORIO SU MATERIALI MAI TESTATI IN PRECEDENZA

ALTRO: ///

0	Prima stesura	Dr. C. Berneri	Dr.ssa M. Marino	Dr.ssa I. Bertolotti
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa.

LISTA 1 Pos 27

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 17/08/2009 REV. 0
--------------	---	--

CLASSE:

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)

AREA:

- DIAGNOSTICI (DG)

SEZIONE:

- KIT DIAGNOSTICI (02)

CLASSE	AREA	SEZIONE	ARTICOLO	CODICE ARTICOLO
ML	DG	02	0206	MLDG020206.1

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

KIT ELISA TOXOPLASMOSI INDIRETTO MULTI-SPECIE

Descrizione estesa dell'articolo: Kit ELISA multi-specie per la messa in evidenza degli anticorpi sierici verso la proteina P30 di *Toxoplasma gondii*, formato da due piastre a strips, più i relativi reagenti.

UNITA' D'ACQUISTO = DETERMINAZIONE

NOTA: LA FORNITURA DEVE ESSERE EFFETTUATA CON PRODOTTO NON INFERIORE AL 75 % DELLA SUA SCADENZA

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- permette la ricerca di anticorpi verso la proteina P30 di *Toxoplasma gondii*
- utilizzabile per siero di ruminanti, suidi e gatti.
- utilizza piastre a 96 pozzetti e permette di analizzare 192 sieri.
- micropiastre in strip
- Si basa su una tecnica ELISA indiretta

ALTRO: //

* Richiesta campionatura: ☐ SI q.tà richiesta n° ..

☒ NO

C) DOCUMENTAZIONI RICHIESTE

- SCHEDA DI SICUREZZA O DICHIARAZIONE DI NON PERICOLOSITA': OBBLIGATORIO

ALTRO: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'

- VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AL PUNTO B) CARATTERISTICHE TECNICHE
- CONTROLLO DI QUANTO PREVISTO AL PUNTO C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

ALTRO: ///

0	Prima stesura	Dr. C. Berneri	Dr.ssa M. Marino	Dr. F. Paterlini
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 17/12/2010 REV. 0
---------------------	---	---

CLASSE: MATERIALE DA LABORATORIO (ML)

AREA: DIAGNOSTICI (DG)

SEZIONE: REATTIVI PER PROVE DIAGNOSTICHE (01)

CLASSE ML	AREA DG	SEZIONE 01	ARTICOLO 0755	CODICE ARTICOLO MLDG010755.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

TAMPONE STER. CON TERRENO DI TRASPORTO CON CARBONE

Descrizione estesa dell'articolo: Tampone sterile montato su asta, confezionato unitamente ad un apposito contenitore sterile completo di terreno di trasporto (gelatina) CON CARBONE VEGETALE

UNITA' D'ACQUISTO = PEZZO

NOTA: LA FORNITURA DEVE ESSERE EFFETTUATA CON PRODOTTO NON INFERIORE AL 75 % DELLA SUA SCADENZA

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tampone sterile in cotone, poliestere o simili montato su asta inerte (legno o plastica)
- Confezionato singolarmente, unitamente ad un apposito contenitore sterile completo di terreno di trasporto (gelatina) con carbone vegetale.
- Il tampone, dopo il prelievo, viene inserito nel contenitore per garantire il mantenimento ottimale della vitalità dei germi eventualmente raccolti.

Richiesta campionatura: ☒ SI q.tà richiesta n°... ☒ NO

ALTRO: ///

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

- SCHEDA DI SICUREZZA O DICHIARAZIONE DI NON PERICOLOSITÀ: OBBLIGATORIO (ove pertinente)

ALTRO: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'

- VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AL PUNTO B) CARATTERISTICHE TECNICHE
- CONTROLLO DI QUANTO PREVISTO AL PUNTO C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
- TEST DI LABORATORIO SU CAMPIONATURA, OVE RICHIESTA - OBBLIGATORIO SU MATERIALI MAI TESTATI IN PRECEDENZA

ALTRO: ///

0	Prima stesura	Dr.ssa M. Marino	Dr. C. Berneri	G. Andreoli
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA EMISSIONE: 20/07/2009 REV. 0
--------------	----------------------------------	---

CLASSE: MATERIALE DA LABORATORIO (ML)

AREA: DIAGNOSTICI (DG)

SEZIONE: REATTIVI PER PROVE DIAGNOSTICHE (01)

CLASSE ML	AREA DG	SEZIONE 01	ARTICOLO 0738	CODICE ARTICOLO MLDG010738.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO E/O COMMERCIALE:

ANTISIERO SALMONELLA GRUPPO O:41 (S)

DESCRIZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO: Antisiero specifico verso gli antigeni somatici del "gruppo O:41 (S)" di *Salmonella spp.*, da impiegare nelle prove di caratterizzazione sierologica di ceppi batterici.

UNITA' D'ACQUISTO = MILLILITRO

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- Volume confezione: non superiore a 3 ml;
- Stato fisico: liofilizzato;
- Conservante: il siero deve essere già addizionato di un conservante di cui vanno specificate la natura e la concentrazione;
- Titolo del siero: non inferiore a 1:10 e non superiore a 1:50, ovvero documentazione tecnica in cui sia specificato che il reattivo è da impiegare in prove di agglutinazione rapida su vetrino.

Richiesta campionatura: ☐ SI q.tà richiesta n° ____ ☒ NO

Altro: //

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Documentazione tecnica contenente le caratteristiche relative al materiale e alle sue modalità d'impiego.

Altro: //

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITÀ

Verifica di quanto previsto al punto B) CARATTERISTICHE TECNICHE

0	Prima stesura	Dr. C. Berneri	Dr.ssa M. Marino	Dr. M. D'Incau
REV.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA EMISSIONE: 20/07/2009 REV. 0
--------------	----------------------------------	---

CLASSE: MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
AREA: DIAGNOSTICI (DG)
SEZIONE: REATTIVI PER PROVE DIAGNOSTICHE (01)

CLASSE ML	AREA DG	SEZIONE 01	ARTICOLO 0705	CODICE ARTICOLO MLDG010705.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO E/O COMMERCIALE:

ANTISIERO SALMONELLA O:46

DESCRIZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO: Antisiero specifico verso l'antigene somatico tipo "46" di *Salmonella spp.*, da impiegare nelle prove di caratterizzazione sierologica di ceppi batterici.

UNITA' D'ACQUISTO = MILLILITRO

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- Volume confezione: non superiore a 3 ml;
- Stato fisico: liofilizzato;
- Conservante: il siero deve essere già addizionato di un conservante di cui vanno specificate la natura e la concentrazione;
- Titolo del siero: non inferiore a 1:10 e non superiore a 1:50, ovvero documentazione tecnica in cui sia specificato che il reattivo è da impiegare in prove di agglutinazione rapida su vetrino.

Richiesta campionatura: ☐ SI q.tà richiesta n° ____ ☒ NO

Altro: //

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Documentazione tecnica contenente le caratteristiche relative al materiale e alle sue modalità d'impiego.

Altro: //

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITÀ

Verifica di quanto previsto al punto B) CARATTERISTICHE TECNICHE

0	Prima stesura	Dr. C. Berneri	Dr.ssa M. Marino	Dr. M. D'Incau
REV.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

I.Z.S.L.E.R.	SCHEMA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA EMISSIONE: 20/07/2009 REV. 0
---------------------	---	--

CLASSE: MATERIALE DA LABORATORIO (ML)

AREA: DIAGNOSTICI (DG)

SEZIONE: REATTIVI PER PROVE DIAGNOSTICHE (01)

CLASSE ML	AREA DG	SEZIONE 01	ARTICOLO 0704	CODICE ARTICOLO MLDG010704.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO E/O COMMERCIALE:

ANTISIERO SALMONELLA O:7

DESCRIZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO: Antisiero specifico verso l'antigene somatico tipo "7" di *Salmonella spp.*, da impiegare nelle prove di caratterizzazione sierologica di ceppi batterici.

UNITA' D'ACQUISTO = MILLILITRO

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- Volume confezione: non superiore a 3 ml
- Stato fisico: liofilizzato;
- Conservante: il siero deve essere già addizionato di un conservante di cui vanno specificate la natura e la concentrazione;
- Titolo del siero: non inferiore a 1:10 e non superiore a 1:50, ovvero documentazione tecnica in cui sia specificato che il reattivo è da impiegare in prove di agglutinazione rapida su vetrino.

Richiesta campionatura: ☐ SI q.tà richiesta n° ____ ☒ NO

Altro: //

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Documentazione tecnica contenente le caratteristiche relative al materiale e alle sue modalità d'impiego.

Altro: //

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITÀ

Verifica di quanto previsto al punto B) CARATTERISTICHE TECNICHE

0	Prima stesura	Dr. C. Berneri	Dr.ssa M. Marino	Dr. M. D'Incau
REV.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

LISTA 1 POS 17

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA EMISSIONE: 20/07/2009 REV. 0
--------------	----------------------------------	---

CLASSE: MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
AREA: DIAGNOSTICI (DG)
SEZIONE: REATTIVI PER PROVE DIAGNOSTICHE (01)

CLASSE	AREA	SEZIONE	ARTICOLO	CODICE ARTICOLO
ML	DG	01	0703	MLDG010703.1

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO E/O COMMERCIALE:

ANTISIERO SALMONELLA O:8

DESCRIZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO: Antisiero specifico verso l'antigene somatico tipo "8" di *Salmonella spp.*, da impiegare nelle prove di caratterizzazione sierologica di ceppi batterici.

UNITA' D'ACQUISTO = MILLILITRO

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- Volume confezione: non superiore a 3 ml
- Stato fisico: liofilizzato;
- Conservante: il siero deve essere già addizionato di un conservante di cui vanno specificate la natura e la concentrazione;
- Titolo del siero: non inferiore a 1:10 e non superiore a 1:50, ovvero documentazione tecnica in cui sia specificato che il reattivo è da impiegare in prove di agglutinazione rapida su vetrino.

Richiesta campionatura: ☐ SI q.tà richiesta n° ____ ☒ NO

Altro: //

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Documentazione tecnica contenente le caratteristiche relative al materiale e alle sue modalità d'impiego.

Altro: //

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITÀ

Verifica di quanto previsto al punto B) CARATTERISTICHE TECNICHE

0	Prima stesura	Dr. C. Berneri	Dr.ssa M. Marino	Dr. M. D'Incau
REV.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

LISTA 1 POS12

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA EMISSIONE: 20/07/2009 REV. 0
--------------	----------------------------------	---

CLASSE: MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
AREA: DIAGNOSTICI (DG)
SEZIONE: REATTIVI PER PROVE DIAGNOSTICHE (01)

CLASSE ML	AREA DG	SEZIONE 01	ARTICOLO 0508	CODICE ARTICOLO MLDG010508.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO E/O COMMERCIALE:

ANTISIERO SALMONELLA H:z₃₅

DESCRIZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO: Antisiero specifico verso l'antigene flagellare tipo "z₃₅" di *Salmonella spp.*, da impiegare nelle prove di caratterizzazione sierologica di ceppi batterici.

UNITA' D'ACQUISTO = MILLILITRO

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- Volume confezione: non superiore a 3 ml
- Stato fisico: liofilizzato.
- Conservante: il siero deve essere già addizionato di un conservante di cui vanno specificate la natura e la concentrazione.
- Titolo del siero: non inferiore a 1:250, ovvero documentazione tecnica in cui sia specificato che il reattivo è da impiegare in prove di agglutinazione lenta a caldo (metodo di Spicer – Edwards).

Richiesta campionatura: ☐ SI q.tà richiesta n° ____ ☒ NO

Altro: //

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Documentazione tecnica contenente le caratteristiche relative al materiale e alle sue modalità d'impiego.

Altro: //

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITÀ

Verifica di quanto previsto al punto B) CARATTERISTICHE TECNICHE

0	Prima stesura	Dr. C. Berneri	Dr.ssa M. Marino	Dr. M. D'Incau
REV.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA EMISSIONE: 20/07/2009 REV. 0
--------------	----------------------------------	---

CLASSE: MATERIALE DA LABORATORIO (ML)

AREA: DIAGNOSTICI (DG)

SEZIONE: REATTIVI PER PROVE DIAGNOSTICHE (01)

CLASSE ML	AREA DG	SEZIONE 01	ARTICOLO 0486	CODICE ARTICOLO MLDG010486.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO E/O COMMERCIALE:

ANTISIERO SALMONELLA GRUPPO O:18 (K)

DESCRIZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO: Antisiero specifico verso gli antigeni somatici del "gruppo O:18 (K)" di *Salmonella spp.*, da impiegare nelle prove di caratterizzazione sierologica di ceppi batterici.

UNITA' D'ACQUISTO = MILLILITRO

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- Volume confezione: non superiore a 3 ml;
- Stato fisico: liofilizzato;
- Conservante: il siero deve essere già addizionato di un conservante di cui vanno specificate la natura e la concentrazione;
- Titolo del siero: non inferiore a 1:10 e non superiore a 1:50, ovvero documentazione tecnica in cui sia specificato che il reattivo è da impiegare in prove di agglutinazione rapida su vetrino.

Richiesta campionatura: ☐ SI q.tà richiesta n° ____ ☒ NO

Altro: //

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Documentazione tecnica contenente le caratteristiche relative al materiale e alle sue modalità d'impiego.

Altro: //

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITÀ

Verifica di quanto previsto al punto B) CARATTERISTICHE TECNICHE

0	Prima stesura	Dr. C. Berneri	Dr.ssa M. Marino	Dr. M. D'Incau
REV.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA EMISSIONE: 20/07/2009 REV. 0
--------------	----------------------------------	---

CLASSE: MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
AREA: DIAGNOSTICI (DG)
SEZIONE: REATTIVI PER PROVE DIAGNOSTICHE (01)

CLASSE ML	AREA DG	SEZIONE 01	ARTICOLO 0485	CODICE ARTICOLO MLDG010485.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO E/O COMMERCIALE:

ANTISIERO SALMONELLA GRUPPO O:21 (L)

DESCRIZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO: Antisiero specifico verso gli antigeni somatici del "gruppo O:21 (L)" di *Salmonella spp.*, da impiegare nelle prove di caratterizzazione sierologica di ceppi batterici.

UNITA' D'ACQUISTO = MILLILITRO

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- Volume confezione: non superiore a 3 ml;
- Stato fisico: liofilizzato;
- Conservante: il siero deve essere già addizionato di un conservante di cui vanno specificate la natura e la concentrazione;
- Titolo del siero: non inferiore a 1:10 e non superiore a 1:50, ovvero documentazione tecnica in cui sia specificato che il reattivo è da impiegare in prove di agglutinazione rapida su vetrino.

Richiesta campionatura: ☐ SI q.tà richiesta n° ____ ☒ NO

Altro: //

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Documentazione tecnica contenente le caratteristiche relative al materiale e alle sue modalità d'impiego.

Altro: //

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITÀ

Verifica di quanto previsto al punto B) CARATTERISTICHE TECNICHE

0	Prima stesura	Dr. C. Berneri	Dr. ssa M. Marino	Dr. M. D'Incau
REV.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA EMISSIONE: 20/07/2009 REV. 0
--------------	----------------------------------	---

CLASSE: MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
AREA: DIAGNOSTICI (DG)
SEZIONE: REATTIVI PER PROVE DIAGNOSTICHE (01)

CLASSE ML	AREA DG	SEZIONE 01	ARTICOLO 0481	CODICE ARTICOLO MLDG010481.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO E/O COMMERCIALE:

ANTISIERO SALMONELLA O:12

DESCRIZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO: Antisiero specifico verso l'antigene somatico tipo "12" di *Salmonella spp.*, da impiegare nelle prove di caratterizzazione sierologica di ceppi batterici.

UNITA' D'ACQUISTO = MILLILITRO

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- Volume confezione: non superiore a 3 ml;
- Stato fisico: liofilizzato;
- Conservante: il siero deve essere già addizionato di un conservante di cui vanno specificate la natura e la concentrazione;
- Titolo del siero: non inferiore a 1:10 e non superiore a 1:50, ovvero documentazione tecnica in cui sia specificato che il reattivo è da impiegare in prove di agglutinazione rapida su vetrino.

Richiesta campionatura: ☐ SI q.tà richiesta n° ____ ☒ NO

Altro: //

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Documentazione tecnica contenente le caratteristiche relative al materiale e alle sue modalità d'impiego.

Altro: //

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITÀ

Verifica di quanto previsto al punto B) CARATTERISTICHE TECNICHE

0	Prima stesura	Dr. C. Berneri	Dr.ssa M. Marino	Dr. M. D'Incau
REV.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 12/08/2009 REV. 0
---------------------	---	---

CLASSE: MATERIALE DA LABORATORIO (ML)

AREA: DIAGNOSTICI (DG)

SEZIONE: REATTIVI PER PROVE DIAGNOSTICHE (01)

CLASSE ML	AREA DG	SEZIONE 01	ARTICOLO 0055	CODICE ARTICOLO MLDG010055.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

TAMPONE STERILE CON TERRENO DI TRASPORTO

Descrizione estesa dell'articolo: Tampone sterile montato su asta, confezionato unitamente ad un apposito contenitore sterile completo di terreno di trasporto (gelatina) senza carbone vegetale

UNITA' D'ACQUISTO = PEZZO

NOTA: LA FORNITURA DEVE ESSERE EFFETTUATA CON PRODOTTO NON INFERIORE AL 75 % DELLA SUA SCADENZA

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tampone sterile in cotone, poliestere o simili montato su asta inerte (legno o plastica)
- Confezionato singolarmente, unitamente ad un apposito contenitore sterile completo di terreno di trasporto (gelatina) senza carbone vegetale.
- Il tampone, dopo il prelievo, viene inserito nel contenitore per garantire il mantenimento ottimale della vitalità dei germi eventualmente raccolti.

* Richiesta campionatura: ☒ SÌ q.tà richiesta n°... ☐ NO

ALTRO: ///

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

- SCHEDA DI SICUREZZA O DICHIARAZIONE DI NON PERICOLOSITÀ: OBBLIGATORIO (ove pertinente)

ALTRO: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITÀ

- VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AL PUNTO B) CARATTERISTICHE TECNICHE
- CONTROLLO DI QUANTO PREVISTO AL PUNTO C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
- TEST DI LABORATORIO SU CAMPIONATURA, OVE RICHIESTA - OBBLIGATORIO SU MATERIALI MAI TESTATI IN PRECEDENZA

ALTRO: ///

0	Prima stesura	Dr. C. Berneri	Dr.ssa M. Marino	Dr.ssa I. Bertoletti
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa.

LISTA 1 POSA

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 24/09/2009 REV. 0
---------------------	---	---

CLASSE:

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)

AREA:

- DIAGNOSTICI (DG)

SEZIONE:

- REATTIVI PER PROVE DIAGNOSTICHE (01)

CLASSE ML	AREA DG	SEZIONE 01	ARTICOLO 0003	CODICE ARTICOLO MLDG010003.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

BORRELIA BURGDORFERI IFA

Descrizione estesa dell'articolo: Vetrini per la diagnosi sierologica di Borrelia burgdorferi tramite test di immunofluorescenza indiretta (IFI)

UNITA' D'ACQUISTO = PEZZO (= VETRINO)

NOTA: LA FORNITURA DEVE ESSERE EFFETTUATA CON PRODOTTO CON VALIDITA' RESIDUA NON INFERIORE AL 75 % DEL MASSIMO PREVISTO. SE LA DATA DI PRODUZIONE NON E' INDICATA SI INTENDE 9 MESI DI VALIDITA' RISPETTO ALLA DATA DI CONSEGNA.

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Vetrini per immunofluorescenza indiretta da 12 pozzetti ciascuno

Antigene inattivato Borrelia burgdorferi ceppo B31 e 297 e fissato su vetrino

Richiesta campionatura: ☒ SI q.tà richiesta n°☐ NO

ALTRO: ///

C) DOCUMENTAZIONI RICHIESTE

- SCHEDA DI SICUREZZA O DICHIARAZIONE DI NON PERICOLOSITA': OBBLIGATORIO
- DOCUMENTAZIONE TECNICA CONTENENTE LE CARATTERISTICHE RELATIVE AL MATERIALE E ALLE SUE MODALITA' D'IMPIEGO

ALTRO: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'

- CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

ALTRO: ///

0	Prima stesura	Dr. C.Berneri	Dr.ssa M. Marino	Dr.ssa M. Renzi
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 23.10.2003 REV. 0
---------------------	---	---

CLASSE:**AREA:**

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE ML	AREA AS	SEZIONE 01	ARTICOLO 0480	CODICE ARTICOLO MLAS010480 1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS MAMIZIN LD

Descrizione estesa dell'articolo: disco impregnato di Mamizin (LD) a titolo noto per test sensibilità antimicrobico
--

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 100DISC)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: mamizin

Simbolo dell'agente: LD

Livello impregnazione/disco: 25 µg

Diametro disco: 1/4-inch

Confezione: cartuccia da 100 dischi, provvista di agente dessicante e indicatore

* richiesta campionatura: ☒ SI q.tà richiesta n° ///

Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della confezione, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDA SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'Verifica di quanto previsto al punto B) ☒ CARATTERISTICHE TECNICHEe al punto C) ☒ DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

0		C. Berneri	P. Gialdi	L. Marzullo
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 28.10.2003 REV. 0
---------------------	---	---

CLASSE:

AREA:

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE ML	AREA AS	SEZIONE 01	ARTICOLO 0390	CODICE ARTICOLO MLAS010390.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS TYLOSINA TY

Descrizione estesa dell'articolo: disco impregnato di Tylosina (TY) a titolo noto per test sensibilità antimicrobico

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 50 DISC)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: tylosina

Simbolo dell'agente: TY

Livello impregnazione/disco: 30 µg

Diametro disco: 1/4-inch

Confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente dessicante e indicatore

* richiesta campionatura: ☒ SI q.tà richiesta n° /// ☒ NO

Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della cartuccia, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDA SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'Verifica di quanto previsto al punto B) **CARATTERISTICHE TECNICHE**e al punto C) **DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

0		C. Berneri	P. Gialdi	L. Marzullo
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 28.10.2003 REV. 0
---------------------	---	---

CLASSE:**AREA:**

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE ML	AREA AS	SEZIONE 01	ARTICOLO 0380	CODICE ARTICOLO MLAS010380.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS TRIPLE SULFA SSS

Descrizione estesa dell'articolo: disco impregnato di Triple Sulfa (SSS) a titolo noto per test sensibilità antimicrobico
--

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 50 DISCHI)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: triple sulfa

Simbolo dell'agente: SSS

Livello impregnazione/disco: 0,25 mg

Diametro disco: 1/4-inch

Confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente essiccante e indicatore

* richiesta campionatura: ☒ SI q.tà richiesta n° /// ☒ NO

Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della cartuccia, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDA SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'

Verifica di quanto previsto al punto B) CARATTERISTICHE TECNICHE

e al punto C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

0		C. Berneri	P. Gialdi	M. Zanoni
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

LISTA 4 Pos 32

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 27.10.2003 REV. 0
---------------------	---	---

CLASSE:**AREA:**

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE ML	AREA AS	SEZIONE 01	ARTICOLO 0370	CODICE ARTICOLO MLAS010370.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS TETRACICLINA TE

Descrizione estesa dell'articolo: disco impregnato di Tetraciclina (TE) a titolo noto per test sensibilità antimicrobico

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 50 DISC)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: tetraciclina

Simbolo dell'agente: TE

Livello impregnazione/disco: 30 µg

Diametro disco: 1/4-inch

Confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente dessicante e indicatore

* richiesta campionatura: ☒ SI q.tà richiesta n° /// ☒ NO

Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della cartuccia, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDA SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'

Verifica di quanto previsto al punto B) **CARATTERISTICHE TECNICHE**

e al punto C) **DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

0		C. Berneri	P. Gialdi	M. Zanoni
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 27.10.2003 REV. 0
---------------------	---	---

CLASSE:**AREA:**

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE	AREA	SEZIONE	ARTICOLO	CODICE ARTICOLO
ML	AS	01	0360	MLAS010360.1

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS SULFAMETOXAZOLO TRIMETHOPRIM SXT

Descrizione estesa dell'articolo: disco impregnato di Sulfametoxazolo Trimethoprim (SXT) a titolo noto per test sensibilità antimicrobico

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 50 DISC)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: sulfametoxazolo con trimethoprim

Simbolo dell'agente: SXT

Livello impregnazione/disco: 25 µg:
 - sulfametoxazolo: 23,75 µg
 - trimethoprim: 1,25 µg

Diametro disco: 1/4-inch

Confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente dessicante e indicatore

* richiesta campionatura: ☒ SI q.tà richiesta n° ///

Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della cartuccia, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDA SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO://.....

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'Verifica di quanto previsto al punto B) **CARATTERISTICHE TECNICHE**e al punto C) **DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

0		C. Berneri	P. Gialdi	L. Marzullo
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 27.10.2003 REV. 0
---------------------	---	---

CLASSE:**AREA:**

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE ML	AREA AS	SEZIONE 01	ARTICOLO 0340	CODICE ARTICOLO MLAS010340.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS STREPTOMICINA S

Descrizione estesa dell'articolo: disco impregnato di Streptomicina (S) a titolo noto per test sensibilità antimicrobico

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 50 DISC)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: streptomicina

Simbolo dell'agente: S

Livello impregnazione/disco: 10 µg

Diametro disco: 1/4-inch

Confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente dessicante e indicatore

* richiesta campionatura: ☒ SI q.tà richiesta n° ///

Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della cartuccia, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDA SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'Verifica di quanto previsto al punto B) **CARATTERISTICHE TECNICHE**e al punto C) **DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

0		C. Berneri	P. Galdi	L. Marzullo
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

LISTA 6 P52

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 27.10.2003 REV. 0
---------------------	---	---

CLASSE:

AREA:

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE ML	AREA AS	SEZIONE 01	ARTICOLO 0330	CODICE ARTICOLO MLAS010330.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS SPIRAMICINA SP

Descrizione estesa dell'articolo: disco impregnato di Spiramicina (SP) a titolo noto per test sensibilità antimicrobico
--

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 50 DISC)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: spiramicina

Simbolo dell'agente: SP

Livello impregnazione/disco: 100 µg

Diametro disco: 1/4-inch

Confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente dessicante e indicatore

* richiesta campionatura: ☒ q.tà richiesta n° /// ☒

Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della cartuccia, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDA SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'Verifica di quanto previsto al punto B) **CARATTERISTICHE TECNICHE**e al punto C) **DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

0		C. Berneri	P. Galdi	M. Zandoni
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

LISTA 6 Pos 27

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 27.10.2003 REV. 0
---------------------	---	---

CLASSE:

AREA:

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE ML	AREA AS	SEZIONE 01	ARTICOLO 0310	CODICE ARTICOLO MLAS010310.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS PENICILLINA P

Descrizione estesa dell'articolo: disco impregnato di Penicillina (P) a titolo noto per test sensibilità antimicrobico

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 50 DISC)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: penicillina g

Simbolo dell'agente: P

Livello impregnazione/disco: 10 U.I.

Diametro disco: 1/4-inch

Confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente dessicante e indicatore

* richiesta campionatura: ☒ sì q.tà richiesta n° /// ☒ no

Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della cartuccia, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDA SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'

Verifica di quanto previsto al punto B) **CARATTERISTICHE TECNICHE**
e al punto C) **DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

0		C. Berneri	P. Galdi	M. Zanoni
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

LISTA 4 Ps 26

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 27.10.2003 REV. 0
---------------------	---	---

CLASSE:**AREA:**

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE ML	AREA AS	SEZIONE 01	ARTICOLO 0300	CODICE ARTICOLO MLAS010300.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS SPECTINOMICINA SPT o SH

Descrizione estesa dell'articolo: disco impregnato di Spectinomicina (SPT o SH) a titolo noto per test sensibilità antimicrobico

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 50 DISC)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: spectinomicina

Simbolo dell'agente: SPT o SH

Livello impregnazione/disco: 100 µg

Diametro disco: 1/4-inch

Confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente dessicante e indicatore

* richiesta campionatura: ☒ sì q.tà richiesta n° /// ☒ no

Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della confezione, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDA SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'Verifica di quanto previsto al punto B) **CARATTERISTICHE TECNICHE**e al punto C) **DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

0		C. Berneri	P. Galdi	L. Marzullo
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

LISTA 4 Pos 25

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 27.10.2003 REV. 0
---------------------	---	---

CLASSE:**AREA:**

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE ML	AREA AS	SEZIONE 01	ARTICOLO 0290	CODICE ARTICOLO MLAS010290.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS RIFAMPICINA RA o RD
Descrizione estesa dell'articolo: disco impregnato di Rifampicina (RA o RD) a titolo noto per test sensibilità antimicrobico

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 50 DISC)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: rifampicina

Simbolo dell'agente: RA o RD

Livello impregnazione/disco: 30 µg

Diametro disco: 1/4-inch

Confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente dessicante e indicatore

* richiesta campionatura: ☒ q.tà richiesta n° ///

Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della cartuccia, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDA SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'Verifica di quanto previsto al punto B) **CARATTERISTICHE TECNICHE**e al punto C) **DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

0		C. Berneri	P. Galdi	L. Marzullo
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

*Barrare la voce in cornice che interessa

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 27.10.2003 REV. 0
---------------------	---	---

CLASSE:

AREA:

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE ML	AREA AS	SEZIONE 01	ARTICOLO 0280	CODICE ARTICOLO MLAS010280.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS POLIMIXINA PB

Descrizione estesa dell'articolo:	disco impregnato di Polimixina (PB) a titolo noto per test sensibilità antimicrobico
--	--

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 50 DISC)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: polimixina b

Simbolo dell'agente: PB

Livello impregnazione/disco: 300 U.I.

Diametro disco: 1/4-inch

Confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente dessicante e indicatore

* richiesta campionatura: ☒ q.tà richiesta n° /// ☒

Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della cartuccia, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDA SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'Verifica di quanto previsto al punto B) **CARATTERISTICHE TECNICHE**e al punto C) **DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

0		C. Berneri	P. Galdi	L. Marzullo
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 27.10.2003 REV. 0
---------------------	---	---

CLASSE:**AREA:**

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE ML	AREA AS	SEZIONE 01	ARTICOLO 0270	CODICE ARTICOLO MLAS010270.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS OXACILLINA OX

Descrizione estesa dell'articolo: disco impregnato di Oxacillina (OX) a titolo noto per test sensibilità antimicrobico

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 50 DISC)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: oxacillina

Simbolo dell'agente: OX

Livello impregnazione/disco: 1 µg

Diametro disco: 1/4-inch

Confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente dessicante e indicatore

* richiesta campionatura: ☒ SI q.tà richiesta n° /// ☒ NO

Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della cartuccia, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDA SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO://.....

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'Verifica di quanto previsto al punto B) **CARATTERISTICHE TECNICHE**e al punto C) **DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

0		C. Berneri	P. Gialdi	L. Marzullo
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce i cornice che interessa

LISTA 4 POS 12

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 27.10.2003 REV. 0
---------------------	---	---

CLASSE:**AREA:**

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE ML	AREA AS	SEZIONE 01	ARTICOLO 0260	CODICE ARTICOLO MLAS010260.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

**DIS OSSITETRACI TERRAMICINA OT
(OXITETRACICLINA T o OT)**

Descrizione estesa dell'articolo: disco impregnato di Ossitetraci Terramicina (OT) (Oxitetraciclina T o OT) a titolo noto per test sensibilità antimicrobico

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCX50DISC)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: oxitetraciclina

Simbolo dell'agente: T o OT

Livello impregnazione/disco: 30 µg

Diametro disco: 1/4-inch

Confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente dessicante e indicatore

* richiesta campionatura: ☒ SI q.tà richiesta n° /// ☒ NO

Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della cartuccia, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDA SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'Verifica di quanto previsto al punto B) **CARATTERISTICHE TECNICHE**e al punto C) **DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

0		C. Berneri	P. Gialdi	M. Zanoni
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 27.10.2003 REV. 0
---------------------	---	---

CLASSE:**AREA:**

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE	AREA	SEZIONE	ARTICOLO	CODICE ARTICOLO
ML	AS	01	0250	MLAS010250.1

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS OLEANDOMICINA OL

Descrizione estesa dell'articolo:	disco impregnato di Oleandomicina (OL) a titolo noto per test sensibilità antimicrobico
--	---

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 50 DISC)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: oleandomicina

Simbolo dell'agente: OL

Livello impregnazione/disco: 15 µg

Diametro disco: 1/4-inch

Confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente dessicante e indicatore

* richiesta campionatura: ☒ q.tà richiesta n° /// ☒

Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della cartuccia, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco.

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDA SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO:/.....

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'Verifica di quanto previsto al punto B) **CARATTERISTICHE TECNICHE**e al punto C) **DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

0		C. Berneri	P. Gialdi	L. Marzullo
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 27.10.2003 REV. 0
---------------------	---	---

CLASSE:**AREA:**

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE ML	AREA AS	SEZIONE 01	ARTICOLO 0240	CODICE ARTICOLO MLAS010240.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS NOVOBIOCINA NB

Descrizione estesa dell'articolo: disco impregnato di Novobiocina (NB) a titolo noto per test sensibilità antimicrobico
--

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 50 DISC)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: novobiocina

Simbolo dell'agente: NB o NV

Livello impregnazione/disco: 30 µg

Diametro disco: 1/4-inch

Confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente dessicante e indicatore

* richiesta campionatura: ☒ q.tà richiesta n° /// ☒

Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della cartuccia, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco.

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDA SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO://.....

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'Verifica di quanto previsto al punto B) **CARATTERISTICHE TECNICHE**e al punto C) **DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

0		C. Berneri	P. Galdi	L. Marzullo
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 23.10.2003 REV. 0
---------------------	---	---

CLASSE:**AREA:**

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE ML	AREA AS	SEZIONE 01	ARTICOLO 0230	CODICE ARTICOLO MLAS010230.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS NITROFURANTOINA F

Descrizione estesa dell'articolo:	disco impregnato di Nitrofurantoina (F) a titolo noto per test sensibilità antimicrobico
--	--

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 50 DISC)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: nitrofurantoina

Simbolo dell'agente: FM

Livello impregnazione/disco: 300 µg

Diametro disco: 1/4-inch

Confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente dessicante e indicatore

* richiesta campionatura: ☒ q.tà richiesta n° /// ☒

Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della cartuccia, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco.

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDA SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'

Verifica di quanto previsto al punto B) CARATTERISTICHE TECNICHE

e al punto C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

0		C. Berneri	P. Galdi	L. Marzullo
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 23.10.2003 REV. 0
---------------------	---	---

CLASSE:**AREA:**

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE	AREA	SEZIONE	ARTICOLO	CODICE ARTICOLO
ML	AS	01	0220	MLAS010220.1

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS NEOMICINA N 10µg

Descrizione estesa dell'articolo: disco impregnato di Neomicina (N) a titolo noto per test sensibilità antimicrobico

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 50 DISC)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: neomicina

Simbolo dell'agente: N

Livello impregnazione/disco: 10 µg

Diametro disco: 1/4-inch

Confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente dessicante e indicatore

* richiesta campionatura: ☒ q.tà richiesta n° /// ☒

Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della cartuccia, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco.

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDA SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'Verifica di quanto previsto al punto B) **CARATTERISTICHE TECNICHE**e al punto C) **DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

0		M. Marino	P. Galdi	L. Marzullo
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

LISTA 6 pos. 17

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 22.10.2003 REV. 0
---------------------	---	---

CLASSE:**AREA:**

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE ML	AREA AS	SEZIONE 01	ARTICOLO 0190	CODICE ARTICOLO MLAS010190.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS LINCOMICINA LNC

Descrizione estesa dell'articolo: disco impregnato di Lincomicina (LNC) a titolo noto per test sensibilità antimicrobico

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 50 DISC)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: lincomicina

Simbolo dell'agente: LNC o L o MY

Livello impregnazione/disco: 2 µg

Diametro disco: 1/4-inch

Confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente dessicante e indicatore

* richiesta campionatura: ☒ q.tà richiesta n° /// ☒

Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della cartuccia, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDA SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO://.....

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'Verifica di quanto previsto al punto B) **CARATTERISTICHE TECNICHE**e al punto C) **DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

0		C. Berneri	P. Gialdi	L. Marzullo
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 22.10.2003 REV. 0
---------------------	---	---

CLASSE:**AREA:**

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE ML	AREA AS	SEZIONE 01	ARTICOLO 0180	CODICE ARTICOLO MLAS010180.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS KANAMICINA K

Descrizione estesa dell'articolo: disco impregnato di Kanamicina (K) a titolo noto per test sensibilità antimicrobico
--

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 50 DISCHI)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: kanamicina

Simbolo dell'agente: K

Livello impregnazione/disco: 30 µg

Diametro disco: 1/4-inch

Confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente dessicante e indicatore

* richiesta campionatura: ☒ SI q.tà richiesta n° ///☒ NO

Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della cartuccia, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDA SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'Verifica di quanto previsto al punto B) **CARATTERISTICHE TECNICHE**e al punto C) **DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

0		C. Berneri	P. Galdi	M. Zanoni
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 22.10.2003 REV. 0
---------------------	---	---

CLASSE:**AREA:**

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE	AREA	SEZIONE	ARTICOLO	CODICE ARTICOLO
ML	AS	01	0170	MLAS010170.1

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS GENTAMICINA GM

Descrizione estesa dell'articolo: disco impregnato di Gentamicina (GM) a titolo noto per test sensibilità antimicrobico
--

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 50 DISC)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: gentamicina

Simbolo dell'agente: GM

Livello impregnazione/disco: 10 µg

Diametro disco: 1/4-inch

Confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente dessicante e indicatore

* richiesta campionatura: ☒ SI q.tà richiesta n° ///

Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della cartuccia, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDA SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'Verifica di quanto previsto al punto B) **CARATTERISTICHE TECNICHE**e al punto C) **DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

0		C. Berneri	P. Gialdi	M. Zanoni
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 22.10.2003 REV. 0
---------------------	---	---

CLASSE:**AREA:**

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE ML	AREA AS	SEZIONE 01	ARTICOLO 0160	CODICE ARTICOLO MLAS010160.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS FLUMEQUINA AR o UB

Descrizione estesa dell'articolo: disco impregnato di Flumequina (AR o UB) a titolo noto per test sensibilità antimicrobico
--

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 50 DISC)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: flumequina

Simbolo dell'agente: AR o UB

Livello impregnazione/disco: 30 µg

Diametro disco: 1/4-inch

Confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente dessicante e indicatore

* richiesta campionatura: ☒ SI q.tà richiesta n° /// ☒ NO

Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della cartuccia, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDA SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'Verifica di quanto previsto al punto B) **CARATTERISTICHE TECNICHE**e al punto C) **DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

0		C. Berneri	P. Galdi	M. Zandoni
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

LISTA 4 POS 13

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 20.10.2003 REV. 0
---------------------	---	---

CLASSE:**AREA:**

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE ML	AREA AS	SEZIONE 01	ARTICOLO 0150	CODICE ARTICOLO MLAS010150.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS ERITROMICINA E

Descrizione estesa dell'articolo: disco impregnato di Eritromicina (E) a titolo noto per test sensibilità antimicrobico
--

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 50 DISC)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: eritromicina

Simbolo dell'agente: E

Livello impregnazione/disco: 15 µg

Diametro disco: 1/4-inch

Confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente dessicante e indicatore

* richiesta campionatura: ☒ SI q.tà richiesta n° ///

Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della cartuccia, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco.

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDA SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'Verifica di quanto previsto al punto B) **CARATTERISTICHE TECNICHE**e al punto C) **DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

0		C. Berneri	P. Gialdi	M. Zanoni
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

LISTA 4 POS. 12

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 20.10.2003 REV. 0
---------------------	---	---

CLASSE:**AREA:**

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE ML	AREA AS	SEZIONE 01	ARTICOLO 0140	CODICE ARTICOLO MLAS010140.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS COLISTINA CL

Descrizione estesa dell'articolo: disco impregnato di Colistina CL a titolo noto per test sensibilità antimicrobico
--

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 50 DISC)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: colistina

Simbolo dell'agente: CL o CT

Livello impregnazione/disco: 10 µg

Diametro disco: 1/4-inch

Confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente dessicante e indicatore

* richiesta campionatura: ☒ sì q.tà richiesta n° /// ☒ no

Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della cartuccia, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco.

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDA SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'Verifica di quanto previsto al punto B) **CARATTERISTICHE TECNICHE**e al punto C) **DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

0		C. Berneri	P. Galdi	M. Zanoni
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 22.09.2003 REV. 0
---------------------	---	---

CLASSE:**AREA:**

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE	AREA	SEZIONE	ARTICOLO	CODICE ARTICOLO
ML	AS	01	0130	MLAS010130.1

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS CLOXACILLINA CX o OB

Descrizione estesa dell'articolo: disco impregnato di Cloxacillina (CX o OB) a titolo noto per test sensibilità antimicrobico
--

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 50 DISC)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: cloxacillina

Simbolo dell'agente: CX o OB

Livello impregnazione/disco: 1 µg

Diametro disco: 1/4-inch

Confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente dessicante e indicatore

* richiesta campionatura: ☒ SI q.tà richiesta n° ///

Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della cartuccia, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDA SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO://.....

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'Verifica di quanto previsto al punto B) **CARATTERISTICHE TECNICHE**e al punto C) **DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

0		C. Berneri	P. Gialdi	M. Zanoni
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 22.09.2003 REV. 0
---------------------	---	---

CLASSE:**AREA:**

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE	AREA	SEZIONE	ARTICOLO	CODICE ARTICOLO
ML	AS	01	0110	MLAS010110.1

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS CLORAMFENICOLO C

Descrizione estesa dell'articolo: disco impregnato di Cloramfenicolo (C) a titolo noto per test sensibilità antimicrobico
--

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 50 DISC)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: cloramfenicolo

Simbolo dell'agente: C

Livello impregnazione/disco: 30 µg

Diametro disco: 1/4-inch

Confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente dessicante e indicatore

* richiesta campionatura: ☒ SI q.tà richiesta n° /// ☒ NO

Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della cartuccia, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDA SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'Verifica di quanto previsto al punto B) **CARATTERISTICHE TECNICHE**e al punto C) **DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

0		C. Berneri	P. Gialdi	L. Marzullo
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 22.09.2003 REV. 0
---------------------	---	---

CLASSE:**AREA:**

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE	AREA	SEZIONE	ARTICOLO	CODICE ARTICOLO
ML	AS	01	0100	MLAS010100.1

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS CEFOPERAZIONE CFP

Descrizione estesa dell'articolo: disco impregnato di Cefoperazone (CFP) a titolo noto per test sensibilità antimicrobico
--

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 50 DISC)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: cefoperazone

Simbolo dell'agente: CFP

Livello impregnazione/disco: 75 µg

Diametro disco: 1/4-inch

Confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente dessicante e indicatore

* richiesta campionatura: ☒ sì q.tà richiesta n° /// ☒ no

Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della cartuccia, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDA SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO:/.....

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'Verifica di quanto previsto al punto B) **CARATTERISTICHE TECNICHE**e al punto C) **DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

0		C. Berneri	P. Gialdi	L. Marzullo
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 22.09.2003 REV. 0
---------------------	---	---

CLASSE:**AREA:**

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE ML	AREA AS	SEZIONE 01	ARTICOLO 0080	CODICE ARTICOLO MLAS010080.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS CEFALOXINA CN o CL o CFX

descrizione estesa dell'articolo: disco impregnato di Cefalexina (CN o CL o CFX) a titolo noto per test sensibilità antimicrobico
--

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 50 DISC)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: cefalexina
 Simbolo dell'agente: CN o CL o CFX
 Livello impregnazione/disco: 30 µg
 Diametro disco: 1/4-inch
 Confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente dessicante e indicatore
 * richiesta campionatura: ☒ SI q.tà richiesta n° /// ☒ NO

Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della cartuccia, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDA SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO://.....

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'Verifica di quanto previsto al punto B) **CARATTERISTICHE TECNICHE**e al punto C) **DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

0		C. Berneri	P. Gialdi	L. Marzullo
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

LISTA 6 POS 7

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 22.09.2003 REV. 0
---------------------	---	---

CLASSE:**AREA:**

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE ML	AREA AS	SEZIONE 01	ARTICOLO 0070	CODICE ARTICOLO MLAS010070.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS CEFALOTINA CF

Descrizione estesa dell'articolo: disco impregnato di Cefalotina (CF) a titolo noto per test sensibilità antimicrobico

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 50 DISCHI)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: cefalotina

Simbolo dell'agente: CF o KF

Livello impregnazione/disco: 30 µg

Diametro disco: 1/4-inch

Confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente dessicante e indicatore

* richiesta campionatura: ☒ sì q.tà richiesta n° /// ☒ no

Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della cartuccia, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDA SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'Verifica di quanto previsto al punto B) **CARATTERISTICHE TECNICHE**e al punto C) **DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

0		C. Berneri	P. Galdi	M. Zanoni
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

LISTA n POS 6

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 05.09.2003 REV. 0
---------------------	---	--

CLASSE:**AREA:**

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE	AREA	SEZIONE	ARTICOLO	CODICE ARTICOLO
ML	AS	01	0060	MLAS010060.1

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS BACITRACINA B o BA

Descrizione estesa dell'articolo: disco impregnato di Bacitracina (B o BA) a titolo noto per test sensibilità antimicrobico
--

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 50 DISC)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: bacitracina

Simbolo dell'agente: B o BA

Livello impregnazione/disco: 10 U.I.

Diametro disco: 1/4-inch

Confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente dessicante e indicatore

* richiesta campionatura: ☒ sì q.tà richiesta n° /// ☒ no

Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della cartuccia, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDA SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'Verifica di quanto previsto al punto B) **CARATTERISTICHE TECNICHE**e al punto C) **DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

0		C. Berneri	P. Galdi	M. Zanoni
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

LISTA 4 Pos 5

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 05.09.2003 REV. 0
---------------------	---	---

CLASSE:**AREA:**

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE ML	AREA AS	SEZIONE 01	ARTICOLO 0050	CODICE ARTICOLO MLAS010050.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS APRAMICINA APR

Descrizione estesa dell'articolo: disco impregnato di Apramicina (APR) a titolo noto per test sensibilità antimicrobico
--

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 50 DISC)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: apramicina

Simbolo dell'agente: APR

Livello impregnazione/disco: 15 µg

Diametro disco: 1/4-inch

Confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente dessicante e indicatore

* Richiesta campionatura: ☒ SI q.tà richiesta n° ///

Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della cartuccia, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo
Dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDA SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'Verifica di quanto previsto al punto B) **CARATTERISTICHE TECNICHE**e al punto C) **DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

0		C. Berneri	P. Gialdi	M. Zanoni
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

LISTA 6 POS 6

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 05.09.2003 REV. 0
---------------------	---	---

CLASSE:

AREA:

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE ML	AREA AS	SEZIONE 01	ARTICOLO 0040	CODICE ARTICOLO MLAS010040.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS AMPICILLINA AM

Descrizione estesa dell'articolo: disco impregnato di Ampicillina (AM) a titolo noto per test sensibilità antimicrobico

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 50 DISCHETTI)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

agente: ampicillina
simbolo dell'agente: AM O AMP
livello impregnazione/disco: 10 µg
diametro disco: 1/4-inch
confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente dessicante e indicatore

* Richiesta campionatura:

☒ q.tà richiesta n° ///



Altro:

oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della cartuccia, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDA SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO://.....

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'

Verifica di quanto previsto al punto B) **CARATTERISTICHE TECNICHE**

e al punto C) **DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

0		C: Berneri	P. Gialdi	M. Zanoni
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 05.09.2003 REV. 0
---------------------	---	---

CLASSE:**AREA:**

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE	AREA	SEZIONE	ARTICOLO	CODICE ARTICOLO
ML	AS	01	0030	MLAS010030.1

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS AMOXICILLINA AMX

Descrizione estesa dell'articolo: disco impregnato di Amoxicillina (AMX) a titolo noto per test sensibilità antimicrobico
--

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 50 DISC)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: amoxicillina

Simbolo dell'agente: AMX

Livello impregnazione/disco: 25 µg

Diametro disco: 1/4-inch

Confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente dessicante e indicatore

* Richiesta campionatura: ☒ q.tà richiesta n° ///

Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della cartuccia, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDA SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO:/.....

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'Verifica di quanto previsto al punto B) **CARATTERISTICHE TECNICHE**e al punto C) **DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

0		C. Berneri	P. Gialdi	M. Zanoni
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

LISTA 4 POS. 2

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 03.09.2003 REV. 0
---------------------	---	---

CLASSE:**AREA:**

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE ML	AREA AS	SEZIONE 01	ARTICOLO 0020	CODICE ARTICOLO MLAS010020.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS ACIDO NALIDIXICO NA

Descrizione estesa dell'articolo: disco impregnato di Acido nalidixico (NA) a titolo noto per test sensibilità antimicrobico

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 50 DISCHETTI)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: acido nalidixico

Simbolo dell'agente: NA

Livello impregnazione/disco: 30 µg

Diametro disco: 1/4-inch

Confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente dessicante e indicatore

* Richiesta campionatura: ☒ SI q.tà richiesta n° ///

Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della cartuccia, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco.

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDA SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'Verifica di quanto previsto al punto B) **CARATTERISTICHE TECNICHE**e al punto C) **DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

0		C. Berneri	P. Galdi	M. Zanoni
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

LISTA h POS 1

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 04.09.2003 REV. 0
---------------------	---	---

CLASSE:

AREA:

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
- ANTIBIOTICI-SULFAMIDICI (AS)

CLASSE ML	AREA AS	SEZIONE 01	ARTICOLO 0010	CODICE ARTICOLO MLAS010010.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

DIS ACIDO OSSOLINICO OA

Descrizione estesa dell'articolo: disco impregnato di Acido ossolinico (OA) a titolo noto per test di sensibilità antimicrobico

UNITA' D'ACQUISTO = CARTUCCIA (1CARTUCCIA X 50 DISC)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Agente: oxolinico

Simbolo dell'agente: OA

Livello impregnazione/disco: 2 µg

Diametro disco: 1/4-inch

Confezione: cartuccia da 50 dischi, provvista di agente dessicante e indicatore

* Richiesta campionatura: ☒ SI q.tà richiesta n° ///



Altro: oltre alle altre indicazioni presenti sull'etichetta della cartuccia, sulla stessa e su ciascun disco deve essere riportata l'indicazione del simbolo dell'agente e il livello di impregnazione del singolo disco

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SCHEDA SICUREZZA: OBBLIGATORIA

ALTRO: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'

Verifica di quanto previsto al punto B) **CARATTERISTICHE TECNICHE**
e al punto C) **DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

0		C. Berneri	P. Gialdi	L. Marzullo
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 09/06/2010 REV. 1
--------------	--	--

CLASSE:

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)

AREA:

- DIAGNOSTICI (DG)

SEZIONE:

- REATTIVI PER PROVE DIAGNOSTICHE (01)

CLASSE ML	AREA DG	SEZIONE 01	ARTICOLO 0237	CODICE ARTICOLO MLDG010237.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO E/O COMMERCIALE:

ANTISIERO SALMONELLA O:20

DESCRIZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO: Antisiero specifico verso l'antigene somatico tipo "20" di *Salmonella spp.*, da impiegare nelle prove di caratterizzazione sierologica di ceppi batterici.

UNITA' D'ACQUISTO = MILLILITRO

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- Volume confezione: non superiore a 3 ml;
- Stato fisico: liquido;
- Conservante: il siero deve essere già addizionato di un conservante di cui vanno specificate la natura e la concentrazione;
- Titolo del siero: non inferiore a 1:10 e non superiore a 1:50, ovvero documentazione tecnica in cui sia specificato che il reattivo è da impiegare in prove di agglutinazione rapida su vetrino.

Richiesta campionatura: ☐ SI q.tà richiesta n° ____ ☒ NO

Altro: //

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Documentazione tecnica contenente le caratteristiche relative al materiale e alle sue modalità d'impiego.

Altro: //

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITÀ

Verifica di quanto previsto al punto B) CARATTERISTICHE TECNICHE

I	Modifica stato fisico	Dr.ssa M. Marino	Dr. C. Berneri	Dr. M. D'Incau
REV.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA EMISSIONE: 20/07/2009 REV. 0
---------------------	---	--

CLASSE: MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
AREA: DIAGNOSTICI (DG)
SEZIONE: REATTIVI PER PROVE DIAGNOSTICHE (01)

CLASSE ML	AREA DG	SEZIONE 01	ARTICOLO 0526	CODICE ARTICOLO MLDG010526.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO E/O COMMERCIALE:

ANTISIERO SALMONELLA H SPICER-EDWARDS 4

DESCRIZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO: Antisiero poliagglutinante specifico verso gli antigeni flagellari di *Salmonella* spp., da impiegare nelle prove di caratterizzazione sierologica di ceppi batterici. Da impiegare in congiunzione con gli antisieri di Spicer-Edwards tipi 1, 2, 3.

UNITA' D'ACQUISTO = MILLILITRO

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- Volume confezione: non superiore a 3 ml
- Stato fisico: liofilizzato.
- Conservante: il siero deve essere già addizionato di un conservante di cui vanno specificate la natura e la concentrazione.
- Titolo del siero: non inferiore a 1:250, ovvero documentazione tecnica in cui sia specificato che il reattivo è da impiegare in prove di agglutinazione lenta a caldo (metodo di Spicer – Edwards);
- Sensibilità: il siero deve fornire una reazione positiva nei confronti degli antigeni flagellari : b, d, k, r, z, z₁₀, componenti del complesso "g".

Richiesta campionatura: ☐ SI q.tà richiesta n° ____ ☒ NO

Altro: //

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Documentazione tecnica contenente le caratteristiche relative al materiale e alle sue modalità d'impiego.

Altro: //

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITÀ

Verifica di quanto previsto al punto B) CARATTERISTICHE TECNICHE

0	Prima stesura	Dr. C. Berneri	Dr.ssa M. Marino	Dr. M. D'Incau
REV.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA EMISSIONE: 20/07/2009 REV. 0
---------------------	---	--

CLASSE: MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
AREA: DIAGNOSTICI (DG)
SEZIONE: REATTIVI PER PROVE DIAGNOSTICHE (01)

CLASSE ML	AREA DG	SEZIONE 01	ARTICOLO 0514	CODICE ARTICOLO MLDG010514.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO E/O COMMERCIALE:

ANTISIERO SALMONELLA H:Z₁₀

DESCRIZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO: Antisiero specifico verso l'antigene flagellare tipo "z₁₀" di *Salmonella spp.*, da impiegare nelle prove di caratterizzazione sierologica di ceppi batterici.

UNITA' D'ACQUISTO = MILLILITRO

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- Volume confezione: non superiore a 3 ml
- Stato fisico: liofilizzato.
- Conservante: il siero deve essere già addizionato di un conservante di cui vanno specificate la natura e la concentrazione.
- Titolo del siero: non inferiore a 1:250, ovvero documentazione tecnica in cui sia specificato che il reattivo è da impiegare in prove di agglutinazione lenta a caldo (metodo di Spicer – Edwards).

Richiesta campionatura: ☐ SI q.tà richiesta n° ____ ☒ NO

Altro: //

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Documentazione tecnica contenente le caratteristiche relative al materiale e alle sue modalità d'impiego.

Altro: //

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITÀ

Verifica di quanto previsto al punto B) CARATTERISTICHE TECNICHE

0	Prima stesura	Dr. C. Berneri	Dr.ssa M. Marino	Dr. M. D'Incau
REV.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

LISTA 2 POS 18

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA EMISSIONE: 20/07/2009 REV. 0
---------------------	---	--

CLASSE: MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
AREA: DIAGNOSTICI (DG)
SEZIONE: REATTIVI PER PROVE DIAGNOSTICHE (01)

CLASSE ML	AREA DG	SEZIONE 01	ARTICOLO 0527	CODICE ARTICOLO MLDG010527.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO E/O COMMERCIALE:

ANTISIERO SALMONELLA H E,N-COMPLEX

DESCRIZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO: Antisiero specifico verso gli antigeni flagellari, appartenenti al complesso "e,n", di *Salmonella spp.*, da impiegare nelle prove di caratterizzazione sierologica di ceppi batterici.

UNITA' D'ACQUISTO = MILLILITRO

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- Volume confezione: non superiore a 3 ml
- Stato fisico: liofilizzato.
- Conservante: il siero deve essere già addizionato di un conservante di cui vanno specificate la natura e la concentrazione.
- Titolo del siero: non inferiore a 1:250, ovvero documentazione tecnica in cui sia specificato che il reattivo è da impiegare in prove di agglutinazione lenta a caldo (metodo di Spicer – Edwards);
- Sensibilità: il siero deve fornire una reazione positiva nei confronti di tutti antigeni flagellari inclusi nel complesso "e,n": x, z₁₅.

Richiesta campionatura: ☐ SI q.tà richiesta n° ____ ☒ NO

Altro: //

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Documentazione tecnica contenente le caratteristiche relative al materiale e alle sue modalità d'impiego.

Altro: //

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITÀ

Verifica di quanto previsto al punto B) CARATTERISTICHE TECNICHE

0	Prima stesura	Dr. C. Berneri	Dr.ssa M. Marino	Dr. M. D'Incau
REV.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA EMISSIONE: 20/07/2009 REV. 0
---------------------	---	--

CLASSE: MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
AREA: DIAGNOSTICI (DG)
SEZIONE: REATTIVI PER PROVE DIAGNOSTICHE (01)

CLASSE ML	AREA DG	SEZIONE 01	ARTICOLO 0521	CODICE ARTICOLO MLDG010521.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO E/O COMMERCIALE:

ANTISIERO SALMONELLA H:d

DESCRIZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO: Antisiero specifico verso l'antigene flagellare tipo "d" di *Salmonella spp.*, da impiegare nelle prove di caratterizzazione sierologica di ceppi batterici.

UNITA' D'ACQUISTO = MILLILITRO

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- Volume confezione: non superiore a 3 ml
- Stato fisico: liofilizzato.
- Conservante: il siero deve essere già addizionato di un conservante di cui vanno specificate la natura e la concentrazione.
- Titolo del siero: non inferiore a 1:250, ovvero documentazione tecnica in cui sia specificato che il reattivo è da impiegare in prove di agglutinazione lenta a caldo (metodo di Spicer – Edwards).

Richiesta campionatura: ☐ SI q.tà richiesta n° ____ ☒ NO

Altro: //

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Documentazione tecnica contenente le caratteristiche relative al materiale e alle sue modalità d'impiego.

Altro: //

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITÀ

Verifica di quanto previsto al punto B) CARATTERISTICHE TECNICHE

0	Prima stesura	Dr. C. Berneri	Dr.ssa M. Marino	Dr. M. D'Incau
REV.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA EMISSIONE: 20/07/2009 REV. 0
---------------------	---	--

CLASSE: MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
AREA: DIAGNOSTICI (DG)
SEZIONE: REATTIVI PER PROVE DIAGNOSTICHE (01)

CLASSE ML	AREA DG	SEZIONE 01	ARTICOLO 0489	CODICE ARTICOLO MLDG010489.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO E/O COMMERCIALE:

ANTISIERO SALMONELLA GRUPPO O:13 (G)

DESCRIZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO: Antisiero specifico verso gli antigeni somatici del "gruppo O:13 (G)" di *Salmonella spp.*, da impiegare nelle prove di caratterizzazione sierologica di ceppi batterici.

UNITA' D'ACQUISTO = MILLILITRO

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- Volume confezione: non superiore a 3 ml
- Stato fisico: liofilizzato.
- Conservante: il siero deve essere già addizionato di un conservante di cui vanno specificate la natura e la concentrazione;
- Titolo del siero: non inferiore a 1:10 e non superiore a 1:50, ovvero documentazione tecnica in cui sia specificato che il reattivo è da impiegare in prove di agglutinazione rapida su vetrino.

Richiesta campionatura: ☐ SI q.tà richiesta n° ____ ☒ NO

Altro: //

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Documentazione tecnica contenente le caratteristiche relative al materiale e alle sue modalità d'impiego.

Altro: //

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITÀ

Verifica di quanto previsto al punto B) CARATTERISTICHE TECNICHE

0	Prima stesura	Dr. C. Berneri	Dr.ssa M. Marino	Dr. M. D'Incau
REV.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 09/06/2010 REV. 1
--------------	---	--

CLASSE:**AREA:****SEZIONE:**

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
- DIAGNOSTICI (DG)
- REATTIVI PER PROVE DIAGNOSTICHE (01)

CLASSE ML	AREA DG	SEZIONE 01	ARTICOLO 0478	CODICE ARTICOLO MLDG010478.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO E/O COMMERCIALE:

ANTISIERO SALMONELLA H:(I)v

DESCRIZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO: Antisiero specifico verso l'antigene flagellare tipo "v" di *Salmonella spp.*, da impiegare nelle prove di caratterizzazione sierologica di ceppi batterici.

UNITA' D'ACQUISTO = MILLILITRO

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- Volume confezione: non superiore a 3 ml
- Stato fisico: liquido.
- Conservante: il siero deve essere già addizionato di un conservante di cui vanno specificate la natura e la concentrazione.
- Titolo del siero: non inferiore a 1:250, ovvero documentazione tecnica in cui sia specificato che il reattivo è da impiegare in prove di agglutinazione lenta a caldo (metodo di Spicer – Edwards);
- Specificità: il siero deve essere stato adsorbito completamente per l'antigene tipo "I"; non deve pertanto fornire reazioni aspecifiche verso altri antigeni flagellari che includono tale componente (p.es. I,w – I,z₁₃ – I,z₂₈").

Richiesta campionatura: ☐ SI q.tà richiesta n° ____ ☒ NO

Altro: //

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Documentazione tecnica contenente le caratteristiche relative al materiale e alle sue modalità d'impiego.

Altro: //

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITÀ

Verifica di quanto previsto al punto B) CARATTERISTICHE TECNICHE

1	Modifica stato fisico	Dr.ssa M. Marino	Dr. C. Berneri	Dr. M. D'Incau
REV.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA EMISSIONE: 20/07/2009 REV. 0
---------------------	---	--

CLASSE: MATERIALE DA LABORATORIO (ML)

AREA: DIAGNOSTICI (DG)

SEZIONE: REATTIVI PER PROVE DIAGNOSTICHE (01)

CLASSE ML	AREA DG	SEZIONE 01	ARTICOLO 0475	CODICE ARTICOLO MLDG010475.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO E/O COMMERCIALE:

ANTISIERO SALMONELLA H:i AGGLUT. LENTA

DESCRIZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO: Antisiero specifico verso l'antigene flagellare tipo "i" di *Salmonella spp.*, da impiegare nelle prove di caratterizzazione sierologica di ceppi batterici.

UNITA' D'ACQUISTO = MILLILITRO

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- Volume confezione: non superiore a 3 ml
- Stato fisico: liofilizzato.
- Conservante: il siero deve essere già addizionato di un conservante di cui vanno specificate la natura e la concentrazione.
- Titolo del siero: non inferiore a 1:250, ovvero documentazione tecnica in cui sia specificato che il reattivo è da impiegare in prove di agglutinazione lenta a caldo (metodo di Spicer – Edwards).

Richiesta campionatura: ☐ SI q.tà richiesta n° ____ ☒ NO

Altro: //

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Documentazione tecnica contenente le caratteristiche relative al materiale e alle sue modalità d'impiego.

Altro: //

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITÀ

Verifica di quanto previsto al punto B) CARATTERISTICHE TECNICHE

0	Prima stesura	Dr. C. Berneri	Dr.ssa M. Marino	Dr. M. D'Incau
REV.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 09/06/2010 REV. 1
--------------	--	--

CLASSE:**AREA:****SEZIONE:**

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
- DIAGNOSTICI (DG)
- REATTIVI PER PROVE DIAGNOSTICHE (01)

CLASSE ML	AREA DG	SEZIONE 01	ARTICOLO 0412	CODICE ARTICOLO MLDG010412.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO E/O COMMERCIALE:

ANTISIERO SALMONELLA O:1

DESCRIZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO: Antisiero specifico verso l'antigene somatico tipo "1" di *Salmonella spp.*, da impiegare nelle prove di caratterizzazione sierologica di ceppi batterici.

UNITA' D'ACQUISTO = MILLILITRO

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- Volume confezione: non superiore a 3 ml;
- Stato fisico: liquido;
- Conservante: il siero deve essere già addizionato di un conservante di cui vanno specificate la natura e la concentrazione;
- Titolo del siero: non inferiore a 1:10 e non superiore a 1:50, ovvero documentazione tecnica in cui sia specificato che il reattivo è da impiegare in prove di agglutinazione rapida su vetrino.

Richiesta campionatura: ☐ SI q.tà richiesta n° ____ ☒ NO

Altro: //

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Documentazione tecnica contenente le caratteristiche relative al materiale e alle sue modalità d'impiego.

Altro: //

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITÀ

Verifica di quanto previsto al punto B) CARATTERISTICHE TECNICHE

1	Modifica stato fisico	Dr.ssa M. Marino	Dr. C. Berneri	Dr. M. D'Incau
REV.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA EMISSIONE: 20/07/2009 REV. 0
---------------------	---	--

CLASSE: MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
AREA: DIAGNOSTICI (DG)
SEZIONE: REATTIVI PER PROVE DIAGNOSTICHE (01)

CLASSE ML	AREA DG	SEZIONE 01	ARTICOLO 0371	CODICE ARTICOLO MLDG010371.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO E/O COMMERCIALE:

ANTISIERO SALMONELLA H:7

DESCRIZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO: Antisiero specifico verso l'antigene flagellare tipo "7" di *Salmonella spp.*, da impiegare nelle prove di caratterizzazione sierologica di ceppi batterici.

UNITA' D'ACQUISTO = MILLILITRO

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- Volume confezione: non superiore a 3 ml
- Stato fisico: liofilizzato.
- Conservante: il siero deve essere già addizionato di un conservante di cui vanno specificate la natura e la concentrazione.
- Titolo del siero: non inferiore a 1:250, ovvero documentazione tecnica in cui sia specificato che il reattivo è da impiegare in prove di agglutinazione lenta a caldo (metodo di Spicer – Edwards);
- Specificità: il siero deve essere stato adsorbito completamente per l'antigene tipo "1"; non deve pertanto fornire reazioni aspecifiche verso altri antigeni flagellari che includono tale componente (p.es. 1,2 – 1,5 – 1,6").

Richiesta campionatura: ☐ SI q.tà richiesta n° ____ ☒ NO

Altro: //

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Documentazione tecnica contenente le caratteristiche relative al materiale e alle sue modalità d'impiego.

Altro: //

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITÀ

Verifica di quanto previsto al punto B) CARATTERISTICHE TECNICHE

0	Prima stesura	Dr. C. Berneri	Dr.ssa M. Marino	Dr. M. D'Incau
REV.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA EMISSIONE: 20/07/2009 REV. 0
---------------------	---	--

CLASSE: MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
AREA: DIAGNOSTICI (DG)
SEZIONE: REATTIVI PER PROVE DIAGNOSTICHE (01)

CLASSE ML	AREA DG	SEZIONE 01	ARTICOLO 0370	CODICE ARTICOLO MLDG010370.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO E/O COMMERCIALE:

ANTISIERO SALMONELLA H:5

DESCRIZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO: Antisiero specifico verso l'antigene flagellare tipo "5" di *Salmonella spp.*, da impiegare nelle prove di caratterizzazione sierologica di ceppi batterici.

UNITA' D'ACQUISTO = MILLILITRO

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- Volume confezione: non superiore a 3 ml
- Stato fisico: liofilizzato.
- Conservante: il siero deve essere già addizionato di un conservante di cui vanno specificate la natura e la concentrazione.
- Titolo del siero: non inferiore a 1:250, ovvero documentazione tecnica in cui sia specificato che il reattivo è da impiegare in prove di agglutinazione lenta a caldo (metodo di Spicer – Edwards);
- Specificità: il siero deve essere stato adsorbito completamente per l'antigene tipo "1"; non deve pertanto fornire reazioni aspecifiche verso altri antigeni flagellari che includono tale componente (p.es. 1,2 – 1,6 – 1,7").

Richiesta campionatura: ☐ SI q.tà richiesta n° ____ ☒ NO

Altro: //

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Documentazione tecnica contenente le caratteristiche relative al materiale e alle sue modalità d'impiego.

Altro: //

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITÀ

Verifica di quanto previsto al punto B) CARATTERISTICHE TECNICHE

0	Prima stesura	Dr. C. Berneri	Dr.ssa M. Marino	Dr. M. D'Incau
REV.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA EMISSIONE: 20/07/2009 REV. 0
--------------	----------------------------------	---

CLASSE: MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
AREA: DIAGNOSTICI (DG)
SEZIONE: REATTIVI PER PROVE DIAGNOSTICHE (01)

CLASSE ML	AREA DG	SEZIONE 01	ARTICOLO 0364	CODICE ARTICOLO MLDG010364.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO E/O COMMERCIALE:

ANTISIERO SALMONELLA H:2

DESCRIZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO: Antisiero specifico verso l'antigene flagellare tipo "2" di *Salmonella spp.*, da impiegare nelle prove di caratterizzazione sierologica di ceppi batterici.

UNITA' D'ACQUISTO = MILLILITRO

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- Volume confezione: non superiore a 3 ml
- Stato fisico: liofilizzato.
- Conservante: il siero deve essere già addizionato di un conservante di cui vanno specificate la natura e la concentrazione.
- Titolo del siero: non inferiore a 1:250, ovvero documentazione tecnica in cui sia specificato che il reattivo è da impiegare in prove di agglutinazione lenta a caldo (metodo di Spicer – Edwards);
- Specificità: il siero deve essere stato adsorbito completamente per l'antigene tipo "1"; non deve pertanto fornire reazioni aspecifiche verso altri antigeni flagellari che includono tale componente (p.es. 1,5 – 1,6 – 1,7").

Richiesta campionatura: ☐ SI q.tà richiesta n° ____ ☒ NO

Altro: //

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Documentazione tecnica contenente le caratteristiche relative al materiale e alle sue modalità d'impiego.

Altro: //

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITÀ

Verifica di quanto previsto al punto B) CARATTERISTICHE TECNICHE

0	Prima stesura	Dr. C. Berneri	Dr.ssa M. Marino	Dr. M. D'Incau
REV.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA