

I.Z.S.L.E.R.	<b>SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE</b>	DATA DI EMISSIONE: 24/02/2011 REV. 1
--------------	---	--

**A) CARATTERISTICHE GENERALI**

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

**N-ESANO PER ANALISI DEI RESIDUI**

<b>Descrizione estesa dell'articolo:</b> n-esano per l'analisi delle diossine e dei policlorobifenili
---

UNITA' D'ACQUISTO = LITRI

**B) CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Numero CAS: 110-54-3
- Formula: C<sub>6</sub>H<sub>14</sub>
- Peso molecolare: 86,18 g/mol
- Numero EINECS: 2037776
- Numero UN: 1208
- Purezza: 97,0 % min
- Contenuto di acqua: 0,01% max
- Residuo da evaporazione: 0,0002% max
- Indice di rifrazione (20°C): 1,3750
- Densità (20°C): 0,66 Kg/l
- Specifiche ECD: <10 pg/ml Eptacloro-eossido
- Specifiche FID: < 50 ng/ml n-undecano (C11)

RICHIESTA DI CAMPIONATURA: NO

altro: ///

**C) DOCUMENTAZIONI RICHIESTE**

- scheda di sicurezza o dichiarazione di non pericolosità: obbligatorio

altro: ///

**D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'**

- controllo della documentazione richiesta

altro: ///

0	Aggiornamento format ed eliminazione richiesta campionatura	Dr. C. Berneri	Dr.ssa M. Marino	Dr. G. Fedrizzi
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

I.Z.S.L.E.R.	<b>SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE</b>	DATA DI EMISSIONE: 24/02/2011 REV. 1
--------------	---	--

**A) CARATTERISTICHE GENERALI**

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

**SILICE DI DIATOMEI**

Descrizione estesa dell'articolo: //

UNITA' D'ACQUISTO = CHILOGRAMMO

NOTA: LA VALIDITA' DEL PRODOTTO FORNITO NON DEVE ESSERE INFERIORE AL 75% DELLA VALIDITA' COMPLESSIVA. SE LA DATA DI PRODUZIONE NON E' INDICATA SI INTENDE 9 MESI DI VALIDITA' RISPETTO ALLA DATA DI CONSEGNA.

**B) CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Componenti:
 

Terra Diatomacea calcinata	10,00%
Cristobalite	90,00%
- Il prodotto si presenta come sferico poroso e se di buona qualità è poco polveroso.

RICHIESTA DI CAMPIONATURA: NO

altro: ///

**C) DOCUMENTAZIONI RICHIESTE**

- scheda di sicurezza o dichiarazione di non pericolosità: obbligatorio

altro: ///

**D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'**

- controllo della documentazione richiesta

altro: ///

0	Aggiornamento format ed eliminazione richiesta campionatura	Dr.ssa M. Marino	Dr. C. Berneri	Dr. G. Fedrizzi
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

# LISTA A - POS. 4

I.Z.S.L.E.R.	<b>SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE</b>	DATA DI EMISSIONE: 19/10/2010 REV. 1
--------------	---	--

## A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

**BALSAMO CANADA**

Descrizione estesa dell'articolo: //

UNITA' D'ACQUISTO = 1 PEZZO X 100ML

NOTA: LA FORNITURA DEVE ESSERE EFFETTUATA CON PRODOTTO NON INFERIORE AL 75 % DELLA SUA SCADENZA

## B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- NOME CHIMICO: ///
  - FORMULA BRUTA: ///
  - PUREZZA e/o TITOLO MINIMO : ///
  - DENSITY: 0,99g/ml
- ALTRO: MEZZO MONTANTE ESSICATO PER MICROSCOPIA

RISERVA DI CAMPIONATURA SUCCESSIVA

## C) DOCUMENTAZIONI RICHIESTE

- SCHEDA DI SICUREZZA: OBBLIGATORIA
- ALTRO: ///

## D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'

- CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
  - TEST DI LABORATORIO SU UN CAMPIONE DI PROVA (OBBLIGATORIA SUI MATERIALI OFFERTI MAI TESTATI)
- ALTRO: ///

1	Aggiornamento campionatura	Dr.ssa M. Marino	Dr. C. Berneri	Dr. F. Vezzoli
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

# LISTA A - POS. 5

I.Z.S.L.E.R.	<b>SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE</b>	DATA DI EMISSIONE: 19/10/2010 REV. 1
--------------	---	--

## A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

### RAME SOLFATO ICO PENTAIDRATO

**Descrizione estesa dell'articolo: //**

UNITA' D'ACQUISTO = 1 PEZZO X 1000 g

NOTA: LA FORNITURA DEVE ESSERE EFFETTUATA CON PRODOTTO NON INFERIORE AL 75 % DELLA SUA SCADENZA

## B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- NOME CHIMICO: RAME SOLFATO ICO PENTAIDRATO
- FORMULA BRUTA:  $CuSO_4 \cdot 5H_2O$
- PUREZZA e/o TITOLO MINIMO: 99 %

ALTRO: RISERVA DI CAMPIONATURA SUCCESSIVA

## C) DOCUMENTAZIONI RICHIESTE

- SCHEDA DI SICUREZZA: OBBLIGATORIA
- ALTRO: ///

## D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'

- CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
  - TEST DI LABORATORIO SU UN CAMPIONE DI PROVA (OBBLIGATORIA SUI MATERIALI OFFERTI MAI TESTATI)
- ALTRO: ///

1	Aggiornamento campionatura	Dr.ssa M. Marino	Dr. C. Berneri	Dr. G. Dusi Dr. E. Sangiorgi Dr.ssa E. Ferretti
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

I.Z.S.L.E.R.	<b>SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE</b>	DATA DI EMISSIONE: 19/10/2010 REV. 1
--------------	---	--

**A) CARATTERISTICHE GENERALI**

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

**SODIO CITRATO TRIBASICO DIIDRATO**

Descrizione estesa dell'articolo: //

UNITA' D'ACQUISTO = 1 PEZZO X 1000 g

NOTA: LA FORNITURA DEVE ESSERE EFFETTUATA CON PRODOTTO NON INFERIORE AL 75 % DELLA SUA SCADENZA

**B) CARATTERISTICHE TECNICHE**

- NOME CHIMICO: SODIO CITRATO TRIBASICO DIIDRATO
- FORMULA BRUTA:  $\text{Na}_3\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$
- PUREZZA e/o TITOLO MINIMO: 99 %

ALTRO: RISERVA DI CAMPIONATURA SUCCESSIVA

**C) DOCUMENTAZIONI RICHIESTE**

- SCHEDA DI SICUREZZA: OBBLIGATORIA
- ALTRO: ///

**D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'**

- CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
  - TEST DI LABORATORIO SU UN CAMPIONE DI PROVA (OBBLIGATORIA SUI MATERIALI OFFERTI MAI TESTATI)
- ALTRO: ///

1	Aggiornamento campionatura	Dr.ssa M. Marino	Dr. C. Berneri	Dr. G. Dusi Dr. E. Sangiorgi Dr.ssa E. Ferretti
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA