

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 23/12/2009 REV. 0
---------------------	-------------------------------------------------	--------------------------------------------

CLASSE:

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)

CLASSE ML	AREA DG	SEZIONE 01	ARTICOLO 0380	CODICE ARTICOLO MLDG010380.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

AREA:

- DIAGNOSTICI (DG)

SEZIONE:

- REATTIVI PER PROVE DIAGNOSTICHE (01)

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

ANTIGENE ORNITOSI POSITIVO (1PZX1ML)

Descrizione estesa dell'articolo: Antigene per la diagnosi sierologica di ornitosi tramite reazione di Fissazione del Complemento su siero di sangue.

UNITA' D'ACQUISTO = PEZZI

NOTA: LA FORNITURA DEVE ESSERE EFFETTUATA CON PRODOTTO NON INFERIORE AL 75 % DELLA SUA SCADENZA

B) CARATTERISTICHE TECNICHEAntigene *Chlamydia psittaci* coltivato su colture cellulari e inattivato.

Flacone da 1 ml liofilizzato.

Richiesta campionatura: q.tà richiesta n° 1 pezzo NO**C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

- SCHEDA DI SICUREZZA O DICHIARAZIONE DI NON PERICOLOSITA': OBBLIGATORIO

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'

- CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
- TEST DI LABORATORIO SU UN CAMPIONE DI PROVA (OBBLIGATORIA SUI MATERIALI OFFERTI MAI TESTATI)

0	Prima stesura	Dr.ssa M. Marino	Dr. C. Berneri	Dr. S. Giovannini
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 23/12/2009 REV. 0
---------------------	-------------------------------------------------	--------------------------------------------

CLASSE:

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)

CLASSE ML	AREA DG	SEZIONE 01	ARTICOLO 0390	CODICE ARTICOLO MLDG010390.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

AREA:

- DIAGNOSTICI (DG)

SEZIONE:

- REATTIVI PER PROVE DIAGNOSTICHE (01)

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

ANTIGENE ORNITOSI NEGATIVO (1PZX1ML)

Descrizione estesa dell'articolo: Antigene per la identificazione di reazioni aspecifiche nella diagnosi sierologica di ornitosi tramite reazione di Fissazione del Complemento su siero di sangue, da utilizzare con le stesse modalità previste per l'Antigene Ornitosi.

UNITA' D'ACQUISTO = PEZZI

NOTA: LA FORNITURA DEVE ESSERE EFFETTUATA CON PRODOTTO NON INFERIORE AL 75 % DELLA SUA SCADENZA**B) CARATTERISTICHE TECNICHE**

Colture cellulari utilizzate per la produzione dell'antigene ornitosi, non infettate e inattivate.

Flacone da 1 ml liofilizzato.

Richiesta campionatura: q.tà richiesta n° 1 pezzo NO**C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

- SCHEDA DI SICUREZZA O DICHIARAZIONE DI NON PERICOLOSITA': OBBLIGATORIO

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'

- CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
- TEST DI LABORATORIO SU UN CAMPIONE DI PROVA (OBBLIGATORIA SUI MATERIALI OFFERTI MAI TESTATI)

0	Prima stesura	Dr.ssa M. Marino	Dr. C. Berneri	Dr. S. Giovannini
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 23/12/2009 REV. 0
---------------------	-------------------------------------------------	--------------------------------------------

CLASSE:

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)

CLASSE ML	AREA DG	SEZIONE 01	ARTICOLO 0420	CODICE ARTICOLO MLDG010420.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

AREA:

- DIAGNOSTICI (DG)

SEZIONE:

- REATTIVI PER PROVE DIAGNOSTICHE (01)

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

SIERO CONTROLLO ORNITOSI POSITIVO (1PZX0,5ML)

Descrizione estesa dell'articolo: Siero di controllo positivo per la diagnosi sierologica di ornitosi tramite reazione di Fissazione del Complemento su siero di sangue.

UNITA' D'ACQUISTO = PEZZI

NOTA: LA FORNITURA DEVE ESSERE EFFETTUATA CON PRODOTTO NON INFERIORE AL 75 % DELLA SUA SCADENZA

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Siero di origine umana, liofilizzato dopo aggiunta di uno stabilizzatore.

Flacone da 0,5 ml liofilizzato.

Richiesta campionatura: q.tà richiesta n° 1 pezzo NO**C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

- SCHEDA DI SICUREZZA O DICHIARAZIONE DI NON PERICOLOSITA': OBBLIGATORIO

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'

- CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
- TEST DI LABORATORIO SU UN CAMPIONE DI PROVA (OBBLIGATORIA SUI MATERIALI OFFERTI MAI TESTATI)

0	Prima stesura	Dr.ssa M. Marino	Dr. C. Berneri	Dr. S. Giovannini
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 18/11/2009 REV. 0
---------------------	-------------------------------------------------	--------------------------------------------

CLASSE:

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)

CLASSE ML	AREA DG	SEZIONE 01	ARTICOLO 0494	CODICE ARTICOLO MLDG010494.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

AREA:

- DIAGNOSTICI (DG)

SEZIONE

- REATTIVI PER PROVE DIAGNOSTICHE (01)

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

ANTIGENE MYCOPLASMA GALLISEPTICUM

Descrizione estesa dell'articolo: Antigene colorato per agglutinazione su piastra

UNITA' D'ACQUISTO = MILLILITRO

NOTA: LA FORNITURA DEVE ESSERE EFFETTUATA CON PRODOTTO NON INFERIORE AL 75 % DELLA SUA SCADENZA

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- Volume confezione: non superiore a 10 ml;
- L'antigene è una sospensione di germi morti e colorati di Mycoplasma Gallisepticum ceppo A5969 o s-6 Adler Strain
- L'agglutinabilità è standardizzata con un siero standard

ALTRO: RISERVA DI CAMPIONATURA SUCCESSIVA PARI A 20 ML

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Scheda di sicurezza o dichiarazione di non pericolosità: obbligatoria

ALTRO://.....

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'

- Verifica di quanto previsto al punto B) CARATTERISTICHE TECNICHE
- Controllo della documentazione richiesta
- Test di laboratorio su un campione di prova (obbligatorio su materiali offerti mai testati)

0	Prima stesura	Dr. C. Berneri	Dr.ssa M. Marino	Dr.ssa M. Zanoni
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 17/11/2009 REV. 0
---------------------	-------------------------------------------------	--------------------------------------------

CLASSE:AREA:SEZIONE

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)
- DIAGNOSTICI (DG)
- REATTIVI PER PROVE DIAGNOSTICHE (01)

CLASSE ML	AREA DG	SEZIONE 01	ARTICOLO 0493	CODICE ARTICOLO MLDG010493.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

ANTIGENE MYCOPLASMA SYNOVIAE

Descrizione estesa dell'articolo: Antigene colorato per agglutinazione su piastra

UNITA' D'ACQUISTO = MILLILITRO

NOTA: LA FORNITURA DEVE ESSERE EFFETTUATA CON PRODOTTO NON INFERIORE AL 75 % DELLA SUA SCADENZA

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- Volume confezione: non superiore a 10 ml;
- L'antigene è una sospensione di germi morti e colorati di Mycoplasma Synoviae ceppo wvu 1853
- L'agglutinabilità è standardizzata con un siero standard

ALTRO: RISERVA DI CAMPIONATURA SUCCESSIVA PARI A 20 ML

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Scheda di sicurezza o dichiarazione di non pericolosità: obbligatoria

ALTRO://.....

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'

- Verifica di quanto previsto al punto B) CARATTERISTICHE TECNICHE
- Controllo della documentazione richiesta
- Test di laboratorio su un campione di prova (obbligatorio su materiali offerti mai testati)

0	Prima stesura	Dr. C. Berneri	Dr.ssa M. Marino	Dr.ssa M. Zanoni
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 17/11/2009 REV. 0
---------------------	-------------------------------------------------	--------------------------------------------

CLASSE:

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)

AREA:

- DIAGNOSTICI (DG)

SEZIONE

- REATTIVI PER PROVE DIAGNOSTICHE (01)

CLASSE ML	AREA DG	SEZIONE 01	ARTICOLO 0495	CODICE ARTICOLO MLDG010495.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

ANTIGENE MYCOPLASMA MELEAGRIDIS
Descrizione estesa dell'articolo: Antigene colorato per agglutinazione su piastra

UNITA' D'ACQUISTO = MILLILITRO

NOTA: LA FORNITURA DEVE ESSERE EFFETTUATA CON PRODOTTO NON INFERIORE AL 75 % DELLA SUA SCADENZA

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- Volume confezione: non superiore a 10 ml;
- L'antigene è una sospensione di germi morti e colorati di Mycoplasma Meleagridis ceppo Yamamoto 529
- L'agglutinabilità è standardizzata con un siero standard

ALTRO: RISERVA DI CAMPIONATURA SUCCESSIVA PARI A 20 ML

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Scheda di sicurezza o dichiarazione di non pericolosità: obbligatoria

ALTRO://.....

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'

- Verifica di quanto previsto al punto B) CARATTERISTICHE TECNICHE
- Controllo della documentazione richiesta
- Test di laboratorio su un campione di prova (obbligatorio su materiali offerti mai testati)

0	Prima stesura	Dr. C. Berneri	Dr.ssa M. Marino	Dr.ssa M. Zanoni
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA