

Allegato C – lotto 3 – TITOLATORE AUTOMATICO

Elementi di valutazione per l'attribuzione del punteggio tecnico-qualitativo

Numero burette: massimo 3 punti

Se il numero burette è = 1 : 0 punti

Se il numero burette è = 2 : 1 punto

Se il numero burette è > 2 : 3 punti

Siringhe volumi intercambiabili (1, 5, 10, 25, 50 ml): massimo 1 punto

Se assenti: 0 punti

Se presenti: 1 punto

Risoluzione motore: massimo 3 punti

Se la risoluzione è = 1: 5000: 0 punti

Se la risoluzione è tra 1: 5000 e 10000: 1 punto

Se la risoluzione è > 1: 10000: 3 punti

Accuratezza volumi: massimo 6 punti

Se l'accuratezza volumi è = 0,2% : 0 punti

Punti= 0,1 - 6: da attribuire secondo la seguente proporzione:

Accuratezza offerta : offerta con accuratezza massima = 6: X

Sistema automatico controllo / riduzione bolle nel sistema erogazione titolante: massimo 3 punti

Se assente: 0 punti

Se presente: 3 punti

Intervallo misure pH: massimo 2 punti

Se l'intervallo è = 1 ÷ 14 : 0 punti

Se l'intervallo è > 1 ÷ 14 : 2 punti

Intervallo misure mV: massimo 2 punti

Se l'intervallo è = ± 1500 mV : 0 punti

Se l'intervallo è > 1500 mV : 2 punti

Errore misura pH: massimo 6 punti

Se l'errore pH è = ± 0.02 pH : 0 punti

Punti= 0,1 - 6: da attribuire secondo la seguente proporzione:

Errore pH offerto : offerta con Errore pH minimo = X : 6

Errore misura mV: massimo 5 punti

Se l'errore mV è = ± 1 mV : 0 punti

Punti= 0,1 - 5: da attribuire secondo la seguente proporzione:

Errore mV offerto : offerta con Errore mV minimo = 5 : X

Riproducibilità misure pH: massimo 5 punti

Se la riproducibilità pH è = ± 0.01 pH : 0 punti

Punti= 0,1 - 5: da attribuire secondo la seguente proporzione:

Riproducibilità pH offerta : offerta con Riproducibilità pH massima = 5 : X

Riproducibilità misure mV: massimo 6 punti

Se la riproducibilità mV è ± 1 mV : 0 punti

Punti= 0,1 - 6: da attribuire secondo la seguente proporzione:

Riproducibilità mV offerta : offerta con Riproducibilità mV massima = 6 : X

Sistema automatico di compensazione temperatura: massimo 1 punto

Se assente: 0 punti

Se presente: 1 punto

Punti di calibrazione pH: massimo 4 punti

Se i punti sono pari a 2 : 0 punti

Se i punti sono > 2 : 2 punti

Se i punti sono ≥ 3 : 4 punti

Pompa ausiliaria pulizia elettrodo: massimo 1 punto

Se assente: 0 punti

Se presente: 1 punto

Numero di programmi memorizzabili: massimo 4 punti

Se il numero di programmi è = 10 : 0 punti

Se il numero di programmi è tra 11 e 20 = 2 punti

Se il numero di programmi è > 20 : 4 punti

Numero campioni Autocampionatore: massimo 4 punti

Se il numero di campioni è = 5 : 0 punti

Se il numero di campioni è tra 6 e 10 = 2 punti

Se il numero di programmi è > 10 : 4 punti

Sistema di agitazione ad elica: massimo 2 punti

Se assente: 0 punti

Se presente: 2 punti

Implementazione del sistema (aggiunta moduli): massimo 1 punto

Se assente: 0 punti

Se presente: 1 punto