



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA**
(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)

BRESCIA

Via Bianchi,9
25124 BRESCIA
Tel. 030-22901
Fax: 030-2290272

**PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA TELEMATICA
RELATIVA ALLA FORNITURA DI ARREDI TECNICI E ATTREZZATURE DA LABORATORIO
(LOTTO 1) E ARREDI DA UFFICIO E VARI (LOTTO 2) DA DESTINARE ALLA NUOVA
SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI FORLI'
FASCICOLO N. 25/2014

ERRATA CORRIGE - QUESITI E RISPOSTE
3^ PARTE**

Chiarimenti del 06/05/2014

CHIARIMENTO 1

Con riferimento ai chiarimenti datati 24/04/2014, punto 8, relativo alle cappe chimiche, si rettifica come segue: i servizi sono stati richiesti sul cruscotto sotto-piano per ottimizzare gli spazi. Verranno accettati anche servizi posti lateralmente.

CHIARIMENTO 2

Con riferimento ai chiarimenti sempre datati 24/04/2014, punto 2, relativo alle cappe chimiche, si conferma che la certificazione richiesta è la EN 14175, da intendersi riferita anche alla parte 1 (omessa nel chiarimento).

CHIARIMENTO 3

Con riferimento all'allegato tecnico, nella parte relativa agli armadi per infiammabili, si rettifica come segue: devono appartenere alla classe di resistenza al fuoco con tecnica **FWF 90 minuti**, requisito contemplato nella norma DIN 12925-1.

CHIARIMENTO 4

Si precisa che le valutazioni sulle specifiche tecniche delle attrezzature in genere, ai fini dell'idoneità delle offerte, terranno conto del criterio di "equivalenza" e, nel caso di parametri che risultassero "stringenti e/o in esclusiva", si farà riferimento a parametri standard.