



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA**
(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)

BRESCIA

Via Bianchi, 9
25124 BRESCIA
Tel. 030-22901
Fax: 030-2290272

**PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
PER LA FORNITURA PER 36 MESI DI KIT ELISA, KIT PCR E KIT PCR REAL TIME
PER LA RICERCA DI ALLERGENI NEGLI ALIMENTI
FASCICOLO 507/2010
COD. CIG. 04794094D1**

QUESITI & ERRATA CORRIGE

Aggiornato al 3.6.2010

QUESITO N.1

Domanda: per i kit di cui alle posizioni n. 2 – 4 e 5 è possibile estendere l'accettabilità della curva standard?

Risposta: si confermano i range delle curve standard indicati nell'allegato tecnico come requisiti minimi a pena di esclusione.

QUESITO N.2

Domanda: per “ciascun kit deve essere corredato di certificato di validazione”, si intende che ogni kit deve contenere un “certificato di qualità” interno o di terzi?

Risposta: Il certificato di validazione NON E' un certificato di qualità, né interno né prodotto da terzi, è un certificato che dichiara che il kit ha subito un processo di validazione, eseguito all'interno del proprio laboratorio o meglio da organismi internazionalmente riconosciuti, che serve a valutare le performance del kit stesso (specificità, sensibilità, riproducibilità ecc.), seguendo ben dettagliati protocolli (ad esempio validazione AOAC).

CHIARIMENTO

Per tutti i kit PCR Real Time, si conferma come requisito minimo a pena di esclusione:

I kit devono essere compatibili con una delle seguenti strumentazioni, senza dover utilizzare particolari accorgimenti o modifiche riguardo le impostazioni standard fornite dai rispettivi costruttori (es. omissione dell'utilizzo del rox nel 7300 PCR Real-Time): 7300 Real-Time PCR system (Applied Biosystems), StepOnePlus Real-Time PCR System.

Ne consegue che la mancata presenza di ROX nelle master mix è causa di esclusione. Il ROX può essere compreso nel kit oppure fornito separatamente. In ogni caso la quotazione economica dovrà essere comprensiva del costo del ROX.