



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE  
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA**  
(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)

-----  
**BRESCIA**

Via Bianchi,/9  
25124 BRESCIA  
Tel. 030-22901  
Fax: 030-2290272

**ACCORDO QUADRO A MEZZO PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA PER LA  
FORNITURA DI KIT ELISA AVIARI  
FASC. 996/2011**

**QUESITI E RISPOSTE**

**Aggiornato al 29.2.2012**

**N.1 CHIARIMENTO:**

**DOMANDA: schede tecniche IZSLER: lunghezze d'onda.** Si chiede se è possibile fornire kit che prevedono l'impiego del PMP (fenoftaleinmonofosfato come sale di dicloroesilammonio) come substrato del test. Il substrato usato come reagente ha la necessità di utilizzare la lunghezza d'onda di 550 nm per una corretta lettura della risultanza analitica e per questo deve essere utilizzato un filtro specifico per la lettura di questa lunghezza d'onda.

**RISPOSTA:** è possibile fornire kit che prevedono l'impiego del PMP come substrato del test, a condizione che:

- i kit proposti superino il vaglio della fase di valutazione tecnica (schede tecniche prodotte ed eventuale test sulla campionatura)
- la quotazione esposta (prezzo a determinazione) sia comprensiva del costo del filtro necessario alla lettura della lunghezza d'onda.