

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 17/08/2009 REV. 0
--------------	---	--

CLASSE:

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)

CLASSE ML	AREA DG	SEZIONE 02	ARTICOLO 0208	CODICE ARTICOLO 65292
--------------	------------	---------------	------------------	--------------------------

AREA:

- DIAGNOSTICI (DG)

SEZIONE:

- KIT DIAGNOSTICI (02)

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

KIT ELISA ANTICORPI MYCOPLASMA SYNOVIAE

Descrizione estesa dell'articolo: Kit ELISA competitiva per la messa in evidenza degli anticorpi verso *Mycoplasma synoviae* in siero e tuorlo d'uovo di specie aviarie formato da piastre a strips, più i relativi reagenti.

UNITA' D'ACQUISTO = DETERMINAZIONE

NOTA: LA FORNITURA DEVE ESSERE EFFETTUATA CON PRODOTTO NON INFERIORE AL 75 % DELLA SUA SCADENZA

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- Capacità di rilevare anticorpi verso *Mycoplasma synoviae*
- Utilizzabile per sieri e tuorlo d'uovo di tutte le specie avicole
- Utilizza piastre a 96 pozzetti suddivise in strip da 8 pozzetti
- Si basa su una tecnica ELISA competitiva
- Tutti i reagenti contenuti nel kit dopo l'eventuale ricostituzione possono essere utilizzati anche in modo frazionato per tutta la durata di validità del kit
- La lettura dell'assorbanza è effettuata a 450 nm.

* Richiesta campionatura: SI q.tà richiesta n° .. NO

ALTRO: //

C) DOCUMENTAZIONI RICHIESTE

- SCHEDA DI SICUREZZA O DICHIARAZIONE DI NON PERICOLOSITA': OBBLIGATORIO

ALTRO: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'

- VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AL PUNTO B) CARATTERISTICHE TECNICHE
- CONTROLLO DI QUANTO PREVISTO AL PUNTO C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
- TEST DI LABORATORIO SU CAMPIONATURA, OVE RICHIESTA - OBBLIGATORIO SU MATERIALI MAI TESTATI IN PRECEDENZA

ALTRO: ///

0	Prima stesura	Dr. C. Berneri	Dr.ssa M. Marino	Dr. E. Raffini
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 17/08/2009 REV. 0
---------------------	---	---

CLASSE:

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)

CLASSE ML	AREA DG	SEZIONE 02	ARTICOLO 0209	CODICE ARTICOLO 65293
--------------	------------	---------------	------------------	--------------------------

AREA:

- DIAGNOSTICI (DG)

SEZIONE:

- KIT DIAGNOSTICI (02)

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

KIT ELISA ANTICORPI MYCOPLASMA GALLISEPTICUM

Descrizione estesa dell'articolo: Kit ELISA **competitiva** per la messa in evidenza degli anticorpi verso Mycoplasma gallisepticum in siero e tuorlo d'uovo di specie aviarie formato da piastre a strips, più i relativi reagenti.

UNITA' D'ACQUISTO = DETERMINAZIONE

NOTA: LA FORNITURA DEVE ESSERE EFFETTUATA CON PRODOTTO NON INFERIORE AL 75 % DELLA SUA SCADENZA

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- Capacità di rilevare anticorpi verso Mycoplasma gallisepticum
- Utilizzabile per sieri e tuorlo d'uovo di tutte le specie avicole
- Utilizza piastre a 96 pozzetti suddivise in strip da 8 pozzetti
- Si basa su una tecnica ELISA **competitiva**
- Tutti i reagenti contenuti nel kit dopo l'eventuale ricostituzione possono essere utilizzati anche in modo frazionato per tutta la durata di validità del kit
- La lettura dell'assorbanza è effettuata a 450 nm.

* Richiesta campionatura: SI q.tà richiesta n° ..

NO

ALTRO: //

C) DOCUMENTAZIONI RICHIESTE

- SCHEDA DI SICUREZZA O DICHIARAZIONE DI NON PERICOLOSITA': OBBLIGATORIO

ALTRO: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'

- VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AL PUNTO **B) CARATTERISTICHE TECNICHE**
- CONTROLLO DI QUANTO PREVISTO AL PUNTO **C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**
- TEST DI LABORATORIO SU CAMPIONATURA, OVE RICHIESTA - OBBLIGATORIO SU MATERIALI MAI TESTATI IN PRECEDENZA

ALTRO: ///

0	Prima stesura	Dr. C. Berneri	Dr.ssa M. Marino	Dr. E. Raffini
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa