

POS. 1 - LISTA N. 5

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 19/08/2009 REV. 0
--------------	---	--

CLASSE:

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)

AREA:

- DIAGNOSTICI (DG)

SEZIONE:

- KIT DIAGNOSTICI (02)

CLASSE ML	AREA DG	SEZIONE 02	ARTICOLO 0107	CODICE ARTICOLO MLDG020107.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

KIT ELISA MYCOPLASMA SYNOVIAE POLLO

Descrizione estesa dell'articolo: Kit elisa per la determinazione degli anticorpi nei confronti di Mycoplasma synoviae nella specie pollo

UNITA' D'ACQUISTO = DETERMINAZIONE

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Test Elisa indiretto
Piastre da 96 pozzetti
Utilizzabile esclusivamente nella specie pollo

ALTRO: RISERVA DI CAMPIONATURA SUCCESSIVA

C) DOCUMENTAZIONI RICHIESTE

- SCHEDA DI SICUREZZA O DICHIARAZIONE DI NON PERICOLOSITA': OBBLIGATORIA

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'

- VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AL PUNTO B) CARATTERISTICHE TECNICHE
- CONTROLLO DI QUANTO PREVISTO AL PUNTO C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
- TEST DI LABORATORIO SU UN CAMPIONE DI PROVA (OBBLIGATORIA SUI MATERIALI OFFERTI MAI TESTATI)

ALTRO: ///

0	Prima stesura	Dr. C. Berneri	Dr.ssa M. Marino	Dr. G. Tosi
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

POS. 2 - USFA N. 5

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 19/08/2009 REV. 0
--------------	---	--

CLASSE:

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)

AREA:

- DIAGNOSTICI (DG)

SEZIONE:

- KIT DIAGNOSTICI (02)

CLASSE ML	AREA DG	SEZIONE 02	ARTICOLO 0108	CODICE ARTICOLO MLDG020108.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

KIT ELISA MYCOPLASMA GALLISEPTICUM POLLO

Descrizione estesa dell'articolo: Kit elisa per la determinazione degli anticorpi nei confronti di Mycoplasma gallisepticum nella specie pollo

UNITA' D'ACQUISTO = DETERMINAZIONE

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Test Elisa indiretto

Piastre da 96 pozzetti

Utilizzabile esclusivamente nella specie pollo

ALTRO: RISERVA DI CAMPIONATURA SUCCESSIVA

C) DOCUMENTAZIONI RICHIESTE

- SCHEDA DI SICUREZZA O DICHIARAZIONE DI NON PERICOLOSITA': OBBLIGATORIA

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'

- VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AL PUNTO B) CARATTERISTICHE TECNICHE
- CONTROLLO DI QUANTO PREVISTO AL PUNTO C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
- TEST DI LABORATORIO SU UN CAMPIONE DI PROVA (OBBLIGATORIA SUI MATERIALI OFFERTI MAI TESTATI)

ALTRO: ///

0	Prima stesura	Dr. C. Berneri	Dr.ssa M. Marino	Dr. G. Tosi
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

Pos. 3 - U.S.T.A N. 5

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 19/08/2009 REV. 0
--------------	---	--

CLASSE:

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)

AREA:

- DIAGNOSTICI (DG)

SEZIONE:

- KIT DIAGNOSTICI (02)

CLASSE ML	AREA DG	SEZIONE 02	ARTICOLO 0113	CODICE ARTICOLO MLDG020113.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

KIT ELISA MYCOPLASMA GALLISEPTICUM TACCHINO

Descrizione estesa dell'articolo: Kit elisa per la determinazione degli anticorpi nei confronti di Mycoplasma gallisepticum nella specie tacchino

UNITA' D'ACQUISTO = DETERMINAZIONE

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Test Elisa indiretto

Piastre da 96 pozzetti

Utilizzabile esclusivamente nella specie tacchino

ALTRO: RISERVA DI CAMPIONATURA SUCCESSIVA

C) DOCUMENTAZIONI RICHIESTE

- SCHEDA DI SICUREZZA O DICHIARAZIONE DI NON PERICOLOSITA': OBBLIGATORIA

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'

- VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AL PUNTO B) CARATTERISTICHE TECNICHE
- CONTROLLO DI QUANTO PREVISTO AL PUNTO C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
- TEST DI LABORATORIO SU UN CAMPIONE DI PROVA (OBBLIGATORIA SUI MATERIALI OFFERTI MAI TESTATI)

ALTRO: ///

0	Prima stesura	Dr. C. Berneri	Dr.ssa M. Marino	Dr. G. Tosi
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

POS. 4 - USTA N. 5

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 19/08/2009 REV. 0
---------------------	---	---

CLASSE:

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)

AREA:

- DIAGNOSTICI (DG)

SEZIONE:

- KIT DIAGNOSTICI (02)

CLASSE ML	AREA DG	SEZIONE 02	ARTICOLO 0114	CODICE ARTICOLO MLDG020114.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

KIT ELISA MYCOPLASMA SYNOVIAE TACCHINO

Descrizione estesa dell'articolo: Kit elisa per la determinazione degli anticorpi nei confronti di Mycoplasma synoviae nella specie tacchino

UNITA' D'ACQUISTO = DETERMINAZIONE

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Test Elisa indiretto
Piastre da 96 pozzetti
Utilizzabile esclusivamente nella specie tacchino

ALTRO: RISERVA DI CAMPIONATURA SUCCESSIVA

C) DOCUMENTAZIONI RICHIESTE

- SCHEDA DI SICUREZZA O DICHIARAZIONE DI NON PERICOLOSITA': OBBLIGATORIA

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'

- VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AL PUNTO B) CARATTERISTICHE TECNICHE
- CONTROLLO DI QUANTO PREVISTO AL PUNTO C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
- TEST DI LABORATORIO SU UN CAMPIONE DI PROVA (OBBLIGATORIA SUI MATERIALI OFFERTI MAI TESTATI)

ALTRO: ///

0	Prima stesura	Dr. C. Berneri	Dr.ssa M. Marino	Dr. G. Tosi
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

POS. S - USTA N. S

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 19/08/2009 REV. 0
---------------------	---	---

CLASSE:

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)

AREA:

- DIAGNOSTICI (DG)

SEZIONE:

- KIT DIAGNOSTICI (02)

CLASSE ML	AREA DG	SEZIONE 02	ARTICOLO 0115	CODICE ARTICOLO MLDG020115.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

KIT ELISA SALMONELLA ENTERITIDIS

Descrizione estesa dell'articolo: Kit elisa per la determinazione degli anticorpi nei confronti di Salmonella enteritidis nelle specie aviari

UNITA' D'ACQUISTO = DETERMINAZIONE

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Test Elisa blocking

Piastre da 96 pozzetti

Utilizzabile sia su campioni di siero di sangue che su campioni di tuorlo d'uovo

ALTRO: RISERVA DI CAMPIONATURA SUCCESSIVA

C) DOCUMENTAZIONI RICHIESTE

- SCHEDA DI SICUREZZA O DICHIARAZIONE DI NON PERICOLOSITA': OBBLIGATORIA

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'

- VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AL PUNTO B) CARATTERISTICHE TECNICHE
- CONTROLLO DI QUANTO PREVISTO AL PUNTO C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
- TEST DI LABORATORIO SU UN CAMPIONE DI PROVA (OBBLIGATORIA SUI MATERIALI OFFERTI MAI TESTATI)

ALTRO: ///

0	Prima stesura	Dr. C. Berneri	Dr.ssa M. Marino	Dr. G. Tosi
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 8/03/2011 REV. 0
---------------------	---	---

CLASSE:

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)

AREA:

- DIAGNOSTICI (DG)

SEZIONE:

- KIT DIAGNOSTICI (02)

CLASSE	AREA	SEZIONE	ARTICOLO	CODICE ARTICOLO
ML	DG	02	0116	MLDG020116.1

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

KIT ELISA (TIPO COMPETITIVO) PNEUMOVIRUS AVIARI

Descrizione estesa dell'articolo: Kit elisa competitiva o blocking per la messa in evidenza degli anticorpi verso *Avian Pneumovirus* (APV) in siero e tuorlo d'uovo di specie aviarie formato da piastre a strips più i relativi reagenti.

UNITA' D'ACQUISTO = DETERMINAZIONE

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- Capacità di rilevare anticorpi verso Avian Pneumovirus tipo A e tipo B
- Utilizzabile per sieri e tuorlo d'uovo di tutte le specie avicole
- Si basa su una tecnica ELISA di tipo competitivo o blocking
- Tutti i reagenti contenuti nel kit dopo l'eventuale ricostituzione possono essere utilizzati anche in modo frazionato per tutta la durata di validità del kit
- La lettura dell'assorbanza è effettuata a 450 nm.
- Confezionamento: piastre a 96 pozzetti suddivise in strip da 8 pozzetti

RICHIESTA DI CAMPIONATURA: NO

Altro: ///

C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

- scheda di sicurezza o dichiarazione di non pericolosità obbligatoria

Altro: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'

- verifica di quanto previsto al punto **b) caratteristiche tecniche**
- controllo di quanto previsto al punto **c) documentazione richiesta**
- test di laboratorio su un campione di prova (obbligatoria sui materiali offerti mai testati)

Altro: ///

0	Prima stesura	Dr.ssa M. Marino	Dr. C. Berneri	Dr.ssa E. Raffini
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

POS. 7 - USFA N. 5

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 19/08/2009 REV. 0
--------------	---	--

CLASSE:

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)

AREA:

- DIAGNOSTICI (DG)

SEZIONE:

- KIT DIAGNOSTICI (02)

CLASSE ML	AREA DG	SEZIONE 02	ARTICOLO 0117	CODICE ARTICOLO MLDG020117.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

KIT ELISA ANEMIA INFETTIVA DEL POLLO

Descrizione estesa dell'articolo: Kit elisa per la determinazione degli anticorpi nei confronti del virus dell'anemia infettiva nella specie pollo

UNITA' D'ACQUISTO = DETERMINAZIONE

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Test Elisa blocking
Piastrine da 96 pozzetti

ALTRO: RISERVA DI CAMPIONATURA SUCCESSIVA

C) DOCUMENTAZIONI RICHIESTE

- SCHEDA DI SICUREZZA O DICHIARAZIONE DI NON PERICOLOSITA': OBBLIGATORIA

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'

- VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AL PUNTO B) CARATTERISTICHE TECNICHE
- CONTROLLO DI QUANTO PREVISTO AL PUNTO C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
- TEST DI LABORATORIO SU UN CAMPIONE DI PROVA (OBBLIGATORIA SUI MATERIALI OFFERTI MAI TESTATI)

ALTRO: ///

0	Prima stesura	Dr. C. Berneri	Dr.ssa M. Marino	Dr. G. Tosi
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 17/08/2009 REV. 0
---------------------	---	---

CLASSE:

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)

AREA:

- DIAGNOSTICI (DG)

SEZIONE:

- KIT DIAGNOSTICI (02)

CLASSE ML	AREA DG	SEZIONE 02	ARTICOLO 0208	CODICE ARTICOLO MLDG020208.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

KIT ELISA ANTICORPI MYCOPLASMA SYNOVIAE

Descrizione estesa dell'articolo: Kit ELISA **competitiva** per la messa in evidenza degli anticorpi verso *Mycoplasma synoviae* in siero e tuorlo d'uovo di specie aviarie formato da piastre a strips, più i relativi reagenti.

UNITA' D'ACQUISTO = DETERMINAZIONE

NOTA: LA FORNITURA DEVE ESSERE EFFETTUATA CON PRODOTTO NON INFERIORE AL 75 % DELLA SUA SCADENZA

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- Capacità di rilevare anticorpi verso *Mycoplasma synoviae*
- Utilizzabile per sieri e tuorlo d'uovo di tutte le specie avicole
- Utilizza piastre a 96 pozzetti suddivise in strip da 8 pozzetti
- Si basa su una tecnica ELISA competitiva
- Tutti i reagenti contenuti nel kit dopo l'eventuale ricostituzione possono essere utilizzati anche in modo frazionato per tutta la durata di validità del kit
- La lettura dell'assorbanza è effettuata a 450 nm.

* Richiesta campionatura: SI q.tà richiesta n° .. NO

ALTRO: //

C) DOCUMENTAZIONI RICHIESTE

- SCHEDA DI SICUREZZA O DICHIARAZIONE DI NON PERICOLOSITA': OBBLIGATORIO

ALTRO: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'

- VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AL PUNTO B) CARATTERISTICHE TECNICHE
- CONTROLLO DI QUANTO PREVISTO AL PUNTO C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
- TEST DI LABORATORIO SU CAMPIONATURA, OVE RICHIESTA - OBBLIGATORIO SU MATERIALI MAI TESTATI IN PRECEDENZA

ALTRO: ///

0	Prima stesura	Dr. C. Berneri	Dr.ssa M. Marino	Dr. E. Raffini
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 17/08/2009 REV. 0
---------------------	---	--

CLASSE:

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)

AREA:

- DIAGNOSTICI (DG)

SEZIONE:

- KIT DIAGNOSTICI (02)

CLASSE ML	AREA DG	SEZIONE 02	ARTICOLO 0209	CODICE ARTICOLO MLDG020209.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

KIT ELISA ANTICORPI MYCOPLASMA GALLISEPTICUM

Descrizione estesa dell'articolo: Kit ELISA **competitiva** per la messa in evidenza degli anticorpi verso Mycoplasma gallisepticum in siero e tuorlo d'uovo di specie aviarie formato da piastre a strips, più i relativi reagenti.

UNITA' D'ACQUISTO = DETERMINAZIONE

NOTA: LA FORNITURA DEVE ESSERE EFFETTUATA CON PRODOTTO NON INFERIORE AL 75 % DELLA SUA SCADENZA

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- Capacità di rilevare anticorpi verso Mycoplasma gallisepticum
- Utilizzabile per sieri e tuorlo d'uovo di tutte le specie avicole
- Utilizza piastre a 96 pozzetti suddivise in strip da 8 pozzetti
- Si basa su una tecnica ELISA **competitiva**
- Tutti i reagenti contenuti nel kit dopo l'eventuale ricostituzione possono essere utilizzati anche in modo frazionato per tutta la durata di validità del kit
- La lettura dell'assorbanza è effettuata a 450 nm.

* Richiesta campionatura: SI q.tà richiesta n° .. NO

ALTRO: //

C) DOCUMENTAZIONI RICHIESTE

- SCHEDA DI SICUREZZA O DICHIARAZIONE DI NON PERICOLOSITA': OBBLIGATORIO

ALTRO: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'

- VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AL PUNTO B) CARATTERISTICHE TECNICHE
- CONTROLLO DI QUANTO PREVISTO AL PUNTO C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
- TEST DI LABORATORIO SU CAMPIONATURA, OVE RICHIESTA - OBBLIGATORIO SU MATERIALI MAI TESTATI IN PRECEDENZA

ALTRO: ///

0	Prima stesura	Dr. C.Berneri	Dr.ssa M. Marino	Dr. E. Raffini
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

* Barrare la voce in cornice che interessa

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 19/08/2009 REV. 0
--------------	---	--

CLASSE:

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)

AREA:

- DIAGNOSTICI (DG)

SEZIONE:

- KIT DIAGNOSTICI (02)

CLASSE ML	AREA DG	SEZIONE 02	ARTICOLO 0221	CODICE ARTICOLO MLDG020221.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

KIT ELISA LEUCOSI AVIARE SOTTOGRUPPO J

Descrizione estesa dell'articolo: Kit elisa per la determinazione degli anticorpi nei confronti della gp85 del virus della leucosi aviare-sottogruppo J- nella specie pollo

UNITA' D'ACQUISTO = DETERMINAZIONE

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Test Elisa indiretto
Piastre da 96 pozzetti

ALTR0: RISERVA DI CAMPIONATURA SUCCESSIVA

C) DOCUMENTAZIONI RICHIESTE

- SCHEDA DI SICUREZZA O DICHIARAZIONE DI NON PERICOLOSITA': OBBLIGATORIA

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'

- VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AL PUNTO B) CARATTERISTICHE TECNICHE
- CONTROLLO DI QUANTO PREVISTO AL PUNTO C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
- TEST DI LABORATORIO SU UN CAMPIONE DI PROVA (OBBLIGATORIA SUI MATERIALI OFFERTI MAI TESTATI)

ALTR0: ///

0	Prima stesura	Dr. C.Berneri	Dr.ssa M. Marino	Dr. G. Tosi
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA