

I.Z.S.L.E.R.	KIT SIEROLOGICO ELISA INDIRECTA PER BESNOITIA BESNOITI	STA 79030 REV 0 Data emissione 05/05/2021 Pag. 1 di 1
---------------------	---	--

R. Taddei	MC. Fontana	M. Pignoli	M. Marino	Prima stesura
STESURA	VERIFICA	CONVALIDA	APPROVAZIONE	MOTIVO REVISIONE

CATEGORIA	CLASSE	SOTTOCLASSE	CODICE ARTICOLO
01	05	002	79030

A) DESCRIZIONE GENERALE

a.1) DENOMINAZIONE SINTETICA (NOME D'USO E/O COMMERCIALE) DELL'ARTICOLO

KIT SIEROLOGICO ELISA INDIRECTA PER BESNOITIA BESNOITI

a.2) DENOMINAZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO

Kit per la rilevazione di anticorpi specifici anti-Besnoitia besnoiti in siero e plasma bovino mediante tecnica ELISA di tipo indiretto

a.3) UNITÀ DI MISURA INTERNA

DETERMINAZIONE=DT

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- Kit basato su reazione ELISA di tipo indiretto per la determinazione qualitativa di anticorpi specifici anti-Besnoitia besnoiti
- Da utilizzare su siero e plasma bovino
- piastre da 96 pozzetti suddivisibili in 12 strip
- Lettura spettrofotometrica da eseguire alla lunghezza d'onda di 450 nm
- Confezionamento minimo: 180 determinazioni
- Confezionamento massimo: 450 determinazioni

Altro: il prodotto fornito dovrà avere validità non inferiore al 75% della sua SHELF LIFE

C) RICHIESTE DOCUMENTAZIONE / CAMPIONATURA

c.1) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NO SI (specificare sotto)

Certificato analisi per ogni singolo lotto riportante le caratteristiche previste al punto B)
Scheda di sicurezza o Dichiarazione di non pericolosità

c.2) CAMPIONATURA RICHIESTA NO SI (specificare sotto quantità)

Riserva di campionatura successiva pari a 90 campioni in caso di prodotti mai testati e/o acquistati

D) CONTROLLI

d.1) VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI B) E C)

Controllo documentale della corrispondenza tra le caratteristiche tecniche richieste e quanto dichiarato dalla ditta offerente

d.2) CONTROLLI DI QUALITÀ

Verifica delle performances del prodotto mediante analisi di campioni già classificati come positivi e negativi in Immunofluorescenza e/o Western Blotting