

I.Z.S.L.E.R.	KIT ELISA ANEMIA INFETTIVA DEL POLLO	STA 65233 REV 0 Data emissione 15/12/2020 Pag. 1 di 1
---------------------	---	--

G. Tosi	S. Giovannini	M. Pignoli	M. Marino	Prima stesura
STESURA	VERIFICA	CONVALIDA	APPROVAZIONE	MOTIVO REVISIONE

CATEGORIA	CLASSE	SOTTOCLASSE	CODICE ARTICOLO
01	05	0002	65233

A) DESCRIZIONE GENERALE

a.1) DENOMINAZIONE SINTETICA (NOME D'USO E/O COMMERCIALE) DELL'ARTICOLO

KIT ELISA ANEMIA INFETTIVA DEL POLLO

a.2) DENOMINAZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO

Kit ELISA indiretta per la determinazione di anticorpi nei confronti del virus dell'anemia infettiva del pollo in sieri di pollo.

a.3) UNITÀ DI MISURA INTERNA

DT = DETERMINAZIONE

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- ELISA blocking quantitativa
- Kit fornito di tutti i reagenti.
- Risultato di tipo quantitativo esprimibile in valore S/P.
- Lettura mediante spettrofotometro ad una delle seguenti lunghezze d'onda: 405 nm, 450 nm, 492 nm, 620 nm, 650 nm.
- Confezionamento: max 960 DT

C) RICHIESTE DOCUMENTAZIONE / CAMPIONATURA

c.1) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NO SI (specificare sotto)

Istruzioni del kit
Certificato di analisi riportante le caratteristiche tecniche del lotto

c.2) CAMPIONATURA RICHIESTA NO SI (specificare sotto quantità)

Riserva di campionatura successiva pari a min. 1 piastra da 96 pozzetti, in caso di prodotto mai testato e/o acquistato

D) CONTROLLI

d.1) VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI B) E C)

Controllo documentale effettuato confrontando le caratteristiche fissate nella presente scheda con quelle dichiarate dalla Ditta offerente.

d.2) CONTROLLI DI QUALITÀ

Esecuzione della prova sulla campionatura richiesta mediante l'impiego di campioni sierologici conservati dal laboratorio e provenienti sia da allevamenti indenni sia da allevamenti "problema". Verifica dei risultati ottenuti rispetto ai risultati attesi.

I.Z.S.L.E.R.	KIT ELISA LEUCOSI AVIARE SOTTOGRUPPO J	STA 65303 REV 0 Data emissione 15/12/2020 Pag. 1 di 1
---------------------	---	--

G. Tosi	S. Giovannini	M. Pignoli	M. Marino	Prima stesura
STESURA	VERIFICA	CONVALIDA	APPROVAZIONE	MOTIVO REVISIONE

CATEGORIA	CLASSE	SOTTOCLASSE	CODICE ARTICOLO
01	05	0002	65303

A) DESCRIZIONE GENERALE**a.1) DENOMINAZIONE SINTETICA (NOME D'USO E/O COMMERCIALE) DELL'ARTICOLO****KIT ELISA LEUCOSI AVIARE SOTTOGRUPPO J****a.2) DENOMINAZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO**

Kit ELISA indiretta per la determinazione di anticorpi nei confronti del sottogruppo J del virus della leucosi aviare.

a.3) UNITÀ DI MISURA INTERNA

DT = DETERMINAZIONE

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- ELISA indiretta quantitativa
- Kit fornito di tutti i reagenti (esclusa la soluzione di lavaggio).
- Risultato di tipo quantitativo esprimibile in valore S/P.
- Lettura mediante spettrofotometro ad una delle seguenti lunghezze d'onda: 405 nm, 450 nm, 492 nm, 620 nm, 650 nm.
- Confezionamento: max 960 DT

C) RICHIESTE DOCUMENTAZIONE / CAMPIONATURA**c.1) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NO SI (specificare sotto)**

Istruzioni del kit

Certificato di analisi riportante le caratteristiche tecniche del lotto

c.2) CAMPIONATURA RICHIESTA NO SI (specificare sotto quantità)

Riserva di campionatura successiva pari a min. 1 piastra da 96 pozzetti, in caso di prodotto mai testato e/o acquistato

D) CONTROLLI**d.1) VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI B) E C)**

Controllo documentale effettuato confrontando le caratteristiche fissate nella presente scheda con quelle dichiarate dalla Ditta offerente.

d.2) CONTROLLI DI QUALITÀ

Esecuzione della prova sulla campionatura richiesta mediante l'impiego di campioni sierologici conservati dal laboratorio e provenienti sia da allevamenti indenni sia da allevamenti "problema". Verifica dei risultati ottenuti rispetto ai risultati attesi.

I.Z.S.L.E.R.	KIT ELISA INDIRECTA REOVIRUS AVIARI	STA 65723 REV 0 Data emissione 15/12/2020 Pag. 1 di 1
---------------------	--	--

G. Tosi	S. Giovannini	M. Pignoli	M. Marino	Prima stesura
STESURA	VERIFICA	CONVALIDA	APPROVAZIONE	MOTIVO REVISIONE

CATEGORIA	CLASSE	SOTTOCLASSE	CODICE ARTICOLO
01	05	0002	65723

A) DESCRIZIONE GENERALE**a.1) DENOMINAZIONE SINTETICA (NOME D'USO E/O COMMERCIALE) DELL'ARTICOLO****KIT ELISA INDIRECTA REOVIRUS AVIARI****a.2) DENOMINAZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO**

Kit ELISA indiretta per la determinazione di anticorpi nei confronti dei reovirus aviari in sieri di pollo.

a.3) UNITÀ DI MISURA INTERNA

TS = TEST

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- ELISA indiretta quantitativa
- Kit fornito di tutti i reagenti (esclusa la soluzione di lavaggio).
- Risultato di tipo quantitativo esprimibile in valore S/P.
- Lettura mediante spettrofotometro ad una delle seguenti lunghezze d'onda: 405 nm, 450 nm, 492 nm, 620 nm, 650 nm.
- Confezionamento: max 960 DT

C) RICHIESTE DOCUMENTAZIONE / CAMPIONATURA**c.1) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NO SI (specificare sotto)**

Istruzioni del kit

Certificato di analisi riportante le caratteristiche tecniche del lotto

c.2) CAMPIONATURA RICHIESTA NO SI (specificare sotto quantità)

Riserva di campionatura successiva pari a min. 1 piastra da 96 pozzetti, in caso di prodotto mai testato e/o acquistato

D) CONTROLLI**d.1) VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI B) E C)**

Controllo documentale effettuato confrontando le caratteristiche fissate nella presente scheda con quelle dichiarate dalla Ditta offerente.

d.2) CONTROLLI DI QUALITÀ

Esecuzione della prova sulla campionatura richiesta mediante l'impiego di campioni sierologici conservati dal laboratorio e provenienti sia da allevamenti indenni sia da allevamenti "problema". Verifica dei risultati ottenuti rispetto ai risultati attesi.

I.Z.S.L.E.R.	KIT ELISA INDIRECTA GUMBORO(BURSITE INFETT. POLLO)	STA 65724 REV 0 Data emissione 15/12/2020 Pag. 1 di 1
---------------------	---	--

G.Tosi				
STESURA	VERIFICA	CONVALIDA	APPROVAZIONE	MOTIVO REVISIONE

CATEGORIA	CLASSE	SOTTOCLASSE	CODICE ARTICOLO
			65724

A) DESCRIZIONE GENERALE**a.1) DENOMINAZIONE SINTETICA (NOME D'USO E/O COMMERCIALE) DELL'ARTICOLO****KIT ELISA INDIRECTA GUMBORO(BURSITE INFETT. POLLO)****a.2) DENOMINAZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO**

Kit ELISA indiretta per la determinazione di anticorpi nei confronti del virus della malattia di Gumboro (bursite infettiva) in sieri di pollo.

a.3) UNITÀ DI MISURA INTERNA

TS = TEST

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- ELISA indiretta quantitativa
- Kit fornito di tutti i reagenti (esclusa la soluzione di lavaggio).
- Risultato di tipo quantitativo esprimibile in valore S/P.
- Lettura mediante spettrofotometro ad una delle seguenti lunghezze d'onda: 405 nm, 450 nm, 492 nm, 620 nm, 650 nm
- Confezionamento: max 960 DT

C) RICHIESTE DOCUMENTAZIONE / CAMPIONATURA**c.1) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NO SI (specificare sotto)**

Istruzioni del kit

Certificato di analisi riportante le caratteristiche tecniche del lotto

c.2) CAMPIONATURA RICHIESTA NO SI (specificare sotto quantità)

Riserva di campionatura successiva pari a min. 1 piastra da 96 pozzetti, in caso di prodotto mai testato e/o acquistato

D) CONTROLLI**d.1) VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI B) E C)**

Controllo documentale effettuato confrontando le caratteristiche fissate nella presente scheda con quelle dichiarate dalla Ditta offerente.

d.2) CONTROLLI DI QUALITÀ

Esecuzione della prova sulla campionatura richiesta mediante l'impiego di campioni sierologici conservati dal laboratorio e provenienti sia da allevamenti indenni sia da allevamenti "problema". Verifica dei risultati ottenuti rispetto ai risultati attesi.

I.Z.S.L.E.R.	KIT ELISA INDIRETTA BRONCHITE INFETTIVA AVIARE	STA 65725 REV 0 Data emissione 15/12/2020 Pag. 1 di 1
---------------------	---	--

G. Tosi	S. Giovannini	M. Pignoli	M. Marino	Prima stesura
STESURA	VERIFICA	CONVALIDA	APPROVAZIONE	MOTIVO REVISIONE

CATEGORIA	CLASSE	SOTTOCLASSE	CODICE ARTICOLO
01	05	0002	65725

A) DESCRIZIONE GENERALE**a.1) DENOMINAZIONE SINTETICA (NOME D'USO E/O COMMERCIALE) DELL'ARTICOLO****KIT ELISA INDIRETTA BRONCHITE INFETTIVA AVIARE****a.2) DENOMINAZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO**

Kit ELISA indiretta per la determinazione di anticorpi nei confronti del virus della bronchite infettiva aviare in sieri di pollo.

a.3) UNITÀ DI MISURA INTERNA

TS = TEST

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- ELISA indiretta quantitativa
- Kit fornito di tutti i reagenti (esclusa la soluzione di lavaggio).
- Risultato di tipo quantitativo esprimibile in valore S/P.
- Lettura mediante spettrofotometro ad una delle seguenti lunghezze d'onda: 405 nm, 450 nm, 492 nm, 620 nm, 650 nm.
- Confezionamento: max 960 DT

C) RICHIESTE DOCUMENTAZIONE / CAMPIONATURA**c.1) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NO SI (specificare sotto)**

Istruzioni del kit

Certificato di analisi riportante le caratteristiche tecniche del lotto

c.2) CAMPIONATURA RICHIESTA NO SI (specificare sotto quantità)

Riserva di campionatura successiva pari a min. 1 piastra da 96 pozzetti, in caso di prodotto mai testato e/o acquistato

D) CONTROLLI**d.1) VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI B) E C)**

Controllo documentale effettuato confrontando le caratteristiche fissate nella presente scheda con quelle dichiarate dalla Ditta offerente.

d.2) CONTROLLI DI QUALITÀ

Esecuzione della prova sulla campionatura richiesta mediante l'impiego di campioni sierologici conservati dal laboratorio e provenienti sia da allevamenti indenni sia da allevamenti "problema". Verifica dei risultati ottenuti rispetto ai risultati attesi.

I.Z.S.L.E.R.	KIT ELISA INDIRECTA ENCEFALOMIELE AVIARE	STA 65726 REV 0 Data emissione 15/12/2020 Pag. 1 di 1
---------------------	---	--

G. Tosi	S. Giovannini	M. Pignoli	M. Marino	Prima stesura
STESURA	VERIFICA	CONVALIDA	APPROVAZIONE	MOTIVO REVISIONE

CATEGORIA	CLASSE	SOTTOCLASSE	CODICE ARTICOLO
01	05	0002	65726

A) DESCRIZIONE GENERALE

a.1) DENOMINAZIONE SINTETICA (NOME D'USO E/O COMMERCIALE) DELL'ARTICOLO

KIT ELISA INDIRECTA ENCEFALOMIELE AVIARE

a.2) DENOMINAZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO

Kit ELISA indiretta per la determinazione di anticorpi nei confronti del virus della encefalomyelite aviaria in sieri di pollo.

a.3) UNITÀ DI MISURA INTERNA

TS = TEST

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- ELISA indiretta quantitativa
- Kit fornito di tutti i reagenti (esclusa la soluzione di lavaggio).
- Risultato di tipo quantitativo esprimibile in valore S/P.
- Lettura mediante spettrofotometro ad una delle seguenti lunghezze d'onda: 405 nm, 450 nm, 492 nm, 620 nm, 650 nm.
- Confezionamento: max 960 DT

C) RICHIESTE DOCUMENTAZIONE / CAMPIONATURA

c.1) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NO SI (specificare sotto)

Istruzioni del kit

Certificato di analisi riportante le caratteristiche tecniche del lotto

c.2) CAMPIONATURA RICHIESTA NO SI (specificare sotto quantità)

Riserva di campionatura successiva pari a min. 1 piastra da 96 pozzetti, in caso di prodotto mai testato e/o acquistato

D) CONTROLLI

d.1) VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI B) E C)

Controllo documentale effettuato confrontando le caratteristiche fissate nella presente scheda con quelle dichiarate dalla Ditta offerente.

d.2) CONTROLLI DI QUALITÀ

Esecuzione della prova sulla campionatura richiesta mediante l'impiego di campioni sierologici conservati dal laboratorio e provenienti sia da allevamenti indenni sia da allevamenti "problema". Verifica dei risultati ottenuti rispetto ai risultati attesi.

I.Z.S.L.E.R.	KIT ELISA INDIRECTA ANTIGENE p27 LEUCOSI AVIARE	STA 65729 REV 0 Data emissione 15/12/2020 Pag. 1 di 1
---------------------	--	--

G. Tosi	S. Giovannini	M. Pignoli	M. Marino	Prima stesura
STESURA	VERIFICA	CONVALIDA	APPROVAZIONE	MOTIVO REVISIONE

CATEGORIA	CLASSE	SOTTOCLASSE	CODICE ARTICOLO
01	05	0002	65729

A) DESCRIZIONE GENERALE**a.1) DENOMINAZIONE SINTETICA (NOME D'USO E/O COMMERCIALE) DELL'ARTICOLO****KIT ELISA INDIRECTA ANTIGENE p27 LEUCOSI AVIARE****a.2) DENOMINAZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO**

Kit ELISA per la determinazione dell'antigene p27 del virus della leucosi aviare

a.3) UNITÀ DI MISURA INTERNA

TS = TEST

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- ELISA di tipo "antigen capture".
- Kit fornito di tutti i reagenti (inclusa la soluzione di lavaggio).
- Applicabile sulle seguenti matrici: siero, albume, tamponi cloacali.
- Risultato di tipo quantitativo esprimibile in valore S/P.
- Lettura mediante spettrofotometro ad una delle seguenti lunghezze d'onda: 405 nm, 450 nm, 492 nm, 620 nm, 650 nm.
- Confezionamento: max 960 DT

C) RICHIESTE DOCUMENTAZIONE / CAMPIONATURA**c.1) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NO SI (specificare sotto)**

Istruzioni del kit

Certificato di analisi riportante le caratteristiche tecniche del lotto

c.2) CAMPIONATURA RICHIESTA NO SI (specificare sotto quantità)

Riserva di campionatura successiva pari a min. 1 piastra da 96 pozzetti, in caso di prodotto mai testato e/o acquistato

D) CONTROLLI**d.1) VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI B) E C)**

Controllo documentale effettuato confrontando le caratteristiche fissate nella presente scheda con quelle dichiarate dalla Ditta offerente.

d.2) CONTROLLI DI QUALITÀ

Esecuzione della prova sulla campionatura richiesta mediante l'impiego di campioni sierologici conservati dal laboratorio e provenienti sia da allevamenti indenni sia da allevamenti "problema". Verifica dei risultati ottenuti rispetto ai risultati attesi.