

I.Z.S.L.E.R.	KIT ELISA ACTINOBACILLUS PLEUROPNEUMONIAE 2	STA 65373 REV 0 Data emissione 20/04/2021 Pag. 1 di 1
---------------------	--	--

Dr. A. Luppi	Dr. S. Giovannini	M. Pignoli	M. Marino	Messa a sistema scheda MLDG020305.1 rev. 0 del 16/11/2010
STESURA	VERIFICA	CONVALIDA	APPROVAZIONE	MOTIVO REVISIONE

CATEGORIA	CLASSE	SOTTOCLASSE	CODICE ARTICOLO
01	05	0002	65373

A) DESCRIZIONE GENERALE

a.1) DENOMINAZIONE SINTETICA (NOME D'USO E/O COMMERCIALE) DELL'ARTICOLO

KIT ELISA ACTINOBACILLUS PLEUROPNEUMONIAE 2

a.2) DENOMINAZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO

Kit sierologia diagnostica per la ricerca anticorpi contro *Actinobacillus pleuropneumoniae* nel suino, sierotipi 2

a.3) UNITÀ DI MISURA INTERNA

DT = determinazione

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tipo test: ELISA
- Ceppi riconosciuti: sierotipo 2
- Espressione del risultato: positivo/negativo/dubbio
- Confezionamento: 1 kit per min 192 dt - max 384 dt

C) RICHIESTE DOCUMENTAZIONE / CAMPIONATURA

c.1) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NO SI (specificare sotto)

La fornitura deve essere comprensiva di schede di sicurezza
Certificato d'analisi per ogni singolo lotto riportante le caratteristiche previste al punto B
Dossier di validazione del kit relativo alle matrici previste

c.2) CAMPIONATURA RICHIESTA NO SI (specificare sotto quantità)

Riserva di campionatura successiva pari a **192 DETERMINAZIONI** in caso di prodotti mai testati e/o acquistati

D) CONTROLLI

d.1) VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI B) E C)

Controllo documentale effettuato confrontando le caratteristiche fissate nella presente scheda con quelle dichiarate dalla Ditta offerente.

d.2) CONTROLLI DI QUALITÀ

Valutazione della precisione secondo quanto previsto dalla PG 00/078, attraverso prove di ripetibilità e riproducibilità, in presenza di dossier di validazione relativo al kit.

I.Z.S.L.E.R.	KIT ELISA ACTINOBACILLUS PLEUROPNEUMONIAE 5	STA 65374 REV 0 Data emissione 20/04/2021 Pag. 1 di 1
---------------------	--	--

Dr. A. Luppi	Dr. S. Giovannini	M. Pignoli	M. Marino	Messa a sistema scheda tecnica MLDG020306.1 rev. 0 del 16/11/2010
STESURA	VERIFICA	CONVALIDA	APPROVAZIONE	MOTIVO REVISIONE

CATEGORIA	CLASSE	SOTTOCLASSE	CODICE ARTICOLO
01	05	0002	65374

A) DESCRIZIONE GENERALE**a.1) DENOMINAZIONE SINTETICA (NOME D'USO E/O COMMERCIALE) DELL'ARTICOLO****KIT ELISA ACTINOBACILLUS PLEUROPNEUMONIAE 1-9-11****a.2) DENOMINAZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO**

Kit sierologia diagnostica per la ricerca anticorpi contro *Actinobacillus pleuropneumoniae* nel suino, sierotipi 1-9-11

a.3) UNITÀ DI MISURA INTERNA

DT = determinazione

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tipo test: ELISA
- Ceppi riconosciuti: sierotipo 1-9-11
- Espressione del risultato: positivo/negativo/dubbio
- Confezionamento: 1 kit per min 192 dt - max 384 dt

C) RICHIESTE DOCUMENTAZIONE / CAMPIONATURA**c.1) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NO SI (specificare sotto)**

La fornitura deve essere comprensiva di schede di sicurezza
Certificato d'analisi per ogni singolo lotto riportante le caratteristiche previste al punto B
Dossier di validazione del kit relativo alle matrici previste

c.2) CAMPIONATURA RICHIESTA NO SI (specificare sotto quantità)

Riserva di campionatura successiva pari a **192 DETERMINAZIONI** in caso di prodotti mai testati e/o acquistati

D) CONTROLLI**d.1) VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI B) E C)**

Controllo documentale effettuato confrontando le caratteristiche fissate nella presente scheda con quelle dichiarate dalla Ditta offerente.

d.2) CONTROLLI DI QUALITÀ

Valutazione della precisione secondo quanto previsto dalla PG 00/078, attraverso prove di ripetibilità e riproducibilità, in presenza di dossier di validazione relativo al kit.

I.Z.S.L.E.R.	KIT ELISA ACTINOBACILLUS PLEUROPNEUMONIAE 4-7	STA 65376 REV 0 Data emissione 20/04/2021 Pag. 1 di 1
---------------------	--	--

Dr. A. Luppi	Dr. S. Giovannini	M. Pignoli	M. Marino	Messa a sistema scheda MLDG020308.1 rev. 0 del 16/11/2010
STESURA	VERIFICA	CONVALIDA	APPROVAZIONE	MOTIVO REVISIONE

CATEGORIA	CLASSE	SOTTOCLASSE	CODICE ARTICOLO
01	05	0002	65376

A) DESCRIZIONE GENERALE

a.1) DENOMINAZIONE SINTETICA (NOME D'USO E/O COMMERCIALE) DELL'ARTICOLO

KIT ELISA ACTINOBACILLUS PLEUROPNEUMONIAE 4-7

a.2) DENOMINAZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO

Kit sierologia diagnostica per la ricerca anticorpi contro *Actinobacillus pleuropneumoniae* nel suino, sierotipi 4-7

a.3) UNITÀ DI MISURA INTERNA

DT = determinazione

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tipo test: ELISA
- Ceppi riconosciuti: sierotipo 4-7
- Espressione del risultato: positivo/negativo/dubbio
- Confezionamento: 1 kit per min 192 dt - max 384 dt

C) RICHIESTE DOCUMENTAZIONE / CAMPIONATURA

c.1) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NO SI (specificare sotto)

La fornitura deve essere comprensiva di schede di sicurezza
Certificato d'analisi per ogni singolo lotto riportante le caratteristiche previste al punto B
Dossier di validazione del kit relativo alle matrici previste

c.2) CAMPIONATURA RICHIESTA NO SI (specificare sotto quantità)

Riserva di campionatura successiva pari a **192 DETERMINAZIONI** in caso di prodotti mai testati e/o acquistati

D) CONTROLLI

d.1) VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI B) E C)

Controllo documentale effettuato confrontando le caratteristiche fissate nella presente scheda con quelle dichiarate dalla Ditta offerente.

d.2) CONTROLLI DI QUALITÀ

Valutazione della precisione secondo quanto previsto dalla PG 00/078, attraverso prove di ripetibilità e riproducibilità, in presenza di dossier di validazione relativo al kit.