

<b>I.Z.S.L.E.R.</b>	<b>SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE</b>	DATA DI EMISSIONE: 10.03.2015 REV. 04
---------------------	---	---

**CATEGORIA:**

- Consumi Materiale Sanitario

**CLASSE:**

- Piccola Strumentazione

**SOTTOCLASSE:**

- Materiale plastico

CATEGORIA	CLASSE	SOTTOCLASSE	CODICE ARTICOLO
01	09	0003	66311

**A) CARATTERISTICHE GENERALI**

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

**PIASTRA PETRI PLASTICA STERILE 90mm****Descrizione estesa dell'articolo: ///**

UNITA' D'ACQUISTO = PEZZI

**B) CARATTERISTICHE TECNICHE**

Materiale: polistirolo  
Caratteristiche prodotto finito: trasparente, antigraffio, atossico, superfici perfettamente piane, assenza di sbavature su tutti i margini, solido (resistenza meccanica allo schiacciamento)

Diametro interno fondo: 86,0 ÷ 88,0 mm

Peso totale piastra: non inferiore a 14,5 gr

Altezza totale piastra: non inferiore a 14,0 mm, non superiore a 15,0 mm  
(incluso coperchio)

Altezza fondo: non inferiore a 12,0 mm

Aerazione piastra: almeno 3 tacche di ventilazione

Sterilizzazione: produzione in camera bianca e sterilizzazione raggi gamma o trattamento equivalente; indicazione, sull'esterno di ogni imballo, della validità della sterilità;

Confezione: sacchetti sigillati contenenti un massimo n° 25 piastre cadauno; si richiede l'uso di sacchetti resistenti onde evitare rotture degli stessi durante i trasporti con conseguente perdita della sterilità.  
 Presenza nella confezione di separatori di pila, o sistema equivalente a garanzia di protezione meccanica alle sollecitazioni da movimentazione (evidenza di fessurazioni, sbrecciature o rottura delle piastre);

Chiusura sacchetto: Il "baffo" lungo di chiusura del sacchetto deve essere posizionato sul lato del fondo piastra, nella pila.

Imballo: massimo n° 600 pezzi per cartone

Spedizione: in bancali 80x120cm  
distinzione, per bancale, dei lotti consegnati\* Richiesta campionatura:  sì q.tà minima richiesta n° 1000 pezzi  NOAltro: impilabilità verticale delle piastre  
adattabilità all'impiego su impianti automatici di distribuzione presenti presso le strutture.**C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

Nessuna

Altro: Dichiarazione della equivalenza

**D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'**Verifica di quanto previsto al punto B) **CARATTERISTICHE TECNICHE**

04	Riclassificazione anagrafica in relazione al nuovo software	Dr. C. Berneri	Sig. P. Gialdi	Dr. C. Berneri
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA