

<b>I.Z.S.L.E.R.</b>	<b>SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE</b>	DATA DI EMISSIONE: 22.08.2016 REV. 3
---------------------	---	--

**CATEGORIA:**

- Consumo materiale sanitario

**CLASSE:**

- Piccola strumentazione

**SOTTOCLASSE:**

- Materiale plastico

CATEGORIA 01	CLASSE 09	SOTTOCLASSE 0003	CODICE ARTICOLO 66317
-----------------	--------------	---------------------	--------------------------

**A) CARATTERISTICHE GENERALI**

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

**PROVETTA CRYOTUBE STERILE 1,8ml**
**Descrizione estesa dell'articolo:** provetta cryotube sterile 1,8ml con tappo ermetico per la crioconservazione di materiale biologico

UNITA' D'ACQUISTO = PEZZI

**NOTA: il prodotto fornito dovrà avere validità non inferiore al 75% della sua SHELF LIFE****B) CARATTERISTICHE TECNICHE**

Materiale: polipropilene atossico

Capacità: 1,8 ml

Fondo: rotondo

Base d'appoggio: sagomata

Filettatura provetta: interna

Tappo: ad avvitamento interno alla provetta, con guarnizione in silicone, diametro del tappo non superiore a quello della provetta

Sterilizzazione: raggi gamma  
si richiede indicazione, all'esterno di ogni imballo, della validità della sterilità

Confezione: 50 provette massimo per busta

Altro: utilizzo potenziale in azoto liquido sia in immersione che nei fumi

**RISERVA DI CAMPIONATURA SUCCESSIVA PARI A 20 PEZZI****C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**DA PRESENTARE SOLO IN CASO DI FORNITURA EFFETTIVA: Certificato d'analisi di ogni lotto fornito

Altro: ///

**D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'**Verifica di quanto previsto al punto B) **CARATTERISTICHE TECNICHE**

3	Riclassificazione anagrafica in relazione al nuovo software	Dr.ssa M. Marino	Dr. C. Berneri	Dr.ssa A. Moreno
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA