

<b>I.Z.S.L.E.R.</b>	<b>SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE</b>	DATA DI EMISSIONE: 01.12.2015 REV. 2
---------------------	---	--

**CATEGORIA:**

- CONSUMI MATERIALE SANITARIO

**CLASSE:**

- PICCOLA STRUMENTAZIONE

**SOTTOCLASSE:**

- MATERIALE PLASTICO

CATEGORIA 01	CLASSE 09	SOTTOCLASSE 0003	CODICE ARTICOLO 66319
-----------------	--------------	---------------------	--------------------------

**A) CARATTERISTICHE GENERALI**

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

**PROVETTA PLASTICA 12X55mm CON TAPPO**

Descrizione estesa dell'articolo: ///

UNITA' DI MISURA = PEZZO

**B) CARATTERISTICHE TECNICHE**

Forma: cilindrica senza bordo

Materiale: polistirolo PS

Capacità: 3ml

Altezza: 55 mm ± 1mm

Diametro esterno: 12 mm ± 0,5mm

Fondo: arrotondato

Confezione: sacco da 1000 pezzi massimo

Colore: neutro

Tappo: con alette adattabile alla provetta

Materiale tappo: polietilene

Altro: ///

**RISERVA DI CAMPIONATURA SUCCESSIVA PARI A 10 PZ****C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA****Certificato d'analisi** relativo ad ogni lotto fornito.

Altro: ///

**D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'**Verifica di quanto previsto al punto B) **CARATTERISTICHE TECNICHE**

2	Riclassificazione anagrafica in relazione al nuovo software	Dr.ssa M. Marino	Dr. C. Berneri	Dr. L. Alborali
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA