

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 01.12.2015 REV. 3
---------------------	---	--

CATEGORIA:

- CONSUMI MATERIALE SANITARIO

CLASSE:

- PICCOLA STRUMENTAZIONE

SOTTOCLASSE:

- MATERIALE PLASTICO

CATEGORIA 01	CLASSE 09	SOTTOCLASSE 0003	CODICE ARTICOLO 66320
-----------------	--------------	---------------------	--------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

PROVETTA PLASTICA STERILE 16X100mm CON TAPPO A VITE
Descrizione estesa dell'articolo: ///

UNITÀ DI MISURA = PEZZO

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma: cilindrica, fondo ad U

Materiale: polistirene perfettamente trasparente

Capacità: minimo 10 ml

Altezza: 100 mm

Diametro esterno superiore : 16 mm

Sterilizzazione: raggi gamma
si richiede l' indicazione, sull'esterno di ogni imballo, della validità della sterilità

Confezione: 150 pezzi massimo

Altro: ///

RISERVA DI CAMPIONATURA SUCCESSIVA PARI A 20 PZ**C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

CERTIFICATO D'ANALISI RELATIVO AD OGNI LOTTO FORNITO.

Altro: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'Verifica di quanto previsto al punto B) **CARATTERISTICHE TECNICHE**

3	Riclassificazione anagrafica in relazione al nuovo software	Dr.ssa M. Marino	Dr. C. Berneri	Dr. M. Bugnetti
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA