

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 22.08.2016 REV. 3
---------------------	---	--

CATEGORIA:

- CONSUMI MATERIALE SANITARIO

CLASSE:

- PICCOLA STRUMENTAZIONE

SOTTOCLASSE:

- MATERIALE PLASTICO

CATEGORIA 01	CLASSE 09	SOTTOCLASSE 0003	CODICE ARTICOLO 66321
-----------------	--------------	---------------------	--------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

PROVETTA PLASTICA STERILE 16X160mm TAPPO A VITE
Descrizione estesa dell'articolo: ///

Unità di misura = PEZZO

NOTA: il prodotto fornito dovrà avere validità non inferiore al 75% della sua SHELF LIFE**B) CARATTERISTICHE TECNICHE**

Forma:	cilindrica, fondo ad U
Materiale:	polistirene perfettamente trasparente
Capacità:	16 ml ÷ 17 ml
Altezza:	150 mm ÷ 160 mm
Diametro esterno superiore :	15 ÷ 16 mm
Sterilizzazione:	raggi gamma si richiede l'indicazione, sull'esterno di ogni imballo, della validità della sterilità
Confezione:	150 pezzi massimo

RISERVA DI CAMPIONATURA SUCCESSIVA PARI A 20 PZ**C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**DA PRESENTARE SOLO IN CASO DI FORNITURA EFFETTIVA: Certificato d'analisi di ogni lotto fornito

Altro: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITÀVerifica di quanto previsto al punto B) **CARATTERISTICHE TECNICHE**

3	Riclassificazione anagrafica in relazione al nuovo software	Dr.ssa M. Marino	Dr. C. Berneri	Dr. M. Dancu
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA