

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 30.03.2018 REV. 2
---------------------	---	--

CATEGORIA:

- Consumo materiale sanitario

CLASSE:

- Piccola strumentazione

SOTTOCLASSE:

- Materiale plastico

CATEGORIA 01	CLASSE 09	SOTTOCLASSE 0003	CODICE ARTICOLO 66422
-----------------	--------------	---------------------	--------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

PROVETTA 50ML-CONICA-STERILE-IN POLIPR-TAPPO VITE

Descrizione estesa dell'articolo: provetta con capacità di 50ml, fondo a V (conico), sterile, in polipropilene (PP) e con tappo a vite.

UNITA' D'ACQUISTO = PEZZI

NOTA: il prodotto fornito dovrà avere validità non inferiore al 75% della sua SHELF LIFE**B) CARATTERISTICHE TECNICHE**

Oltre alle caratteristiche presenti nella "Descrizione estesa dell'articolo" deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:

Graduata

RNAse free

Resistente fenolo/cloroformio

Perfetta tenuta del tappo della provetta contenente cloroformio quando sottoposta a ripetute agitazioni

Confezionamento: 100 pz massimo

Altro: RISERVA DI CAMPIONATURA SUCCESSIVA PARI A 20 PZ**C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**DA PRESENTARE SOLO IN CASO DI FORNITURA EFFETTIVA: Certificato d'analisi di ogni lotto fornito

Altro: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'Verifica di quanto previsto al punto B) **CARATTERISTICHE TECNICHE**

2	Riclassificazione anagrafica in relazione al nuovo software	Dr.ssa M. Marino	Dr. C. Berneri	Dr.ssa M. Pacciarini
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA