

<b>I.Z.S.L.E.R.</b>	<b>SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE</b>	DATA DI EMISSIONE: 30.03.2018 REV. 3
---------------------	---	--

**CATEGORIA:**

- Consumo materiale sanitario

**CLASSE:**

- Piccola strumentazione

**SOTTOCLASSE:**

- Materiale plastico

CATEGORIA 01	CLASSE 09	SOTTOCLASSE 0003	CODICE ARTICOLO 66423
-----------------	--------------	---------------------	--------------------------

**A) CARATTERISTICHE GENERALI**

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

**PROVETTA VACUTAINER STERILE**
**Descrizione estesa dell'articolo:** provetta vacutainer sterile tappo rosso

UNITA' D'ACQUISTO = PEZZI

**NOTA: il prodotto fornito dovrà avere validità non inferiore al 75% della sua SHELF LIFE****B) CARATTERISTICHE TECNICHE**

Materiale: plastica trasparente

Dimensioni: diametro 16mm ± 0,5mm  
lunghezza 100mm ± 1mm

Volume di sangue contenuto: non inferiore a 9ml

Confezionamento: 100 pezzi massimo

Altro: dotazione di n° 1 camicia per prelievo ogni 100 provette circa.

**RISERVA DI CAMPIONATURA SUCCESSIVA****C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA****DA PRESENTARE SOLO IN CASO DI FORNITURA EFFETTIVA:** Certificato d'analisi di ogni lotto fornito

Altro: ///

**D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'**Verifica di quanto previsto al punto B) **CARATTERISTICHE TECNICHE**

3	Riclassificazione anagrafica in relazione al nuovo software	Dr.ssa M. Marino	Dr. C. Berneri	Dr. G. Lombardi
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA