

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 30.03.2018 REV. 3
---------------------	---	--

CATEGORIA:

- Consumo materiale sanitario

CLASSE:

- Piccola strumentazione

SOTTOCLASSE:

- Materiale plastico

CATEGORIA 01	CLASSE 09	SOTTOCLASSE 0003	CODICE ARTICOLO 66424
-----------------	--------------	---------------------	--------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

PROVETTA VACUTAINER STERILE EDTA
Descrizione estesa dell'articolo: provetta vacutainer sterile EDTA con tappo viola

UNITA' D'ACQUISTO = PEZZI

NOTA: il prodotto fornito dovrà avere validità non inferiore al 75% della sua SHELF LIFE**B) CARATTERISTICHE TECNICHE**

Materiale: plastica trasparente

Dimensioni: diametro 16mm ± 0,5mm
lunghezza 100mm ± 1mm

Volume di sangue contenuto: non inferiore a 9ml

Anticoagulante: K3 EDTA

Confezionamento: 100 pezzi massimo

Altro: dotazione di n° 1 camicia per prelievo ogni 100 provette circa.

RISERVA DI CAMPIONATURA SUCCESSIVA**C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**DA PRESENTARE SOLO IN CASO DI FORNITURA EFFETTIVA: Certificato d'analisi di ogni lotto fornito

Altro: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'Verifica di quanto previsto al punto B) **CARATTERISTICHE TECNICHE**

3	Riclassificazione anagrafica in relazione al nuovo software	Dr.ssa M. Marino	Dr. C. Berneri	Dr. G. Lombardi
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA