

<b>I.Z.S.L.E.R.</b>	<b>VIAL PLAST. ml.2 CON SFERE PER CONGELA. CEPPI BATTERICI</b>	<b>STA 66504 REV. 0 Data emissione XX GEN. 2023 Pag. 1 di 1</b>
---------------------	--	---

<b>R.Taddei</b>	<b>N.Vicari</b>	<b>M. Pignoli</b>	<b>M. Marino</b>	Prima stesura
<b>STESURA</b>	<b>VERIFICA</b>	<b>CONVALIDA</b>	<b>APPROVAZIONE</b>	<b>MOTIVO REVISIONE</b>

<b>CATEGORIA</b>	<b>CLASSE</b>	<b>SOTTOCLASSE</b>	<b>CODICE ARTICOLO</b>
01	09	0003	66504

## A) DESCRIZIONE GENERALE

### a.1) DENOMINAZIONE SINTETICA (NOME D'USO E/O COMMERCIALE) DELL'ARTICOLO

**VIAL PLASTICA DA 2mL CON SFERE PER CONGELAMENTO CEPPI BATTERICI**

### a.2) DENOMINAZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO

Vial plastica con sfere per la conservazione a lungo termine di ceppi batterici e fungini

### a.3) UNITÀ DI MISURA INTERNA

Pezzo (pz)

## B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche: Provetta in polipropilene da 2 mL con tappo a vite contenente almeno 20 sferette immerse in soluzione crioconservante.

Sterili. Contenenti sferette colorate in colori assortiti all'interno della stessa confezione  
Adatte per essere conservate dopo l'inoculo in ultracongelatore a temperature inferiori a -64°C.

In fase di rivitalizzazione del ceppo, le sferette devono essere facilmente recuperabili dalla provetta (es. mediante ansa ago) ed utilizzate direttamente per l'inoculo del terreno di coltura.

Confezionamento: compreso tra 80 e 100 pezzi

Scadenza: il prodotto fornito dovrà avere validità non inferiore al 75% della sua *shelf life*

## C) RICHIESTE DOCUMENTAZIONE / CAMPIONATURA

### c.1) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NO SÌ (specificare sotto)

Certificato analisi per ogni singolo lotto riportante le caratteristiche previste al punto B)  
Scheda di sicurezza o Dichiarazione di non pericolosità

### c.2) CAMPIONATURA RICHIESTA NO SÌ (specificare sotto quantità)

## D) CONTROLLI

### d.1) VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI B) E C)

Controllo documentale della corrispondenza tra le caratteristiche tecniche richieste e quanto dichiarato dalla ditta offerente

### d.2) CONTROLLI DI QUALITÀ