

I.Z.S.L.E.R.	PROVETTA PLASTICA SANGUE 16X82MM CON TAPPO	STA 66318 REV 0 Data emissione 23/01/2019 Pag. 1 di 2
---------------------	---	--

G. Bozzoni	A. Lavazza	M. Pignoli	M. Marino	Messa a sistema della scheda tecnica 66318 rev. 3 del 01.12.2015
STESURA	VERIFICA	CONVALIDA	APPROVAZIONE	MOTIVO REVISIONE

CATEGORIA	CLASSE	SOTTOCLASSE	CODICE ARTICOLO
01	09	0003	66318

A) DESCRIZIONE GENERALE

a.1) DENOMINAZIONE SINTETICA (NOME D'USO E/O COMMERCIALE) DELL'ARTICOLO

PROVETTA PLASTICA SANGUE 16X82MM CON TAPPO

a.2) DENOMINAZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO

//

a.3) UNITÀ DI MISURA INTERNA

PEZZO (PZ)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- Forma: cilindrica
- Materiale: polietilene morbido forabile con siringa, mediamente trasparente (vedi foto)
- Capacità: 8ml
- Altezza: 82 mm ± 1mm
- Diametro superiore esterno: 16 mm ± 0,5mm
- Tappo: neutro a pressione a presa igienica (vedi foto)
- Confezione: 3000 pezzi massimo
- Altro: resistente alla centrifugazione ad almeno 10000 rpm

C) RICHIESTE DOCUMENTAZIONE / CAMPIONATURA

c.1) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NO SI (specificare sotto)

- Scheda delle caratteristiche tecniche del prodotto offerto
- Certificato d'analisi relativo ad ogni lotto fornito.

c.2) CAMPIONATURA RICHIESTA NO SI (specificare sotto quantità)

30 PZ

D) CONTROLLI

d.1) VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI B) E C)

Controllo documentale effettuato confrontando le caratteristiche fissate nella presente scheda con quelle dichiarate dalla Ditta offerente.

d.2) CONTROLLI DI QUALITÀ

Verifica dimensioni e regolarità/uniformità spessore pareti; verifica tenuta tappo; verifica possibilità

I.Z.S.L.E.R.	PROVETTA PLASTICA SANGUE 16X82MM CON TAPPO	STA 66318 REV 0 Data emissione 23/01/2019 Pag. 2 di 2
---------------------	---	--

di perforazione con ago siringa per prelievo liquido dalla base. Verifica di tenuta alla centrifugazione effettuata con carico 5 ml e 10000 g

ALLEGATO:

Immagine della tipologia di provette richieste

