

I.Z.S.L.E.R.	KIT IF PER RICKETTSIOSI	STA 65227 REV 0 Data emissione 01/08/2019 Pag. 1 di 1
---------------------	-------------------------	--

R. Taddei	MC. Fontana	M. Pignoli	M. Marino	Messa a sistema della scheda tecnica MLDG020111.1 rev. 0 del 07/08/2009
STESURA	VERIFICA	CONVALIDA	APPROVAZIONE	MOTIVO REVISIONE

CATEGORIA	CLASSE	SOTTOCLASSE	CODICE ARTICOLO
01	05	0002	65227

A) DESCRIZIONE GENERALE

a.1) DENOMINAZIONE SINTETICA (NOME D'USO E/O COMMERCIALE) DELL'ARTICOLO

KIT IF PER RICKETTSIOSI

a.2) DENOMINAZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO

kit immunologico indiretto a fluorescenza per la rilevazione di anticorpi di classe IgG dirette verso Rickettsia conorii nel siero o nel plasma canino

a.3) UNITÀ DI MISURA INTERNA

DETERMINAZIONE = DT

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- Kit da utilizzare su campioni di siero o plasma di cane, per la determinazione qualitativa o semi-quantitativa delle IgG verso Rickettsia conorii
- Confezionamento: non superiore a 10 vetrini da 10-12 pozzetti
- Vetrini costituiti da pozzetti contenenti cellule infettate con R. conorii, sottoposte ad inattivazione
- Compreso di anticorpo coniugato anti IgG di cane marcato con fluoresceina (FITC)
- Compreso di controlli positivi e negativi e liquido di montaggio
- Altro: il prodotto fornito dovrà avere validità non inferiore al 75% della sua SHELF LIFE

C) RICHIESTE DOCUMENTAZIONE / CAMPIONATURA

c.1) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA **NO** **X SI** (*specificare sotto*)

Certificato analisi per ogni singolo lotto riportante le caratteristiche previste al punto B)
Scheda di sicurezza o Dichiarazione di non pericolosità

c.2) CAMPIONATURA RICHIESTA **x NO** **SI** (*specificare sotto quantità*)

D) CONTROLLI

d.1) VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI B) E C)

Controllo documentale della corrispondenza tra le caratteristiche tecniche richieste e quanto dichiarato dalla ditta offerente

d.2) CONTROLLI DI QUALITÀ