| I.Z.S.L.E.R. | IMBUTO SEPARATOREVETRO 2000 ML | STA MLVETRE69729<br>REV 1<br>Data emissione<br>07/05/2025<br>Pag. 1 di 1 |
|---|---|---|

| | | M. Ossoli | M.P. Olivieri | Adeguamento codice e aggiornamento caratteristiche |
|---|---|---|---|---|
| STESURA | VERIFICA | CONVALIDA | APPROVAZIONE | MOTIVO REVISIONE |

| CATEGORIA | CLASSE | SOTTOCLASSE | CODICE ARTICOLO |
|---|---|---|---|
| 01 | 11 | 0001 | MLVETRE69729 |

## A) DESCRIZIONE GENERALE

**a.1) DENOMINAZIONE SINTETICA (NOME D'USO E/O COMMERCIALE) DELL'ARTICOLO**

**IMBUTO SEPARATOREVETRO 2000 ML**

**a.2) DENOMINAZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO**

//

**a.3) UNITÀ DI MISURA INTERNA**

PZ=PEZZO

## B) CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| Capacità | 2000mL |
| Materiale | vetro borosilicato marchiato Duran o Pyrex<br>Perfettamente trasparente ed incolore<br>esente da bolle impurezze e striature<br>spessore uniforme |
| Forma | conica |
| Gambo | lunghezza minima 7 cm |
| Diametro canale | 6mm |
| Cono NS | 29/32 |
| Rubinetto | in teflon ( PTFE ) |
| Tappo | Polipropilene ( PP ) o Polietilene 8 PE ) |

Altro: Le giunzioni per l'inserimento del rubinetto tra la parte terminale dell'imbuto e l'inizio del gambo dovranno rispondere a requisiti di robustezza quando sottoposto ad energiche agitazioni.

## C) RICHIESTE DOCUMENTAZIONE / CAMPIONATURA

**c.1) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA** ☐ **NO** ☒ **SI** *(specificare sotto)*

Scheda tecnica del prodotto offerto

**c.2) CAMPIONATURA RICHIESTA** ☒ **NO** ☐ **SI** *(specificare sotto quantità)*

## D) CONTROLLI

**d.1) VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI B) E C)**

Controllo documentale effettuato confrontando le caratteristiche fissate nella presente scheda con quelle dichiarate dalla ditta offerente

**d.2) CONTROLLI DI QUALITÀ**

| I.Z.S.L.E.R. | IMBUTO SEPARATOREVETRO 1000 ML | STA MLVETRE69733<br>REV 1<br>Data emissione<br>07/05/2025<br>Pag. 1 di 1 |
|---|---|---|

| | | M. Ossoli | M.P. Olivieri | Adeguamento codice e aggiornamento caratteristiche tecniche |
|---|---|---|---|---|
| **STESURA** | **VERIFICA** | **CONVALIDA** | **APPROVAZIONE** | **MOTIVO REVISIONE** |

| CATEGORIA | CLASSE | SOTTOCLASSE | CODICE ARTICOLO |
|---|---|---|---|
| 01 | 11 | 0001 | MLVETRE69733 |

## A) DESCRIZIONE GENERALE

**a.1) DENOMINAZIONE SINTETICA (NOME D'USO E/O COMMERCIALE) DELL'ARTICOLO**

**IMBUTO SEPARATOREVETRO 1000 ML**

**a.2) DENOMINAZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO**

//

**a.3) UNITÀ DI MISURA INTERNA**

PZ=PEZZO

## B) CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| Capacità | 1000mL |
| Materiale | vetro borosilicato marchiato Duran o Pyrex<br>Perfettamente trasparente ed incolore<br>esente da bolle impurezze e striature<br>spessore uniforme |
| Forma | conica |
| Gambo | lunghezza minima 7 cm |
| Diametro canale | 6mm |
| Cono NS | 29/32 |
| Rubinetto | in teflon ( PTFE ) |
| Tappo | Polipropilene ( PP ) o Polietilene 8 PE ) |

Altro: Le giunzioni per l'inserimento del rubinetto tra la parte terminale dell'imbuto e l'inizio del gambo dovranno rispondere a requisiti di robustezza quando sottoposto ad energiche agitazioni.

## C) RICHIESTE DOCUMENTAZIONE / CAMPIONATURA

**c.1) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA** ☐ **NO** ☒ **SI** *(specificare sotto)*

Scheda tecnica del prodotto offerto

**c.2) CAMPIONATURA RICHIESTA** ☒ **NO** ☐ **SI** *(specificare sotto quantità)*

## D) CONTROLLI

**d.1) VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI B) E C)**

Controllo documentale effettuato confrontando le caratteristiche fissate nella presente scheda con quelle dichiarate dalla ditta offerente

**d.2) CONTROLLI DI QUALITÀ**

| I.Z.S.L.E.R. | MATRACCIO VETRO 25mL TARATO CLASSE A | STA MLVETRE69756 REV 1 Data emissione 08/05/2025 Pag. 1 di 2 |
|---|---|---|

| S.Facchetti | G. Segato | M. Ossoli | M.P. Olivieri | Aggiornamento al modulo PG00/110 A e codice articolo |
|---|---|---|---|---|
| STESURA | VERIFICA | CONVALIDA | APPROVAZIONE | MOTIVO REVISIONE |

| CATEGORIA | CLASSE | SOTTOCLASSE | CODICE ARTICOLO |
|---|---|---|---|
| 01 | 11 | 0001 | MLVETRE69756 |

## A) DESCRIZIONE GENERALE

### a.1) DENOMINAZIONE SINTETICA (NOME D'USO E/O COMMERCIALE) DELL'ARTICOLO

**MATRACCIO VETRO 25mL TARATO CLASSE A**

### a.2) DENOMINAZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO

Matraccio tarato a palloncino Classe A da 25 ml in vetro borosilicato tipo Duran

### a.3) UNITÀ DI MISURA INTERNA

……

## B) CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| Vetro: | Borosilicato tipo Glass 3.3 - ISO 3585<br>Elevata resistenza agli alcali e agli acidi<br>Elevata resistenza idrolitica,<br>Espansione termica ≤ 33 x $10^{-7}$ $K^{1}$ (20°C - 300°C)<br>Elevata resistenza agli shock termici |
| Base (d): | 43 ± 2 mm |
| Altezza (h): | 115 ± 5 mm |
| Peso | 27 ± 4g |
| Forma | Palloncino |
| Fondo: | Piatto |
| Cono | 10/19 |
| Capacità: | 25 ml |
| Tolleranze | ± 0,04 ml a 20°C |
| Tappo: | Polipropilene |
| Serigrafia | Indelebile resistente a lavaggi aggressivi |
| Indicazioni | Volume nominale-Unità di misura - Tolleranza<br>Classe A Temperatura di riferimento<br>Produttore -<br>Simbolo della certificazione e Marchio certificazione |




## C) RICHIESTE DOCUMENTAZIONE / CAMPIONATURA

### c.1) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ☐ NO ☒ SI *(specificare sotto)*

Scheda tecnica del prodotto offerto

**c.2) CAMPIONATURA RICHIESTA** ☐ **NO** ☒ **SI** *(specificare sotto quantità)*

Riserva di campionatura successiva pari a 2 pz in caso di prodotti mai acquistati

## D) CONTROLLI

**d.1) VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI B) E C)**

Controllo documentale effettuato confrontando le caratteristiche fissate nella presente scheda con quelle dichiarate dalla ditta offerente

**d.2) CONTROLLI DI QUALITÀ**

Prove di lavaggio ripetute per verificare la tenuta delle scritte serigrafiche.
Prove di resistenza a basi e acidi forti.