

<b>I.Z.S.L.E.R.</b>	<b>SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE</b>	DATA DI EMISSIONE: 16.04.2018 REV. 3
---------------------	---	--

**CATEGORIA:**

- Consumo materiale sanitario

**CLASSE:**

- Reagenti

**SOTTOCLASSE:**

- Reagenti - sostanze liquide

CATEGORIA	CLASSE	SOTTOCLASSE	CODICE ARTICOLO
01	08	0001	68457

**A) CARATTERISTICHE GENERALI**

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

**ALCOOL METILICO HPLC**

Descrizione estesa dell'articolo: //
--------------------------------------

UNITA' D'ACQUISTO = 1 PEZZO X 2500ml

**NOTA: il prodotto fornito dovrà avere validità non inferiore al 75% della sua SHELF LIFE****B) CARATTERISTICHE TECNICHE**

- NOME CHIMICO: ALCOOL METILICO
- FORMULA BRUTA: CH<sub>4</sub>O
- PUREZZA e/o TITOLO MINIMO : 99,9%
- Acqua: ≤ 0,02 %
- HPLC-gradient a 235 nm: ≤ 2 mAU
- HPLC-gradient a 254 nm: ≤ 5 mAU
- Fluorescence (quinine) a 254 nm: ≤ 1 ppb
- Fluorescence (quinine) a 365 nm: ≤ 1 ppb
- Transmission a 220 nm: ≥ 50 %
- Transmission a 235 nm: ≥ 80 %
- Transmission a 260 nm: ≥ 98 %
- Solvente filtrato su filtri da 0,2 µm

**Altro: RISERVA DI CAMPIONATURA SUCCESSIVA****C) DOCUMENTAZIONI RICHIESTE**

- SCHEDA DI SICUREZZA: OBBLIGATORIA
- DA PRESENTARE SOLO IN CASO DI FORNITURA EFFETTIVA: Certificato d'analisi di ogni lotto fornito
- ALTRO: //

**D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'**

- CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
- TEST DI LABORATORIO SU UN CAMPIONE DI PROVA (OBBLIGATORIA SUI MATERIALI OFFERTI MAI TESTATI)
- ALTRO: ///

3	Riclassificazione anagrafica in relazione al nuovo software	Dr.ssa M.Marino	Dr. C. Berneri	Dr.ssa E. Ferretti
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA