

<b>I.Z.S.L.E.R.</b>	<b>SOLUZIONE STANDARD TARATURA AW = 0,760 (76% UR)</b>	<b>STA 66996 REV 0 Data emissione 07/09/2021 Pag. 1 di 1</b>
---------------------	------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

R. Taddei	M.C. Fontana	M. Pignoli	M. Marino	Messa a sistema della scheda tecnica 66996 Rev 1 del 30/03/2018
<b>STESURA</b>	<b>VERIFICA</b>	<b>CONVALIDA</b>	<b>APPROVAZIONE</b>	<b>MOTIVO REVISIONE</b>

CATEGORIA	CLASSE	SOTTOCLASSE	CODICE ARTICOLO
01	07	0001	66996

**A) DESCRIZIONE GENERALE****a.1) DENOMINAZIONE SINTETICA (NOME D'USO E/O COMMERCIALE) DELL'ARTICOLO****SOLUZIONE STANDARD TARATURA AW = 0,760 (76% UR)****a.2) DENOMINAZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO**

Fiala monouso contenente Soluzione per taratura degli strumenti di misurazione dell'attività dell'acqua (aw) con valore 0.76

**a.3) UNITÀ DI MISURA INTERNA**

FI = fiala

**B) CARATTERISTICHE TECNICHE**

aw = 0.760 ± 0.003

Confezionamento non superiore alle 50 fiale

Volume della fiala non inferiore a 4 mL

**C) RICHIESTE DOCUMENTAZIONE / CAMPIONATURA****c.1) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**  NO  SI (specificare sotto)

Scheda tecnica del prodotto offerto

Scheda di sicurezza

Certificato di analisi per ogni lotto fornito

Certificazione ISO 17034 o dichiarazione di equivalenza

**c.2) CAMPIONATURA RICHIESTA**  NO  SI (specificare sotto *quantità*)

//

**D) CONTROLLI****d.1) VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI B) E C)**

Controllo documentale effettuato confrontando le caratteristiche fissate nella presente scheda con quelle dichiarate dalla ditta offerente

**d.2) CONTROLLI DI QUALITÀ**

//