

I.Z.S.L.E.R.	SOLUZIONE STANDARD TARATURA AW = 0,920 (92% UR)	STA 80296 REV 0 Data emissione 07/09/2021 Pag. 1 di 1
--------------	--	--

R. Taddei	M.C. Fontana	M. Pignoli	M. Marino	Prima stesura
STESURA	VERIFICA	CONVALIDA	APPROVAZIONE	MOTIVO REVISIONE

CATEGORIA	CLASSE	SOTTOCLASSE	CODICE ARTICOLO
01	07	0001	80296

A) DESCRIZIONE GENERALE**a.1) DENOMINAZIONE SINTETICA (NOME D'USO E/O COMMERCIALE) DELL'ARTICOLO****SOLUZIONE STANDARD TARATURA AW = 0,920 (92% UR)****a.2) DENOMINAZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO**

fiala monouso contenente Soluzione per taratura degli strumenti di misurazione dell'attività dell'acqua (aw) con valore 0,920

a.3) UNITÀ DI MISURA INTERNA

FI = fiala

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

aw = 0,920 ± 0.003

Confezionamento non superiore alle 50 fiale

Volume della fiala non inferiore a 4 mL

C) RICHIESTE DOCUMENTAZIONE / CAMPIONATURA**c.1) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA** ☐ NO ☒ SI (specificare sotto)

Scheda tecnica del prodotto offerto

Scheda di sicurezza

Certificato di analisi per ogni lotto fornito

Certificazione ISO 17034 o dichiarazione di equivalenza

c.2) CAMPIONATURA RICHIESTA ☒ NO ☐ SI (specificare sotto quantità)

//

D) CONTROLLI**d.1) VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI B) E C)**

Controllo documentale effettuato confrontando le caratteristiche fissate nella presente scheda con quelle dichiarate dalla ditta offerente

d.2) CONTROLLI DI QUALITÀ

//