| I.Z.S.L.E.R. | KIT ELISA FEBBRE Q A STRIP | STA 65587 REV 0 Data emissione 26/02/2021 |
|--------------|----------------------------|--|
| | | Pag. 1 di 1 |

| C. Rosignoli | Dr. S. Giovannini | M. Pignoli | M. Marino | Messa a sistema della scheda tecnica cod. 65587 rev.1 del 28/7/2014 |
|--------------|----------------------|------------|--------------|---|
| STESURA | VERIFICA | CONVALIDA | APPROVAZIONE | MOTIVO REVISIONE |

| CAT | EGORIA | CLASSE | SOTTOCLASSE | CODICE ARTICOLO |
|-----|--------|--------|-------------|-----------------|
| | 01 | 05 | 0001 | 65587 |

A) DESCRIZIONE GENERALE

a.1) DENOMINAZIONE SINTETICA (NOME D'USO E/O COMMERCIALE) DELL'ARTICOLO

KIT ELISA FEBBRE Q A STRIP

a.2) DENOMINAZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO

//

a.3) UNITÀ DI MISURA INTERNA

DT = Determinazione

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Kit ELISA validato per l'esame di campioni di siero di sangue in ruminanti (almeno queste tre specie: bovino, ovino, caprino);

Confezionamento: 1 kit da 2 piastre da 192 determinazioni max

C) RICHIESTE DOCUMENTAZIONE / CAMPIONATURA

| c.1) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA | ☐ NO | X SI (spec | ificare sotto) | |
|--|-------|------------|----------------|--|
| La fornitura deve essere comprensiva di schede di sicurezza Certificato d'analisi per ogni singolo lotto riportante le caratteristiche previste al punto B Dossier di validazione del kit relativo alle matrici previste | | | | |
| c.2) CAMPIONATURA RICHIESTA Riserva di campionatura succ | NO No | X SI | | |

D) CONTROLLI

d.1) VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI B) E C)

Verifica delle caratteristiche tecniche richieste, della certificazione richiesta e delle prove di campionatura

d.2) CONTROLLI DI QUALITÀ

Valutazione della precisione, attraverso prove di ripetibilità e riproducibilità, in presenza di dossier di validazione relativo al kit.