

<b>I.Z.S.L.E.R.</b>	<b>KIT ELISA ANEMIA INFETTIVA DEL POLLO</b>	<b>STA 65233 REV 0 Data emissione 15/12/2020 Pag. 1 di 1</b>
---------------------	---	--

G. Tosi	S. Giovannini	M. Pignoli	M. Marino	Prima stesura
<b>STESURA</b>	<b>VERIFICA</b>	<b>CONVALIDA</b>	<b>APPROVAZIONE</b>	<b>MOTIVO REVISIONE</b>

CATEGORIA	CLASSE	SOTTOCLASSE	CODICE ARTICOLO
01	05	0002	65233

**A) DESCRIZIONE GENERALE****a.1) DENOMINAZIONE SINTETICA (NOME D'USO E/O COMMERCIALE) DELL'ARTICOLO****KIT ELISA ANEMIA INFETTIVA DEL POLLO****a.2) DENOMINAZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO**

Kit ELISA indiretta per la determinazione di anticorpi nei confronti del virus dell'anemia infettiva del pollo in sieri di pollo.

**a.3) UNITÀ DI MISURA INTERNA**

DT = DETERMINAZIONE

**B) CARATTERISTICHE TECNICHE**

- ELISA blocking quantitativa
- Kit fornito di tutti i reagenti.
- Risultato di tipo quantitativo esprimibile in valore S/P.
- Lettura mediante spettrofotometro ad una delle seguenti lunghezze d'onda: 405 nm, 450 nm, 492 nm, 620 nm, 650 nm.
- Confezionamento: max 960 DT

**C) RICHIESTE DOCUMENTAZIONE / CAMPIONATURA****c.1) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA     NO     SI (specificare sotto)**

Istruzioni del kit

Certificato di analisi riportante le caratteristiche tecniche del lotto

**c.2) CAMPIONATURA RICHIESTA     NO     SI (specificare sotto quantità)**

Riserva di campionatura successiva pari a min. 1 piastra da 96 pozzetti, in caso di prodotto mai testato e/o acquistato

**D) CONTROLLI****d.1) VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI B) E C)**

Controllo documentale effettuato confrontando le caratteristiche fissate nella presente scheda con quelle dichiarate dalla Ditta offerente.

**d.2) CONTROLLI DI QUALITÀ**

Esecuzione della prova sulla campionatura richiesta mediante l'impiego di campioni sierologici conservati dal laboratorio e provenienti sia da allevamenti indenni sia da allevamenti "problema". Verifica dei risultati ottenuti rispetto ai risultati attesi.