

I.Z.S.L.E.R.	SOLUZIONE TAMPONE pH 2	STA 67202 REV 0 Data emissione 28/06/2023 Pag. 1 di 1
---------------------	-------------------------------	--

V. Gamba	S. Menotta	M. Pignoli	D. Violato	Prima stesura
STESURA	VERIFICA	CONVALIDA	APPROVAZIONE	MOTIVO REVISIONE

CATEGORIA	CLASSE	SOTTOCLASSE	CODICE ARTICOLO
01	07	0001	67202

A) DESCRIZIONE GENERALE

a.1) DENOMINAZIONE SINTETICA (NOME D'USO E/O COMMERCIALE) DELL'ARTICOLO

Soluzione tampone pH 2,00

a.2) DENOMINAZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO

Soluzione di taratura certificata pH 2,00

a.3) UNITÀ DI MISURA INTERNA

PZ = pezzo

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale di riferimento certificato

Valore di pH: 2,00

Incertezza: $\pm 0,01$ a 20°C oppure $\pm 0,01$ a 25°C oppure $\pm 0,02$ a 20°C
oppure $\pm 0,02$ a 25°C

Certificato: ISO/IEC 17034

Confezionamento: 500 mL

Altro: La confezione deve riportare la scala delle variazioni del pH
in funzione della temperatura

Il prodotto fornito dovrà avere validità non inferiore al 75% della sua SHELF LIFE

C) RICHIESTE DOCUMENTAZIONE / CAMPIONATURA

c.1) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NO SI (specificare sotto)

- Scheda tecnica del prodotto offerto
- Certificato d'analisi di ogni lotto fornito
- Scheda di Sicurezza

c.2) CAMPIONATURA RICHIESTA NO SI (specificare sotto quantità)

\\

D) CONTROLLI

d.1) VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI B) E C)

Controllo documentale effettuato confrontando le caratteristiche fissate nella presente scheda con quelle dichiarate dalla Ditta offerente.

d.2) CONTROLLI DI QUALITÀ

\\