

I.Z.S.L.E.R.	SOLUZIONE TAMPONE pH 4	STA 67683 REV 0 Data emissione 15/06/2023 Pag. 1 di 1
--------------	------------------------	---

V. Gamba	S. Menotta	M. Pignoli	D. Violato	Messa a sistema della scheda tecnica 67683 rev. 2 del 30/03/2018
STESURA	VERIFICA	CONVALIDA	APPROVAZIONE	MOTIVO REVISIONE

CATEGORIA	CLASSE	SOTTOCLASSE	CODICE ARTICOLO
01	07	0001	67683

A) DESCRIZIONE GENERALE**a.1) DENOMINAZIONE SINTETICA (NOME D'USO E/O COMMERCIALE) DELL'ARTICOLO****SOLUZIONE TAMPONE pH 4****a.2) DENOMINAZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO**

Soluzione di taratura certificata pH 4

a.3) UNITÀ DI MISURA INTERNA

PZ = pezzo

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale di riferimento certificato

Valore di pH: 4.00

Incertezza: $\pm 0,01$ a 20°C oppure $\pm 0,01$ a 25°C

Certificato: ISO/IEC 17034

Confezionamento: 500 mL

Altro: La confezione deve riportare la scala delle variazioni del pH
in funzione della temperatura
Il prodotto fornito dovrà avere validità non inferiore al 75% della sua SHELF LIFE

C) RICHIESTE DOCUMENTAZIONE / CAMPIONATURA**c.1) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA** ☐ NO ☒ SI (specificare sotto)

- Scheda tecnica del prodotto offerto
- Certificato d'analisi di ogni lotto fornito
- Scheda di Sicurezza

c.2) CAMPIONATURA RICHIESTA ☒ NO ☐ SI (specificare sotto quantità)

\\

D) CONTROLLI**d.1) VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI B) E C)**

Controllo documentale effettuato confrontando le caratteristiche fissate nella presente scheda con quelle dichiarate dalla Ditta offerente.

d.2) CONTROLLI DI QUALITÀ

\\