

I.Z.S.L.E.R.	CARTINA INDICATORE PH 5-10 (1CFX100 STRISCE)	STA 68917 REV 0 Data emissione 09/05/2024 Pag. 1 di 2
--------------	--	---

G. FEDRIZZI	M. TOLOMELLI	M. COMPAGNONI	M.P. OLIVIERI	MESSA A SISTEMA SC. COD. 68917 REV. 2 DEL 17/04/2018
STESURA	VERIFICA	CONVALIDA	APPROVAZIONE	MOTIVO REVISIONE

CATEGORIA	CLASSE	SOTTOCLASSE	CODICE ARTICOLO
01	08	0002	68917

A) DESCRIZIONE GENERALE**a.1) DENOMINAZIONE SINTETICA (NOME D'USO E/O COMMERCIALE) DELL'ARTICOLO****CARTINA INDICATORE PH 5-10 (1CFX100 STRISCE)****a.2) DENOMINAZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO**

//

a.3) UNITÀ DI MISURA INTERNA

CF= CONFEZIONE

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- NOME CHIMICO: //
- FORMULA BRUTA: //
- PUREZZA e/o TITOLO MINIMO: //

ALTRO: IN GRADO DI EVIDENZIARE VALORI DI pH NEL RANGE 5-10

NOTA: il prodotto fornito dovrà avere validità non inferiore al 75% della sua SHELF LIFE**C) RICHIESTE DOCUMENTAZIONE / CAMPIONATURA****c.1) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA** ☐ NO ☒ SI (specificare sotto)

Scheda tecnica del prodotto offerto

Scheda di sicurezza

Certificato d'analisi di ogni lotto fornito, da presentare solo in caso di fornitura effettiva

c.2) CAMPIONATURA RICHIESTA ☐ NO ☒ SI (specificare sotto quantità)

Riserva di campionatura successiva pari a 1 CF in caso di prodotti mai acquistati

D) CONTROLLI**d.1) VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI B) E C)**

Controllo documentale effettuato confrontando le caratteristiche fissate nella presente scheda con quelle dichiarate dalla ditta offerente

I.Z.S.L.E.R.	CARTINA INDICATORE PH 5-10 (1CFX100 STRISCE)	STA 68917 REV 0 Data emissione 09/05/2024 Pag. 2 di 2
---------------------	---	--

d.2) CONTROLLI DI QUALITÀ

Controllo della documentazione richiesta;

Test di laboratorio su un campione di prova (obbligatoria sui materiali offerti mai testati)