

| | | |
|---------------------|--|--|
| I.Z.S.L.E.R. | GENbag 1CFX20BUSTE +20GENERATORI+2BARRETTE-20TEST | STA 68326 REV 0 Data emissione 10/04/2024 Pag. 1 di 2 |
|---------------------|--|--|

| | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|---|
| P. BERGONZINI | F. BOIOCCHI | M. COMPAGNONI | M.P. OLIVIERI | MESSA A SISTEMA SC. COD. 68326 REV. 2 DEL 09/04/2018 |
| STESURA | VERIFICA | CONVALIDA | APPROVAZIONE | MOTIVO REVISIONE |

| CATEGORIA | CLASSE | SOTTOCLASSE | CODICE ARTICOLO |
|-----------|--------|-------------|-----------------|
| 01 | 08 | 0001 | 68326 |

A) DESCRIZIONE GENERALE

a.1) DENOMINAZIONE SINTETICA (NOME D'USO E/O COMMERCIALE) DELL'ARTICOLO

GENbag 1CFX20BUSTE +20GENERATORI+2BARRETTE-20TEST

a.2) DENOMINAZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO

//

a.3) UNITÀ DI MISURA INTERNA

CF= CONFEZIONE

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Sistema composto da:

- generatore chimico delle condizioni di microaerobiosi;
- sacchetto di plastica per il ricovero di massimo 2 piastre Petri;
- barretta per la chiusura ermetica del sacchetto.

Il generatore non deve richiedere né l'impiego di catalizzatori né l'aggiunta di altri componenti per l'attivazione della reazione. Deve inoltre garantire la realizzazione di una concentrazione di ossigeno variabile tra il 5% e il 12% entro 24 ore.

NOTA: il prodotto fornito dovrà avere validità non inferiore al 75% della sua SHELF LIFE

C) RICHIESTE DOCUMENTAZIONE / CAMPIONATURA

c.1) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NO SI (specificare sotto)

Scheda tecnica del prodotto offerto

Scheda di sicurezza

Certificato d'analisi di ogni lotto fornito, da presentare solo in caso di fornitura effettiva

c.2) CAMPIONATURA RICHIESTA NO SI (specificare sotto quantità)

Riserva di campionatura successiva pari a 1 CF in caso di prodotti mai acquistati

D) CONTROLLI

d.1) VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI B) E C)

Controllo documentale effettuato confrontando le caratteristiche fissate nella presente scheda con quelle dichiarate dalla ditta offerente

| | | |
|---------------------|--|--|
| I.Z.S.L.E.R. | GENbag 1CFX20BUSTE +20GENERATORI+2BARRETTE-20TEST | STA 68326 REV 0 Data emissione 10/04/2024 Pag. 2 di 2 |
|---------------------|--|--|

d.2) CONTROLLI DI QUALITÀ

Controllo della documentazione richiesta;

Test di laboratorio su un campione di prova (obbligatoria sui materiali offerti mai testati)