

<b>I.Z.S.L.E.R.</b>	<b>SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE</b>	<b>DATA DI EMISSIONE: 09.04.2018 REV. 3</b>
---------------------	---	---

**CATEGORIA:**

- Consumo materiale sanitario

**CLASSE:**

- Reagenti

**SOTTOCLASSE:**

- Reagenti - sostanze liquide

CATEGORIA 01	CLASSE 08	SOTTOCLASSE 0001	CODICE ARTICOLO 68161
-----------------	--------------	---------------------	--------------------------

**A) CARATTERISTICHE GENERALI**

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

**ACETONITRILE HPLC FAR UV GRADIENT GRADE**

Descrizione estesa dell'articolo: //

UNITA' D'ACQUISTO = 1 PEZZO X 2500ml

**NOTA: il prodotto fornito dovrà avere validità non inferiore al 75% della sua SHELF LIFE**

**B) CARATTERISTICHE TECNICHE**

- NOME CHIMICO: ACETONITRILE
- FORMULA BRUTA:  $C_2H_3N$
- PUREZZA e/o TITOLO MINIMO : 99,9%
- Acqua:  $\leq 0,02$  %
- HPLC-gradient a 210 nm:  $\leq 3$  mAU
- HPLC-gradient a 254 nm:  $\leq 0,5$  mAU
- Fluorescence (quinine) a 254 nm:  $\leq 1$  ppb
- Fluorescence (quinine) a 365 nm:  $\leq 0,5$  ppb
- Transmission a 195 nm:  $\geq 75$  %
- Transmission a 230 nm:  $\geq 98$  %
- Solvente filtrato su filtri da  $0,2 \mu m$

Altro: **RISERVA DI CAMPIONATURA SUCCESSIVA**

**C) DOCUMENTAZIONI RICHIESTE**

- SCHEDA DI SICUREZZA: OBBLIGATORIA
- DA PRESENTARE SOLO IN CASO DI FORNITURA EFFETTIVA: Certificato d'analisi di ogni lotto fornito
- ALTRO: //

**D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'**

- CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
- TEST DI LABORATORIO SU UN CAMPIONE DI PROVA (OBBLIGATORIA SUI MATERIALI OFFERTI MAI TESTATI)
- ALTRO: ///

3	Riclassificazione anagrafica in relazione al nuovo software	Dr.ssa M. Marino	Dr. C. Berneri	Dr.ssa E. Ferretti
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA