

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| <b>I.Z.S.L.E.R.</b> | <b>SCHEDA<br/>CARATTERISTICHE<br/>RICHIESTE</b> | DATA<br>DI EMISSIONE: 09.04.2018<br>REV. 3 |
|---------------------|---|--|

**CATEGORIA:**

- Consumo materiale sanitario

**CLASSE:**

- Reagenti

**SOTTOCLASSE:**

- Reagenti - sostanze liquide

|                 |              |                     |                          |
|-----------------|--------------|---------------------|--------------------------|
| CATEGORIA<br>01 | CLASSE<br>08 | SOTTOCLASSE<br>0001 | CODICE ARTICOLO<br>68413 |
|-----------------|--------------|---------------------|--------------------------|

**A) CARATTERISTICHE GENERALI**

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

**ACIDO CLORIDRICO SOLUZIONE 0.1 N**

**Descrizione estesa dell'articolo: //**

UNITA' D'ACQUISTO = **1 PEZZO X 1000 ml**

**NOTA: il prodotto fornito dovrà avere validità non inferiore al 75% della sua SHELF LIFE**

**B) CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Nome chimico: acido cloridrico
- Formula bruta: HCl
- Purezza e/o titolo minimo : 0.1 eq/l  $\pm$  1%

Altro: **RISERVA DI CAMPIONATURA SUCCESSIVA**

**C) DOCUMENTAZIONI RICHIESTE**

- SCHEDA DI SICUREZZA: OBBLIGATORIA
- DA PRESENTARE SOLO IN CASO DI FORNITURA EFFETTIVA: Certificato d'analisi di ogni lotto fornito
- ALTRO: //

**D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'**

- Controllo della documentazione richiesta
- Test di laboratorio su un campione di prova (obbligatoria sui materiali offerti mai testati)

Altro: ///

|         |   |                  |                |                  |
|---------|---|------------------|----------------|------------------|
| 3       | Riclassificazione anagrafica<br>in relazione al nuovo<br>software | Dr.ssa M. Marino | Dr. C. Berneri | Dr. E. Sangiorgi |
| REV. N. | MOTIVO  | APPROVAZIONE     | VERIFICA       | STESURA          |