

<b>I.Z.S.L.E.R.</b>	<b>SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE</b>	<b>DATA DI EMISSIONE: 30.03.2018 REV. 2</b>
---------------------	---	---

**CATEGORIA:**

- Consumo materiale sanitario

**CLASSE:**

- Materiale di riferimento

**SOTTOCLASSE:**

- Materiale di riferimento

CATEGORIA 01	CLASSE 07	SOTTOCLASSE 0001	CODICE ARTICOLO 67682
-----------------	--------------	---------------------	--------------------------

**A) CARATTERISTICHE GENERALI**

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

**SOLUZIONE TAMPONE pH 7**

Descrizione estesa dell'articolo: ///

SOSTANZE DI RIFERIMENTO

UNITA' D'ACQUISTO = 1 PEZZO X 500ml

**NOTA: il prodotto fornito dovrà avere validità non inferiore al 75% della sua SHELF LIFE**

**B) CARATTERISTICHE TECNICHE**

Valore pH:  $7 \pm 0,02$  a 20°C

Reagente di grado analitico

**ALTRO:** si richiede che la confezione riporti la scala delle variazioni del pH in funzione della temperatura.

**RISERVA DI CAMPIONATURA SUCCESSIVA**

**C) DOCUMENTAZIONI RICHIESTE**

- SCHEDA DI SICUREZZA: OBBLIGATORIA
- DA PRESENTARE SOLO IN CASO DI FORNITURA EFFETTIVA: Certificato d'analisi di ogni lotto fornito

ALTRO: ///

**D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'**

- CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
- TEST DI LABORATORIO SU UN CAMPIONE DI PROVA (OBBLIGATORIA SUI MATERIALI OFFERTI MAI TESTATI)

ALTRO: ///

2	Riclassificazione anagrafica in relazione al nuovo software	Dr.ssa M. Marino	Dr. C. Berneri	Dr.ssa E. Ferretti
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA