

I.Z.S.L.E.R.	CARTINA INDICATORE DI PH 0-6,0	STA 68726 REV. 0 Data emissione 02.12. 2019 Pag. 1 di 1
---------------------	---------------------------------------	--

M. Gasparini	E. Ferretti	M. Pignoli	M. Marino	Prima stesura
STESURA	VERIFICA	CONVALIDA	APPROVAZIONE	MOTIVO REVISIONE

CATEGORIA	CLASSE	SOTTOCLASSE	CODICE ARTICOLO
01	08	0002	68726

A) DESCRIZIONE GENERALE**a.1) DENOMINAZIONE SINTETICA (NOME D'USO E/O COMMERCIALE) DELL'ARTICOLO****CARTINA INDICATORE DI PH 0-6,0****a.2) DENOMINAZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO**

CARTINA INDICATORE di pH nel range 0 – 6,0

a.3) UNITÀ DI MISURA INTERNA

PEZZO (1 PEZZO PER 1 STRISCIA)

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- La cartina Deve essere in grado di evidenziare valori di pH nel range 0 - 6
- Confezionamento: 1 cf x 100 STRISCE
- Altro: il prodotto fornito dovrà avere validità non inferiore al 75% della sua SHELF LIFE

C) RICHIESTE DOCUMENTAZIONE / CAMPIONATURA**c.1) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA** ☐ **NO** ☒ **SI** (specificare sotto)Certificato di analisi riportante le caratteristiche tecniche come sopra richiesto.
Scheda di sicurezza.**c.2) CAMPIONATURA RICHIESTA** ☒ **NO** ☐ **SI** (specificare sotto quantità)**D) CONTROLLI****d.1) VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI B) E C)**

Controllo documentale effettuato confrontando le caratteristiche fissate nella presente scheda con quelle dichiarate dalla Ditta offerente.

d.2) CONTROLLI DI QUALITÀ

//