

<b>I.Z.S.L.E.R.</b>	<b>SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE</b>	<b>DATA DI EMISSIONE: 30.03.2018 REV. 1</b>
---------------------	---	---

CATEGORIA:

- Consumo materiale sanitario

CLASSE:

- Materiale di riferimento

SOTTOCLASSE:

- Materiale di riferimento

CATEGORIA 01	CLASSE 07	SOTTOCLASSE 0001	CODICE ARTICOLO 66996
-----------------	--------------	---------------------	--------------------------

#### A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

**SOLUZIONE STANDARD TARATURA  $a_w = 0.760$  (76% UR)**

**Descrizione estesa dell'articolo:** Soluzione per taratura per strumenti di misurazione dell'attività dell'acqua ( $a_w$ ) con valore 0.760 (76 % UR)

UNITA' D'ACQUISTO = FIALA

**NOTA: il prodotto fornito dovrà avere validità non inferiore al 75% della sua SHELF LIFE**

#### B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: fiala monouso contenente soluzione standard stabile, a titolo  $a_w$  noto
- Valore standard:  $a_w = 0.760 \pm 0.003$
- Confezionamento: max 10 pezzi/confezione

Altro: RISERVA DI CAMPIONATURA SUCCESSIVA

#### C) DOCUMENTAZIONI RICHIESTE

- scheda di sicurezza o dichiarazione di non pericolosità: obbligatorio
- certificato di analisi

Altro: ///

#### D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'

- verifica di quanto previsto al punto b)
- controllo di quanto previsto al punto c)

Altro: ///

1	Riclassificazione anagrafica in relazione al nuovo software	Dr.ssa M. Marino	Dr. C.Bernerì	Dr.ssa M.C. Fontana
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA