

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 09.04.2018 REV. 2
---------------------	---	--

CATEGORIA:

- Consumo materiale sanitario

CLASSE:

- Reagenti

SOTTOCLASSE:

- Reagenti - sostanze liquide

CATEGORIA 01	CLASSE 08	SOTTOCLASSE 0001	CODICE ARTICOLO 68326
-----------------	--------------	---------------------	--------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

GENbag MICROAER 1CFX20BUSTE +20GENERATORI+2BARRETTE-20TEST

Descrizione estesa dell'articolo: //

UNITA' D'ACQUISTO = CONFEZIONE

NOTA: il prodotto fornito dovrà avere validità non inferiore al 75% della sua SHELF LIFE

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Sistema composto da:

- generatore chimico delle condizioni di microaerobiosi;
- sacchetto di plastica per il ricovero di massimo 2 piastre Petri;
- barretta per la chiusura ermetica del sacchetto.

Il generatore non deve richiedere né l'impiego di catalizzatori né l'aggiunta di altri componenti per l'attivazione della reazione. Deve inoltre garantire la realizzazione di una concentrazione di ossigeno variabile tra il 5% e il 12% entro 24 ore.

Altro: RISERVA DI CAMPIONATURA SUCCESSIVA

C) DOCUMENTAZIONI RICHIESTE

- SCHEDA DI SICUREZZA: OBBLIGATORIA
- DA PRESENTARE SOLO IN CASO DI FORNITURA EFFETTIVA: Certificato d'analisi di ogni lotto fornito
- ALTRO: //

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'

- CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
- TEST DI LABORATORIO SU UN CAMPIONE DI PROVA (OBBLIGATORIA SUI MATERIALI OFFERTI MAI TESTATI)

Altro: ///

2	Riclassificazione anagrafica in relazione al nuovo software	Dr.ssa M. Marino	Dr. C. Berneri	Dr. M. D'Incau
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA