

<b>I.Z.S.L.E.R.</b>	<b>SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE</b>	<b>DATA DI EMISSIONE:</b> 09.04.2018 <b>REV. 2</b>
---------------------	---	--

**CATEGORIA:**

- Consumo materiale sanitario

**CLASSE:**

- Reagenti

**SOTTOCLASSE:**

- Reagenti - sostanze liquide

CATEGORIA 01	CLASSE 08	SOTTOCLASSE 0001	CODICE ARTICOLO 68327
-----------------	--------------	---------------------	--------------------------

**A) CARATTERISTICHE GENERALI**

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

**GENbag ANAER 1CFX20BUSTE+20GENERAT+2BARRETTE20TEST**

<b>Descrizione estesa dell'articolo: //</b>
---

UNITA' D'ACQUISTO = CONFEZIONE

**NOTA: il prodotto fornito dovrà avere validità non inferiore al 75% della sua SHELF LIFE**

**B) CARATTERISTICHE TECNICHE**

Sistema composto da:

- generatore chimico delle condizioni di anaerobiosi;
- sacchetto di plastica per il ricovero di massimo 5 piastre Petri;
- barretta per la chiusura ermetica del sacchetto.

Il generatore non deve richiedere né l'impiego di catalizzatori né l'aggiunta di altri componenti per l'attivazione della reazione. Deve inoltre garantire la realizzazione di una concentrazione di ossigeno inferiore allo 0,1% entro 3 ore.

Altro: ///

**C) DOCUMENTAZIONI RICHIESTE**

- SCHEDA DI SICUREZZA: OBBLIGATORIA
- DA PRESENTARE SOLO IN CASO DI FORNITURA EFFETTIVA: Certificato d'analisi di ogni lotto fornito
- ALTRO: //

**D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'**

- CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
- TEST DI LABORATORIO SU UN CAMPIONE DI PROVA (OBBLIGATORIA SUI MATERIALI OFFERTI MAI TESTATI)

Altro: ///

2	Riclassificazione anagrafica in relazione al nuovo software	Dr.ssa M. Marino	Dr. C. Berneri	Dr. M. D'Incau
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA

\* Barrare la voce in cornice che interessa.