



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA**

(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)

Sede Legale: Via Bianchi, 9 – 25124 Brescia
Tel 03022901 – Fax 0302425251 – Email info@izsler.it
C.F. - P.IVA 00284840170
N. REA CCIAA di Brescia 88834

**PROCEDURA IN ECONOMIA, TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO, PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI ANALISI SU ACQUE E FUMI INDUSTRIALI PRESSO LA SEDE DI
BRESCIA
FASCICOLO 99/2013
RISPOSTE E CHIARIMENTI A QUESITI, ERRATA CORRIGE E RETTIFICHE**

Rettificazione al 15.01.2014:

Allegato 1 al disciplinare di gara “Modello di autocertificazione”

Per mero errore materiale, in quanto trattasi di un refuso, è presente nella dichiarazione il punto 6 (pag. 9 di 10) : si chiede agli operatori interessati di depennarlo durante la compilazione .

= . = . = . = . = . = . = . = . = . = . = . = . =

Rettificazione al 13.01.2014:

E’ da ritenersi annullato il comma b, dell’art. 9.1 “Requisiti di idoneità professionale”, in quanto trattasi di refuso. Pertanto la formulazione corretta risulta la seguente:

Art. 9.1 - Requisiti di idoneità professionale

Le imprese concorrenti dovranno:

a) essere in possesso di iscrizione nel registro della Camera di Commercio, per attività coerente con l’oggetto della gara; i concorrenti che siano cittadini di altri Stati membri e non siano residenti in Italia dimostreranno il requisito a norma dell’art. n. 46 dir. 2004/18/CE (art. n. 39 Codice dei contratti).

- se costituenti cooperativa, o consorzio fra cooperative, essere iscritte nell’apposito Albo delle Società Cooperative tenuto dall’ex Ministero delle Attività Produttive ora Ministero dello Sviluppo Economico.

= . = . = . = . = . = . = . = . = . = . = . = . =

Brescia li 10.01.2014

Quesito: *Quali sono le normative di legge di riferimento per le attività A,B,C,D (per l’ emissione dei dati, dei rdP e limiti di rilevabilità)*

Risposta:

Attività di tipo “A” – Acque Reflue

Le attività richieste ed i parametri da analizzare sono dettagliatamente elencati nel Disciplinare di gara e sono riconducibili alla Tab. 3, All. 5, del D. Lvo 152/2006 e s..mm.ii.

Le analisi sono effettuate in regime di autocontrollo.

Attività di tipo “B” – Pozzi Artesiani

Le attività richieste ed i parametri da analizzare sono dettagliatamente elencati nel Disciplinare di gara e sono riconducibili al D. Lvo n. 31 del 02.02.2001.

Le analisi sono effettuate in regime di autocontrollo.

Attività di tipo “C” – Acque bianche (meteoriche)

Le attività richieste ed i parametri da analizzare sono dettagliatamente elencati nel Disciplinare di gara e sono riconducibili alla Tab. 3, All. 5, del D. Lvo 152/2006 e ss.mm.ii, corpo idrico superficiale.

Le analisi sono effettuate in regime di autocontrollo.

Attività di tipo “D” – fumi industriali

Le attività richieste ed i parametri da analizzare sono dettagliatamente elencati nel Disciplinare di gara. Le analisi sono effettuate in regime di autocontrollo.

Quesito: *Il laboratorio deve essere accreditato? In caso affermativo che tipo di accreditamento è richiesto?*

Risposta: NO

Quesito: *Le analisi servono tutte accreditate?*

Risposta: NO

Quesito: *Si richiede inoltre, per le analisi dei fumi:*

- *Temperatura gas effluente;*
- *Diametro camino;*
- *Numero di bocchettoni per il campionamento;*
- *Superficie ballatoio in prossimità dei punti di campionamento*

Risposta:

- Temperatura gas effluente: temperatura media 180 gradi centigradi
- Diametro camino: 0,50 metri
- Numero di bocchettoni per il campionamento: n. 1
- Superficie ballatoio in prossimità dei punti di campionamento: Si accede al “ballatoio” di campionatura per mezzo di una scala marinara a chiocciola, installata sul camino nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro (L. 81/2008) realizzata con tutte le protezioni necessarie. La superficie a disposizione consente la presenza di almeno 3 persone. Non è necessario l’utilizzo di alcuna piattaforma sollevatrice.