

I.Z.S.L.E.R.	SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE	DATA DI EMISSIONE: 180/08/2009 REV. 0
---------------------	---	--

CLASSE:

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)

AREA:

- DIAGNOSTICI (DG)

SEZIONE:

- REATTIVI PER PROVE DIAGNOSTICHE (01)

CLASSE ML	AREA DG	SEZIONE 01	ARTICOLO 0016	CODICE ARTICOLO MLDG010016.1
--------------	------------	---------------	------------------	---------------------------------

A) CARATTERISTICHE GENERALI

NOME D'USO e/o COMMERCIALE:

TAQ DNA POLIMERASI

Descrizione estesa dell'articolo: DNA polimerasi termostabile nativa o ricombinante per reazioni di amplificazione (PCR)

UNITA' D'ACQUISTO = UNITA'

NOTA: LA FORNITURA DEVE ESSERE EFFETTUATA CON PRODOTTO CON VALIDITA' RESIDUA NON INFERIORE AL 75 % DEL MASSIMO PREVISTO. SE LA DATA DI PRODUZIONE NON E' INDICATA SI INTENDE 9 MESI DI VALIDITA' RISPETTO ALLA DATA DI CONSEGNA.

B) CARATTERISTICHE TECNICHE

- Attività 5'-3': Presente
- Attività 3'-5': Assente
- Il tampone di reazione può essere con o senza MgCl₂, ma deve essere fornita anche una soluzione di MgCl₂ separata.
- Concentrazione enzima: 5U/μl
- confezionamento minimo di 250 unità - massimo di 1000 unità (sono ammesse confezioni multiple)

ALTRO: RISERVA DI CAMPIONATURA SUCCESSIVA

C) DOCUMENTAZIONI RICHIESTE

- SCHEDA DI SICUREZZA E MANUALE D'USO

Altro: ///

D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA'

- Verifica di quanto previsto ai punti B) "Caratteristiche Tecniche" e C) "Documentazione richiesta"
- Prove d'amplificazione di sequenze target d'interesse.

0	Prima stesura	Dr. C. Berneri	Dr.ssa M. Marino	Dr.ssa M. Pacciarini
REV. N.	MOTIVO	APPROVAZIONE	VERIFICA	STESURA