

<b>I.Z.S.L.E.R.</b>	<b>SCHEDA CARATTERISTICHE RICHIESTE</b>	<b>DATA DI EMISSIONE: 5/4/2013 REV. 1</b>
---------------------	---	---

**CLASSE:**

- MATERIALE DA LABORATORIO (ML)

**AREA:**

- DIAGNOSTICI (DG)

**SEZIONE:**

- REATTIVI PER PROVE DIAGNOSTICHE (01)

CLASSE ML	AREA DG	SEZIONE 01	ARTICOLO 0509	CODICE ARTICOLO 64675
--------------	------------	---------------	------------------	--------------------------

**A) CARATTERISTICHE GENERALI**

NOME D'USO E/O COMMERCIALE:

**ANTISIERO SALMONELLA H:z<sub>32</sub>**

**Descrizione estesa dell'articolo:** antisiero specifico verso l'antigene flagellare tipo "z<sub>32</sub>" di *Salmonella spp.*, da impiegare nelle prove di caratterizzazione sierologica di ceppi batterici

UNITÀ D'ACQUISTO = MILLILITRO

**B) CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Volume confezione: non superiore a 3 ml
- Stato fisico: liofilizzato
- Conservante: il siero deve essere già addizionato di un conservante di cui vanno specificate la natura e la concentrazione
- Titolo del siero: non inferiore a 1:250, ovvero documentazione tecnica in cui sia specificato che il reattivo è da impiegare in prove di agglutinazione lenta a caldo (metodo di Spicer – Edwards)
- Specificità: il siero deve essere stato adsorbito completamente per l'antigene tipo "z<sub>4</sub>"; non deve pertanto fornire reazioni aspecifiche verso altri antigeni flagellari che includono tale componente (z<sub>4</sub>, z<sub>23</sub>; z<sub>4</sub>, z<sub>24</sub>)

Richiesta campionatura: ☐ **SI** q.tà richiesta n° \_\_\_\_ ☒ **NO**

Altro: //

**C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

Documentazione tecnica contenente le caratteristiche relative al materiale e alle sue modalità d'impiego

Altro: //

**D) SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITÀ**

Verifica di quanto previsto al punto **B) CARATTERISTICHE TECNICHE**

1	Inserimento requisito specificità	Dr.ssa M. Marino	Dr.ssa S. Tagliabue	Dr. M. D'Incau
<b>REV.</b>	<b>MOTIVO</b>	<b>APPROVAZIONE</b>	<b>VERIFICA</b>	<b>STESURA</b>